

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139  
Тел.: +380678254351 E-mail: argo\_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 008/11-2020 від 09.11.2020р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний перцевий перфорований 12 cm x 18 cm «ANGELMED»
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202011402
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	63500 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2020-11
ВИКОРИСТАТИ ДО	2025-11
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини із рівномірним нанесенням на одну сторону пластирної маси, змішаною із перцевою витяжкою та закритою захисною плівкою
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 18 cm ± 5%	18 cm	Відповідає
	Ширина 12 cm ± 5%	12 cm	Відповідає
Перфорація	Згідно вимогам ТУ п.3.3.4; п.6.10	Перфорація згідно вимогам ТУ	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Вміст пластиру	Згідно вимогам ТУ п.3.4.3; п.6.22	Вміст перцевого пластиру згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C  
**ВИСНОВОК:** Пластир медичний перцевий перфорований 12 cm x 18 cm «ANGELMED» партія AM202011402, дата виготовлення листопад 2020р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 09.11.2020р

Керівник системи управління якістю

Кучеренко Д.Г.



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139  
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

