



Zhejiang Orient Gene Biotech Co., LTD

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва продукту: Тест-смужка для діагностики вагітності по сечі Home Test

Номер партії: RM2107094

Дата виготовлення: 2021-07-05

Термін придатності: 2024-07-04

КОНТРОЛЬ		СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ	ЗАКЛЮЧЕННЯ
Негативні зразки		Негативний	Негативний	<input checked="" type="checkbox"/> Пройдено <input type="checkbox"/> Не пройдено
Позитивні Зразки	10мл од/мл ХГЧ	Позитивний	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Пройдено <input type="checkbox"/> Не пройдено
	25мл од/мл ХГЧ	Позитивний	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Пройдено <input type="checkbox"/> Не пройдено
	100мл од/мл ХГЧ	Позитивний	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Пройдено <input type="checkbox"/> Не пройдено
	500мл од/мл ХГЧ	Позитивний	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Пройдено <input type="checkbox"/> Не пройдено
	2000мл од/мл ХГЧ	Позитивний	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Пройдено <input type="checkbox"/> Не пройдено

Заключення: Пройдено: Усі результати відповідають стандарту контролю якості.

Не пройдено

Особа, що тестувала:

查妍

Керівник з контролю якості:

雷似愚

Дата: 2021-07-25

