



Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"  
Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. 8(056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

**Сертифікат якості № 2023-08/47**  
**Відріз марлевий медичний нестерильний**  
**5 m(м) x 90 см (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed"**

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2023-08	LOT/Партія №	010823
Кількість виробів у партії: 5 000 од.			

**ВКАЗИВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.  
**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту  
**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.  
**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

**ВИПРОБУВАННЯ**

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, см (см)	90,0 ± 1,5	89,0
Довжина, м (м)	5,0 ± 0,2	4,80
Якість виробів	Відрізи повинні бути цілими, без ушкоджень та сторонніх включень. Відрізи повинні бути згорнуті у конвертики. Допускається наявність у відрізі одного оверлочного шва.	Відповідає
Ступінь білини	Не менше 80%	Відповідає <sup>1</sup>
Капілярність	Не менше 7,0 см	Відповідає <sup>1</sup>
Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає <sup>1</sup>
Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає <sup>1</sup>
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії


**ВИСНОВОК:** Відріз марлевий медичний 5 m (м) x 90 см (см) ТМ "Angelmed" відповідає  
ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні".

Технолог



Велигура Т.Ю.





Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"  
Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. 8(056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

## Сертифікат якості № 2022-12/06

### Відріз марлевий медичний нестерильний 5 м(м) x 90 см (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2022-12	ЛОТ/Партія №	011222
Кількість виробів у партії: 10 000 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.  
**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту  
**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.  
**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

### ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, см (см)	90,0 ± 1,5	89,0
Довжина, м (м)	5,0 ± 0,2	4,80
Якість виробів	Відрізи повинні бути цілими, без ушкоджень та сторонніх включень. Відрізи повинні бути згорнуті у конвертики. Допускається наявність у відрізі одного оверлочного шва.	Відповідає
Ступінь білини	Не менше 80%	Відповідає <sup>1</sup>
Капілярність	Не менше 7,0 см	Відповідає <sup>1</sup>
Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає <sup>1</sup>
Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає <sup>1</sup>
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Відріз марлевий медичний 5 м (м) x 90 см (см) ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Технолог

Велигура Т.Ю.

