

Паспорт якості

№ 705 від 16.10.2023 р.

№партії (серії)	Дата виготовлення	Дієсний до
1	2100723	2028-07
2	1500923	2028-09
3	2330523	2028-05
4	1120222	2027-02
5	0100523	2028-05
6	1800923	2028-09
7	1610823	2028-08
8	1840923	2028-09
9	5741222	2027-12
10	2400823	2028-08
11	2640823	2028-08
12	3260823	2028-08
13	1200923	2028-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1. Перевірка комплектності, маркування, та герметичності улаковки	Має відповідати НД	Відповідає
2. Перевірка зовнішньої відповідності матеріалів	Має відповідати НД	Відповідає
3. Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	Відповідає
4. Перевірка основних і герметичних розмірів	Має відповідати НД	Відповідає
5. Перевірка тиску на еластичність та стійкість до згинання	Має відповідати НД	Відповідає
6. Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	Відповідає
7. Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	Відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	Відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	Відповідає

Стерилізація проводиться газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною Інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
 Температура °С: 50°С Тиск, МПа: -0,7-(1,0) МПа
 К-сть оксиду етилену, л: 100 мл

Гарантийний термін зберігання та термін експлуатації вказано на улаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5°С до +35°С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дядик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

