

JIANGYIN FANMEI MEDICAL DEVICE CO.,LTD

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва продукту	Стерильний одноразовий гіподермальний шприц, MP Medplast, 20 ml, 1 голка: 21G×1½"						
Номер Паргії	20210610						
Дата виробництва	10/06/2021						
Дата стерилізації	10/06/2021		Термін придатності	10/06/2026			
		Технічні вимоги	Висновок тестування	Висновок			
Категорія А	Дезинфекція	Повинен бути дезинфікованим	Дезинфіковано	Належної якості			
	Джерело тепла	Не повинно бути джерел тепла	Без джерел тепла	Належної якості			
	Обсяг залишку EO	Обсяг залишку $\leq 10\mu\text{g/g}$	0.8 $\mu\text{g/g}$	Належної якості			
	Тип тестування	Технічні вимоги	Схема зразків	Кількість невідповідних стандартам			
Категорія В	З'єднання з конусом	Згідно з постановою GB1962.1 або GB1962.2	n	0	Висновок		
	Уцілювання колінок шприців	300Кра Позитивний тиск :Немає витіку; 38Кра Негативний тиск :Немає витіку;				20	Належної якості
	Різниця в розширенні ємкості	$\leq \pm 4\%$					
Категорія С	Зовнішній вигляд	Повинні бути чистими, прозорими, без задирок, без незакріплених країв, без змащуваних масел	20	0	Належної якості		
	Калібр	Довжина калібру ≥ 36 мм					
	Показник лінійки, 0 лінія рівня	В межах 1/4 діапазону					
	Друк калібру	Положення калібру має бути правильним, друк завершеним.					
	Гумова заглушка	Не повинно бути сторонніх речовин					
	Функція ковзання	Функції ковзання повинні бути належної якості					
	Залишок об'єму	Залишок об'єму $\leq 0,075$ мл					
Первинне пакування	Символ первинної упаковки повинен бути завершений.						
Висновок	Належної якості		Inspect stamp:				

Інспектор : Ji qinya

Перевірено : Li xiaoling

Examination Date: 2021.06.20
Перевірено: 2021.06.20

Jiang chunjin

