

Taizhou Meikang Health Products Factory

No.10 Plant Area A, West Meilan Road, Development Zone, Taizhou, Jiangsu, P.R.China

QUALIFIED CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Description / Найменування: Pads soaked in alcohol solution for injections, OK Pharma Серветки просочені спиртовим розчином для ін'єкцій OK Pharma

Quantity / Кількість: 80000 boxes / 80000 ун.

Packing / Пакування: 100 pcs/box / 100 шт/ун; 100 boxes/ctn / 100 ун/короб.

Total / Усього: 800ctns / 800короб.

Lot No. / Партия: 202403 **Mfg.date / Дата вир.:** 2024-03 **Exp.date / Термін прид.:** 2029-03

Specification / Специфікація: bag size / розмір пакування: $50 \pm 2 \text{ mm (mm)} \times 50 \pm 2 \text{ mm (mm)}$

Non-woven materials / Нетканний матеріал: $50 \pm 2 \text{ g/M}^2$

Size / Розмір: $30 \pm 2 \text{ mm (mm)} \times 60 \pm 2 \text{ mm (mm)}$

Isopropyl alcohol / Ізопропіловий спирт: 70% **weight / вага:** $0.4 \pm 0.05 \text{ g (g)}$

Samples qty / Кількість зразків: 2000 pcs / 2000 шт.

No	Inspection items / Елемент інспекції	Standard requirements / Стандартні вимоги	Defects quantity / Кількість дефектів	Result / Результат	Testing Instruments / Методи тестування
1	Packing / Упаковка	According to Contract / Згідно контракту	0	OK!	By visual inspection / Візуально
2	Printing quality / Якість маркування	Nice print, very clear / Чітка, зрозуміла	0	OK!	By visual inspection / Візуально
3	Size of bag / Розмір пакування	$50 \pm 2 \text{ mm (mm)} \times 50 \pm 2 \text{ mm (mm)}$ $50 \pm 2 \text{ g (g)} / \text{M}^2$	0	OK!	Digital scale / Цифрова шкала Vernier caliper / Штангенциркуль
4	Weight of 70% alcohol pad / Вага 70% спиртової серветки	$0.4 \pm 0.05 \text{ g (g)}$	0	OK!	Digital scale / Цифрова шкала
5	Cutting of sides / Обрізка сторін	No obviously hurt / Немає, очевидних пошкоджень	0	OK	By visual inspection / Візуально
6	Sealing quality / Якість герметизації	4 sides should be sealed good no any leakage after pressed by pressure 3 kPa / 4 сторони повинні бути запечатані добре без протікання після натискання тиском 3 кПа	0	OK!	15kg weight by visual inspection / вага 15кг візуально

Final Result / Кінцевий результат: certificate / прийнятно

Inspection / Інспекція: Zhou Lin / Жу Лін

Approve / Підтверджено: Zhu Deqiang / Жу Децян

Date / Дата: 2024.03.15

