

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 007/04-2024 від 05.04.2024 р.

| | |
|--------------------|--|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | Пластир медичний на тканинній основі 3 cm (cm) × 500 cm (cm) "ANGELMED" |
| НОМЕР ПАРТІЇ | AM202404020 |
| КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ | 7800 шт |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | 2024-04 |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | 2029-04 |
| ВІДПОВІДНІСТЬ | ТУ У 21.2-40101305-001:2016 |

ОПИС

Пластир являє собою намотану на шпуль стрічку тканини із рівномірним нанесенням пластирної маси на одну сторону


| Найменування показників | Вимоги ТУ | Результати випробувань | Висновок |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|
| Зовнішній вигляд | Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5 | На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення | Відповідає |
| Розміри | Довжина 500 cm (cm) ± 5 % Ширина 3 cm (cm) ± 3,5 mm (mm) | 500 cm (cm) 3 cm (cm) | Відповідає Відповідає |
| Сировина та матеріали | Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18 | Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б | Відповідають |
| Відповідність вимогам пакування | Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20 | Упаковка згідно вимогам ТУ | Відповідає |
| Відповідність вимогам маркування | Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20 | Маркування згідно вимогам ТУ | Відповідає |

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний на тканинній основі 3 cm (cm) × 500 cm (cm) "ANGELMED" партії AM202404020, дата виготовлення квітень 2024 р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 05.04.2024 р.

Керівник системи управління якістю



Кучеренко І.О.



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.