

Україна,
03038, м. Київ, вул. М.Амосова, 10
тел. (044) 275-01-08, (044) 281-01-01

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 41

на Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір L

Партія UA-YP-019/198-06-21Кількість 249500Дата виготовлення 2021-12-01Не застосовувати після 2026-12

Аналіз виконано відповідно до СП-08.04МВ-036

№ з/п	Характеристики якості	Вимоги	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Рукавички повинні бути п'ятипалі, безшовні, з краями закатаними у віночок. На поверхні рукавичок не повинно бути дефектів, а саме: сторонні вклучення, бульбашки, потьоки.	Відповідає
2	Розміри	Повинно відповідати вимогам НД	Відповідає
3	Відсутність отворів	Рукавички повинні не мати протікань	Відповідає
4	Середня вага рукавички	Середня вага однієї рукавички повинна бути 7,5 г ± 8 %	Відповідає
5	Міцність	Сила розриву ≥ 6,0 Н	Відповідає
6	Маркування	На кожній коробці з картону та ярлику гофрокороба, повинні бути вказані наступні дані: - країна виробник; - позначення виробника; - адреса виробника; - найменування та позначення виробу (слова «нестерильні»; «латексні», «оглядові»; «припудрені»); - символ «Номер партії»; - номер партії; - символ «термін придатності»; - умови зберігання; - символ «дата виготовлення»; - кількість (пар)	Відповідає
7	Пакування	Оглядові (нестерильні) рукавички повинні бути вміщені в коробки з картону та гофрокороб (транспортне пакування)	Відповідає

Висновок: Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір L відповідають вимогам СП-08.04МВ-036

Начальник ВОКЯ


Т.А. Онищенко

Керівник департаменту контролю якості

А.Ю. Хоменко



20.06.2022



Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені, розмір L

UA-YP-019/198-06-21