



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси. 18028. тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9/ДВ-1/2

Назва продукції	Виконання
Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна, ТМ "Білосніжка"	зигзагоподібна стрічка 50 г
	зигзагоподібна стрічка 100 г
	зигзагоподібна стрічка 200 г

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-1

Дата виготовлення

2025-09

Дата закінчення терміну придатності

2031-09

Номер партії (LOT)

09


НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		50 г	100 г	200 г	
1	Склад	Барвона			Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Вата медична повинна бути добре гречесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довільної товщини. Вата медична фарбована у вигляді зигзагоподібної стрічки			Відповідає
3	Засміченість, %, н/б	1,50			Відповідає
4	Наявність сторонніх домішок: голочок, скаток, та ін	Не допускається			Відповідає
5	Вологість, %, н/б	8,0			Відповідає
6	Здатність до поглинання, г, н/м	19			Відповідає
7	Капілярність, мм, н/м	67			Відповідає
8	Реакція водної витяжки	Нейтральна			Відповідає
9	Ступінь білизни для чистерильної вати, % н/м	65			Відповідає
10	Запах	Не допускається			Відповідає
11	Маркування, пакування	Згідно з пп. 3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-001:2014			Відповідає
12	Маса вати, г	50±4,0	100±5,0	200±9,0	Відповідає
13	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним			Відповідає
14	Розміри пакування вати, мм	(80±10) x (150±15) x (50±5)	(90±10) x (280±15) x (50±5)	(110±10) x (360±15) x (70±5)	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-001:2014.

Начальник ВТ
(Підпис)



(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 09.2025р

