

Сертифікат якості та аналізу

Вантажоодержувач: ТОВ «ALEXPHARM»

Дата: 05.09.2025

Тип рукавичок: Рукавички латексні медичні хірургічні «ALEXPHARM», припудрені, стерильні

Партія No.: 250607

Номер рахунку: HSF250507

Дата виробництва: 2025-06

Номер замовлення: HSF250507

Термін придатності: 2030-05

Сертифікат №: 20250905-1

Тест виконано	Стандарт ISO10282:2014	Результати
План перевірки ISO2859		
Водонепроникність (1000 мл) AQL1.5	315-10-11	315-3
Розмір:		
Довжина (мм)/Ширина (мм) S-2 AQL4.0		
7.0	270 /89±5	272/90
7.5	270 /95±5	275/96
8.0	270 /102±6	282/102
8.5	280 /108±6	282/108
Товщина (мм): Пальця		0.16
Долоні		0.14
Манжети		0.11
Матеріал	Натуральний латекс	Відповідає
Наявність валика на манжеті	В наявності	Відповідає
Наявність текстурованої поверхні	В наявності	Відповідає
Кількість пудри, ASTM D3577-09, мг/дм ³	≤15.0	≤12.1
Сила розриву перед прискореним старінням S-2 AQL 4.0		
Зусилля при розриві (медіана)	12.5H	13.5H
Сила розриву після прискореного старіння S-2 AQL 4.0		
Зусилля при розриві (медіана)	9.5H	10.5H
Вміст білка	≤200мкг/дм ²	
Вміст порошку	≤10мг/дм ²	

* Зусилля при розриві (випробування на старіння) проводиться відповідно до ISO188 при температурі 70°C протягом 7 днів.

* План перевірки відповідає ISO2859, AQL 1.5 (випробування на водонепроникність), S-2 AQL 4.0 (інші)

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 та EN 455-частин 1, 2, 3 та 4.

Заключення: Рукавички латексні медичні хірургічні «ALEXPHARM», виготовлені у відповідності зі стандартами ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 та EN 455-частини 1, 2, 3 та 4.

Метод стерилізації: випромінювання >25KGy

