



Сертифікат якості № 60

**БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
НЕСТЕРИЛЬНІ 7 м x 14 см**
(тип марлі 17)

Номер партії 2-2026

Кількість продукції в партії 9,0 т. шт.

Дата виробництва 01.2026 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2024

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Линійні розміри бинтів:		
	довжина	7,0 ± 0,3 м	6,73 м
	ширина	14,0 ± 0,5 см	13,6 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 40 мм	26 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,2 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,2 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання	10 років	2036-01

Умови зберігання У сухому місці

[Signature]
/місце/

Висновок: Партія 2-2026 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2024

Дата оформлення сертифікату 13.01.2026 р.



[Signature]
/місце/



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
[Signature]
МОЧЕРГА Р.А. 13.01.2026