



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"  
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58  
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua  
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

## ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1-ДВ-11С-1

| Назва продукції   | Виконання   |
|---|-------------|
| <b>Бинт марлевий медичний<br/>стерильний, тип 17,<br/>ТМ "Білосніжка"</b> | ✓ 5м x 10см |
|   | 7м x 14см   |

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ № 11С

Дата виготовлення:

2026-01

Дата закінчення терміну придатності:

2031-01

Номер партії (LOT):

01

Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

| № з/п | Найменування показників                           | Вимоги НД   |           | Результати перевірки |
|-------|---|---|-----------|----------------------|
|       |   | 5м x 10см   | 7м x 14см |                      |
| 1     | Зовнішній вигляд бинта                            | Бинти повинні бути складені ролончиком; без забруднень, без плям та дір |           | Відповідає           |
| 2     | Довжина бинта, м                                  | 5,0-0,2   | 7,0-0,3   | Відповідає           |
| 3     | Ширина бинта, см                                  | 10,0-0,5  | 14,0-0,5  | Відповідає           |
| 4     | Зовнішній діаметр бинта, мм, не більше            | 28  | 35        | Відповідає           |
| 5     | Поверхнева щільність, г/м <sup>2</sup> , не менше | 23  |           | Відповідає           |
| 6     | Розривне навантаження, Н (кгс), не менше          | 40 (4)  |           | Відповідає           |
| 7     | Капілярність, см, не менше                        | 6   |           | Відповідає           |
| 8     | Герметичність споживчого пакування                | Пакування повинно бути герметичним                                      |           | Відповідає           |
| 9     | Стерильність                                      | Стерильний  |           | Відповідає           |
| 10    | Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009             | Згідно з вимогами п.3.3.4 ТУ У21.2-38935759-013:2019                    |           | 17                   |
| 11    | Маркування, пакування                             | Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-013:2019               |           | Відповідає           |

**Висновок:** Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУУ 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВТК  
(Посада)



*(Signature)*  
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА  
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 01.2026р.



Відав № 0099 від 05.08.26 [Signature]



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"  
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58  
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua  
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

## ПАСПОРТ ЯКОСТІ №2-ДВ-11С-1

| Назва продукції   | Виконання   |
|---|-------------|
| <b>Бинт марлевий медичний<br/>стерильний, тип 17,<br/>ТМ "Білосніжка"</b> | ✓ 5м x 10см |
|   | 7м x 14см   |

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ № 11С

Дата виготовлення:

2026-02

Дата закінчення терміну придатності:

2031-02

Номер партії (LOT):

02


Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

| № з/п | Найменування показників                           | Вимоги НД   |           | Результати перевірки |
|-------|---|---|-----------|----------------------|
|       |   | 5м x 10см   | 7м x 14см |                      |
| 1     | Зовнішній вигляд бинта                            | Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, без плям та дір |           | Відповідає           |
| 2     | Довжина бинта, м                                  | 5,0-0,2   | 7,0-0,3   | Відповідає           |
| 3     | Ширина бинта, см                                  | 10,0-0,5  | 14,0-0,5  | Відповідає           |
| 4     | Зовнішній діаметр бинта, мм, не більше            | 28  | 35        | Відповідає           |
| 5     | Поверхнева щільність, г/м <sup>2</sup> , не менше | 23  |           | Відповідає           |
| 6     | Розривне навантаження, Н (кгс), не менше          | 40 (4)  |           | Відповідає           |
| 7     | Капілярність, см, не менше                        | 6   |           | Відповідає           |
| 8     | Герметичність споживчого пакування                | Пакування повинно бути герметичним                                      |           | Відповідає           |
| 9     | Стерильність                                      | Стерильний  |           | Відповідає           |
| 10    | Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009             | Згідно з вимогами п.3.3.4<br>ТУ У 21.2-38935759-013:2019                |           | 17                   |
| 11    | Маркування, пакування                             | Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6<br>ТУ У 21.2-38935759-013:2019            |           | Відповідає           |

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУУ 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВТК  
(Посада)



*С. Шерш*  
(підпис)

Наталія СУХІНІНА  
(п.і.б.)

Дата оформлення паспорта якості 02.2026р.

Вж.м. Носич  
04.03.26

