

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №11-ДВ-10-4

Назва продукції	Виконання	
Пелюшки гігієнічні компактні, ТМ "Білосніжка"	40см x 60см	30 шт.
		120 шт.
	✓ 60см x 60см	✓ 30 шт.
		120 шт.
	90см x 60см	30 шт.
		120 шт.

Виробник

Декларація про відповідність

Дата виготовлення:

Дата закінчення терміну придатності:

Номер партії (LOT):

Перевірку виконано згідно з НД:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ДВ-10

2025-11

2028-11


11

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		40см x 60см	60см x 60см	90см x 60см	
1	Зовнішній вигляд	Не допускаються зовнішні дефекти та механічні пошкодження, плями різного походження, сторонні вclusions			Відповідає
2	Маса, г, не менше	19	28	36	Відповідає
3	Ширина, мм	600±20	600±20	600±20	Відповідає
4	Довжина, мм	400±20	600±20	900±20	Відповідає
5	Поглинальна здатність, мл	≥400	≥500	≥700	Відповідає
6	Зворотня сорбція, г, не більше	15	15	15	Відповідає
7	Час поглинання, с, не більше	8	16	32	Відповідає
8	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з пп.3.4, 3.5, 3.6 ТУ У 17.2-38935759-006:2014			Відповідає
9	Цілісність пакування	Споживче пакування повинно бути цілісним			Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 17.2-38935759-006:2014.

Начальник ЦІК
(Підпис)



С.П.П.П.
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 11.2025р.



Всередині 0592 б/г 14.11.25

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-10 Вироби гігієнічні	Стор. 1/2	Версія 2022.11
----------------------	-------------------------	-----------	----------------


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 10

Загальна назва виробу	Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	Виріб нестерильний
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Клас безпеки	I клас Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	пп. 1-4 Додатка 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	— ДСТУ EN 1041 Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник; — ДСТУ EN ISO 14971 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком; — ДСТУ EN ISO 15223-1 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних výroбах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги. Примітка. Застосовуються актуальні версії зазначених стандартів.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" заявляє, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753.

Декларація про відповідність складена від імені та під цілковиту відповідальність виробника медичних виробів.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№ 160 від 12.10.2022 р.
Версія:	2022.11
Дата введення в дію:	01.11.2022 р.
Термін дії:	31.10.2025 р.
Електронна версія:	\\ ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ\ Декларації про відповідність

Додаток № 1


до Декларації про відповідність № 10
Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу	Розміри	
		позначення розміру літерами	см(см)
1	Підгузники для дорослих, розмір	S	
		M	
		L	
		XL	
2	Пелюшки гігієнічні		40x60
			60x60
			60x70
			90x60
			90x170
			90x180
3	Пелюшки гігієнічні компактні		40x60
			60x60
			90x60

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

**ПОГОДЖЕНО**

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів

І.Б. Демченко

29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

О.Г. Рябоконт

29.05.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

Оі

(Уведено вперше)

Дата надання чинності 17.06.2014 р.

Чинні до 29.05.2016 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП «Український медичний
центр сертифікації»

Г.А. Мартиненко

29.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

П.Е. Воронін

29.04.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна
служба України схвалила

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної
експертизи № 05.03.02-07/114999 від 17.12.2013 р.
Акт № 654-13-2 від 20.03.2014 р.

УЗГОДЖЕНО
ДП «УМЦС»
СТКА Експерт №9

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державна підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та контролю проті споживачів»
ДП «Укрметгестандарт»
Ідентифікаційний код 02568162

ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 02568162/00375/01

**ПОГОДЖЕНО**

Лариса Засаднак Телюби
Вікторія Сидоренко Українці
О.А. Алексєєва
15.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНІЧНІ**ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ****ТУ У 17.2-38935759-006:2014**

Введена в дію з 14 01 2015 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП "Український медичний
центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
15.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№616-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:

Літеру "О₁" на "А".

Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:

"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. Підрозділ 3.2. Пункт 3.2.1. Таблиця 3.1. Викласти в новій редакції:

"Таблиця 3.1

Характеристики	Підгузники для дорослих, розмір			
	S	M	L	XL
Маса, г	90±15	100±15	110±15	120±15
Довжина, мм	700±20	780±20	900±20	930±20
Ширина, мм	580±20	650±20	750±20	820±20
Поглиняльна здатність, мл (см ³)	≥1500	≥1700	≥2000	≥2300

"

Розділ 4. Пункт 4.13. Викласти в новій редакції:

"4.13 Утилізування виробів для яких закінчився призначений термін зберігання, сміття та відходи, які утворюються при виробництві та непридатні для повторної переробки, повинні вивозитися в спеціально відведені місця відповідно до "Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", затвердженими Наказом МОЗ України 17.03.2011 №145 та відповідно до чинних нормативних документів щодо поводження з промисловими відходами."

Додаток В. Таблиця В.1. Вилучити третій рядок.

Сторінка 25. Замінити назву:

"Аркуш реєстрації змін" на "Аркуш затвердження змін".


Мінекономіки України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

УЗГОДЖЕНО
ДО "УМІС"
17.03.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

" 01 " квітня 2024 р.

ЗМІНА №6

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

ВИРОБИ ГІГІЄНІЧНІ

Введена в дію з " 01 " травня 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу якості

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nataliya KOLISNIK'.

Наталія КОЛІСНИК

" 03 " квітня 2024 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування виробів гігієнічних в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150 [1].

7.2 Вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і ґрунтової вологи, при температурі від +5 °С до +40 °С та відносній вологості не більше 80 %.

Допускається зберігати вироби гігієнічні в транспортному пакуванні на відкритих майданчиках із захистом їх від атмосферних опадів і ґрунтової вологи, з дотриманням правил пожежної безпеки.

Вироби в індивідуальному пакуванні зберігаються в складських приміщеннях. Приміщення повинні бути чистими, сухими, добре провітрюваними з відносною вологістю повітря не більше 80 %.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність виробів гігієнічних вимогам цих ТУ при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання складає 3 роки.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №4-ДВ-10-2

Назва продукції	Виконання	
Пелюшки гігієнічні компактні, ТМ "Білосніжка"	40см x 60см	30 шт.
		120 шт.
	✓ 60см x 60см	✓ 30 шт.
		120 шт.
	90см x 60см	30 шт.
		120 шт.

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ-10

Дата виготовлення:

2026-04

Дата закінчення терміну придатності:

2029-04

Номер партії (LOT):

04

Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		40см x 60см	60см x 60см	90см x 60см	
1	Зовнішній вигляд	Не допускаються зовнішні дефекти та механічні пошкодження, плями різного походження, сторонні вclusions			Відповідає
2	Маса, г, не менше	19	28	36	Відповідає
3	Ширина, мм	600±20	600±20	600±20	Відповідає
4	Довжина, мм	400±20	600±20	900±20	Відповідає
5	Поглиняльна здатність, мл	≥400	≥500	≥700	Відповідає
6	Зворотна сорбція, г, не більше	15	15	15	Відповідає
7	Час поглинання, с, не більше	8	16	32	Відповідає
8	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з пп.3.4, 3.5, 3.6 ТУ У 17.2-38935759-006:2014			Відповідає
9	Цілісність пакування	Споживче пакування повинно бути цілісним			Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 17.2-38935759-006:2014.


Начальник ВТК
(Посада)



(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 04.2026р.



Вх.ак. N 0083 від 15.04.26 МЗ

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-10 Вироби гігієнічні	Стор. 1/2	Версія 2022.11
----------------------	-------------------------	-----------	----------------


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 10

Загальна назва виробу	Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	Виріб нестерильний
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Клас безпеки	I клас Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	пп. 1-4 Додатка 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	— ДСТУ EN 1041 Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник; — ДСТУ EN ISO 14971 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком; — ДСТУ EN ISO 15223-1 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних výroбах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги. Примітка. Застосовуються актуальні версії зазначених стандартів.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" заявляє, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753.

Декларація про відповідність складена від імені та під цілковиту відповідальність виробника медичних виробів.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№ 160 від 12.10.2022 р.
Версія:	2022.11
Дата введення в дію:	01.11.2022 р.
Термін дії:	31.10.2025 р.
Електронна версія:	\\ ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ\ Декларації про відповідність

Додаток № 1


до Декларації про відповідність № 10
Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу	Розміри	
		позначення розміру літерами	см(см)
1	Підгузники для дорослих, розмір	S	
		M	
		L	
		XL	
2	Пелюшки гігієнічні		40x60
			60x60
			60x70
			90x60
			90x170
			90x180
3	Пелюшки гігієнічні компактні		40x60
			60x60
			90x60

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

**ПОГОДЖЕНО**

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів

І.Б. Демченко

29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

О.Г. Рябоконт

29.05.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

ТУ У 17.2-38935759-006:2014



(Уведено вперше)

Дата надання чинності 17.06.2014 р.

Чинні до 29.05.2016 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП «Український медичний
центр сертифікації»

Г.А. Мартиненко

29.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

П.Е. Воронін

29.04.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна
служба України схвалила

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної
експертизи № 05.03.02-07/114999 від 17.12.2013 р.
Акт № 654-13-2 від 20.03.2014 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державна підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та контролю проті споживачів»
ДП «Укрметртестстандарт»
Ідентифікаційний код 02568162

ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.

Внесено до книги обліку за № 02568162/00375/01

**ПОГОДЖЕНО**

Лариса Засаднак Телюби
Володимирівна Українці
О.А. Алексєва
15.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ****ТУ У 17.2-38935759-006:2014**

Введена в дію з 14 01 2015 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП "Український медичний
центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
15.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№616-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:

Літеру "О₁" на "А".

Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:

"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. Підрозділ 3.2. Пункт 3.2.1. Таблиця 3.1. Викласти в новій редакції:

"Таблиця 3.1

Характеристики	Підгузники для дорослих, розмір			
	S	M	L	XL
Маса, г	90±15	100±15	110±15	120±15
Довжина, мм	700±20	780±20	900±20	930±20
Ширина, мм	580±20	650±20	750±20	820±20
Поглиняльна здатність, мл (см ³)	≥1500	≥1700	≥2000	≥2300

"

Розділ 4. Пункт 4.13. Викласти в новій редакції:

"4.13 Утилізування виробів для яких закінчився призначений термін зберігання, сміття та відходи, які утворюються при виробництві та непридатні для повторної переробки, повинні вивозитися в спеціально відведені місця відповідно до "Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", затвердженими Наказом МОЗ України 17.03.2011 №145 та відповідно до чинних нормативних документів щодо поводження з промисловими відходами."

Додаток В. Таблиця В.1. Вилучити третій рядок.

Сторінка 25. Замінити назву:

"Аркуш реєстрації змін" на "Аркуш затвердження змін".


Мінекономіки України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

УЗГОДЖЕНО
ДО "УМІС"
17.03.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

" 01 " квітня 2024 р.

ЗМІНА №6

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

ВИРОБИ ГІГІЄНІЧНІ

Введена в дію з " 01 " травня 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу якості

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nataliya KOLISNIK'.

Наталія КОЛІСНИК

" 03 " квітня 2024 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування виробів гігієнічних в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150 [1].

7.2 Вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і ґрунтової вологи, при температурі від +5 °С до +40 °С та відносній вологості не більше 80 %.

Допускається зберігати вироби гігієнічні в транспортному пакуванні на відкритих майданчиках із захистом їх від атмосферних опадів і ґрунтової вологи, з дотриманням правил пожежної безпеки.

Вироби в індивідуальному пакуванні зберігаються в складських приміщеннях. Приміщення повинні бути чистими, сухими, добре провітрюваними з відносною вологістю повітря не більше 80 %.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність виробів гігієнічних вимогам цих ТУ при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання складає 3 роки.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №5-ДВ-10-5

Назва продукції	Виконання	
Пелюшки гігієнічні компактні, ТМ "Білосніжка"	40см x 60см	30 шт.
		120 шт.
	60см x 60см	30 шт.
		120 шт.
	90см x 60см	30 шт.
		120 шт.

Виробник:

Декларація про відповідність:

Дата виготовлення:

Дата закінчення терміну придатності:

Номер партії (LOT):

Перевірку виконано згідно з НД:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ДВ-10

2026-05

2029-05

05

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		40см x 60см	60см x 60см	90см x 60см	
1	Зовнішній вигляд	Не допускаються зовнішні дефекти та механічні пошкодження, плями різного походження, сторонні вклучення			Відповідає
2	Маса, г, не менше	19	28	36	Відповідає
3	Ширина, мм	600±20	600±20	600±20	Відповідає
4	Довжина, мм	400±20	600±20	900±20	Відповідає
5	Поглинальна здатність, мл	≥400	≥500	≥700	Відповідає
6	Зворотна сорбція, г, не більше	15	15	15	Відповідає
7	Час поглинання, с, не більше	8	16	32	Відповідає
8	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з пп.3.4, 3.5, 3.6 ТУ У 17.2-38935759-006:2014			Відповідає
9	Цілісність пакування	Споживче пакування повинно бути цілісним			Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 17.2-38935759-006:2014.

Начальник ВТК

(Посада)



(Підпис)

Наталія СУХІНІНА

(ПІБ)

Дата оформлення паспорту якості 05.2026р.



ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-10 Вироби гігієнічні	Стор. 1/2	Версія 2022.11
----------------------	-------------------------	-----------	----------------

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 10

Загальна назва виробу	Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	Виріб нестерильний
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Клас безпеки	I клас Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	пп. 1-4 Додатка 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	— ДСТУ EN 1041 Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник; — ДСТУ EN ISO 14971 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком; — ДСТУ EN ISO 15223-1 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних výroбах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги. Примітка. Застосовуються актуальні версії зазначених стандартів.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" заявляє, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753.

Декларація про відповідність складена від імені та під цілковиту відповідальність виробника медичних виробів.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№ 160 від 12.10.2022 р.
Версія:	2022.11
Дата введення в дію:	01.11.2022 р.
Термін дії:	31.10.2025 р.
Електронна версія:	\\ ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ\ Декларації про відповідність

Додаток № 1


до Декларації про відповідність № 10
Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу	Розміри	
		позначення розміру літерами	см(см)
1	Підгузники для дорослих, розмір	S	
		M	
		L	
		XL	
2	Пелюшки гігієнічні		40x60
			60x60
			60x70
			90x60
			90x170
			90x180
3	Пелюшки гігієнічні компактні		40x60
			60x60
			90x60

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

**ПОГОДЖЕНО**

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів

І.Б. Демченко

29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

О.Г. Рябоконт

29.05.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

ТУ У 17.2-38935759-006:2014



(Уведено вперше)

Дата надання чинності 17.06.2014 р.

Чинні до 29.05.2016 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП "Український медичний
центр сертифікації"

Г.А. Мартиненко

29.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

П.Е. Воронін

29.04.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна
служба України схвалила

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної
експертизи № 05.03.02-07/114999 від 17.12.2013 р.

Акт № 654-13-2 від 20.03.2014 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державна підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та контролю проті споживачів»
ДП «Укрметгестандарт»
Ідентифікаційний код 02568162

ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.

Внесено до книги обліку за № 02568162/00375/01

**ПОГОДЖЕНО**

Лариса Засаднак Телюби
Володимирівна Українці
О.А. Алексєва
15.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ****ТУ У 17.2-38935759-006:2014**

Введена в дію з 14 01 2015 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП "Український медичний
центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
15.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№616-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:

Літеру "О₁" на "А".

Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:

"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. Підрозділ 3.2. Пункт 3.2.1. Таблиця 3.1. Викласти в новій редакції:

"Таблиця 3.1

Характеристики	Підгузники для дорослих, розмір			
	S	M	L	XL
Маса, г	90±15	100±15	110±15	120±15
Довжина, мм	700±20	780±20	900±20	930±20
Ширина, мм	580±20	650±20	750±20	820±20
Поглиняльна здатність, мл (см ³)	≥1500	≥1700	≥2000	≥2300

"

Розділ 4. Пункт 4.13. Викласти в новій редакції:

"4.13 Утилізування виробів для яких закінчився призначений термін зберігання, сміття та відходи, які утворюються при виробництві та непридатні для повторної переробки, повинні вивозитися в спеціально відведені місця відповідно до "Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", затвердженими Наказом МОЗ України 17.03.2011 №145 та відповідно до чинних нормативних документів щодо поводження з промисловими відходами."

Додаток В. Таблиця В.1. Вилучити третій рядок.

Сторінка 25. Замінити назву:

"Аркуш реєстрації змін" на "Аркуш затвердження змін".


Мінекономіки України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

УЗГОДЖЕНО
ДО "УМІС"
17.03.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

" 01 " квітня 2024 р.

ЗМІНА №6

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

ВИРОБИ ГІГІЄНІЧНІ

Введена в дію з " 01 " травня 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу якості

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

A handwritten signature in cursive script, belonging to Nataliya KOLISNIK.

Наталія КОЛІСНИК

" 03 " квітня 2024 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування виробів гігієнічних в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150 [1].

7.2 Вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і ґрунтової вологи, при температурі від +5 °С до +40 °С та відносній вологості не більше 80 %.

Допускається зберігати вироби гігієнічні в транспортному пакуванні на відкритих майданчиках із захистом їх від атмосферних опадів і ґрунтової вологи, з дотриманням правил пожежної безпеки.

Вироби в індивідуальному пакуванні зберігаються в складських приміщеннях. Приміщення повинні бути чистими, сухими, добре провітрюваними з відносною вологістю повітря не більше 80 %.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність виробів гігієнічних вимогам цих ТУ при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання складає 3 роки.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №3-ДВ-10-1

Назва продукції	Виконання	
Пелюшки гігієнічні, ТМ "Білосніжка"	40см x 60см	5 шт.
		25 шт.
		540 шт.
	60см x 60см	5 шт.
		30 шт.
		360 шт.
	90см x 60см	5 шт.
		10 шт.
		30 шт.
		240 шт.

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ-10

Дата виготовлення:

2026-03

Дата закінчення терміну придатності:

2029-03

Номер партії (LOT):

03

Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		40см x 60см	60см x 60см	90см x 60см	
1	Зовнішній вигляд	Не допускаються зовнішні дефекти та механічні пошкодження, плями різного походження, сторонні вclusions			Відповідає
2	Маса, г, не менше	25	45	65	Відповідає
3	Ширина, мм	600±20	600±20	600±20	Відповідає
4	Довжина, мм	400±20	600±20	900±20	Відповідає
5	Поглинальна здатність, мл	≥600	≥850	≥1200	Відповідає
6	Зворотна сорбція, г, не більше	15	15	15	Відповідає
7	Час поглинання, с, не більше	6	11	21	Відповідає
8	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.4, 3.5, 3.6 ТУ У 17.2-38935759-006:2014			Відповідає
9	Цілісність пакування	Споживче пакування повинно бути цілісним			Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 17.2-38935759-006:2014.

Начальник ВТК
(Посаба)



Наталія СУХІНІНА
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 03.2026р.



ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-10 Вироби гігієнічні	Стор. 1/2	Версія 2022.11
----------------------	-------------------------	-----------	----------------


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 10

Загальна назва виробу	Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014
Перелік виробів	наведено у Додатку №1
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	Виріб нестерильний
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Клас безпеки	I клас Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	пп. 1-4 Додатка 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. №753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	— ДСТУ EN 1041 Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник; — ДСТУ EN ISO 14971 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком; — ДСТУ EN ISO 15223-1 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних výroбах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги. Примітка. Застосовуються актуальні версії зазначених стандартів.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" заявляє, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753.

Декларація про відповідність складена від імені та під цілковиту відповідальність виробника медичних виробів.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

Розробник	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№ 160 від 12.10.2022 р.
Версія:	2022.11
Дата введення в дію:	01.11.2022 р.
Термін дії:	31.10.2025 р.
Електронна версія:	\\ ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ\ Декларації про відповідність

Додаток № 1


до Декларації про відповідність № 10
Вироби гігієнічні ТУ У 17.2-38935759-006:2014

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу	Розміри	
		позначення розміру літерами	см(см)
1	Підгузники для дорослих, розмір	S	
		M	
		L	
		XL	
2	Пелюшки гігієнічні		40x60
			60x60
			60x70
			90x60
			90x170
			90x180
3	Пелюшки гігієнічні компактні		40x60
			60x60
			90x60

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

**ПОГОДЖЕНО**

Перший заступник голови Державної
служби України з лікарських засобів

І.Б. Демченко

29.05.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

О.Г. Рябоконт

29.05.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

ТУ У 17.2-38935759-006:2014



(Уведено вперше)

Дата надання чинності 17.06.2014 р.

Чинні до 29.05.2016 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП "Український медичний
центр сертифікації"

Г.А. Мартиненко

29.04.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

П.Е. Воронін

29.04.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна
служба України схвалила

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної
експертизи № 05.03.02-07/114999 від 17.12.2013 р.
Акт № 654-13-2 від 20.03.2014 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державна підприємство
«Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та контролю проті споживачів»
ДП «Укрметгестандарт»
Ідентифікаційний код 02568162

ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«14» 01 2015 р.

Внесено до книги обліку за № 02568162/00375/01

**ПОГОДЖЕНО**

Лариса Засаднак Телюби
Володимирівна Українці
О.А. Алексєва
15.12.2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
О.І.Назаренко
15.12.2014 р.

ВИРОБИ ГІГІЄНИЧНІ**ЗМІНА №1 до ТЕХНІЧНИХ УМОВ****ТУ У 17.2-38935759-006:2014**

Введена в дію з 14 01 2015 р.

Заборонено використовувати незареєстровану копію документа
РЕЄСТРУВАТИ КОПІЇ ДОКУМЕНТА

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора
ДП "Український медичний
центр сертифікації"
Г.А. Мартиненко
15.12.2014 р.

РОЗРОБЛЕНО

Інженер із стандартизації,
сертифікації та якості
ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
П.І. Воронін
15.12.2014 р.

Державна санітарно-епідеміологічна служба
України схвалила:

Акт кваліфікаційних випробувань
№616-14 від 15.12.2014 р.

Титульний аркуш. Замінити:

Літеру "О₁" на "А".

Термін дії: «до 29.05.2016 р» на «необмежений».

Розділ 2. Вилучити нормативне посилання:

"ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

Розділ 3. Підрозділ 3.2. Пункт 3.2.1. Таблиця 3.1. Викласти в новій редакції:

"Таблиця 3.1

Характеристики	Підгузники для дорослих, розмір			
	S	M	L	XL
Маса, г	90±15	100±15	110±15	120±15
Довжина, мм	700±20	780±20	900±20	930±20
Ширина, мм	580±20	650±20	750±20	820±20
Поглиняльна здатність, мл (см ³)	≥1500	≥1700	≥2000	≥2300

"

Розділ 4. Пункт 4.13. Викласти в новій редакції:

"4.13 Утилізування виробів для яких закінчився призначений термін зберігання, сміття та відходи, які утворюються при виробництві та непридатні для повторної переробки, повинні вивозитися в спеціально відведені місця відповідно до "Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", затвердженими Наказом МОЗ України 17.03.2011 №145 та відповідно до чинних нормативних документів щодо поводження з промисловими відходами."

Додаток В. Таблиця В.1. Вилучити третій рядок.

Сторінка 25. Замінити назву:

"Аркуш реєстрації змін" на "Аркуш затвердження змін".


Мінекономіки України
ДП "Укрметртестстандарт"
ПЕРЕВІРЕНО

УЗГОДЖЕНО
ДО "УМІС"
17.03.2011

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

" 01 " квітня 2024 р.

ЗМІНА №6

ТУ У 17.2-38935759-006:2014

ВИРОБИ ГІГІЄНІЧНІ

Введена в дію з " 01 " травня 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділу якості

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

A handwritten signature in cursive script, belonging to Nataliya KOLISNIK.

Наталія КОЛІСНИК

" 03 " квітня 2024 р.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Вироби в транспортному пакуванні виробника транспортують всіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, діючих на даному виді транспорту.

Умови транспортування виробів гігієнічних в частині впливу кліматичних чинників повинні відповідати умовам зберігання 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150 [1].

7.2 Вироби в транспортному пакуванні повинні зберігатися в складських приміщеннях на піддонах або стелажах відповідно до правил пожежної безпеки в умовах, що запобігають впливу атмосферних опадів і ґрунтової вологи, при температурі від +5 °С до +40 °С та відносній вологості не більше 80 %.

Допускається зберігати вироби гігієнічні в транспортному пакуванні на відкритих майданчиках із захистом їх від атмосферних опадів і ґрунтової вологи, з дотриманням правил пожежної безпеки.

Вироби в індивідуальному пакуванні зберігаються в складських приміщеннях. Приміщення повинні бути чистими, сухими, добре провітрюваними з відносною вологістю повітря не більше 80 %.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

8.1 Виробник гарантує відповідність виробів гігієнічних вимогам цих ТУ при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.2 Гарантійний строк зберігання складає 3 роки.