



UA 78 099

Сертифікат якості № 67

БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ НЕСТЕРИЛЬНІ (5м x 10см) (тип марлі 17)

Номер партії 1-2026

Кількість продукції в партії 13,0 т. шт.

Дата виробництва 01.2026 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2024

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів:		
	довжина	$5,0 \pm 0,2$ м	4,85 м
	ширина	$10,0 \pm 0,5$ см	9,6 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 30 мм	22 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,2 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,2 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання	10 років	2036-01

Умови зберігання

У сухому місці

/підпис/

Висновок: Партія 1-2026 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2024

Дата оформлення сертифікату 14.01.2026 р.



Філоненко І.І.
/П.І.Б./





Сертифікат якості № 67

**БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
НЕСТЕРИЛЬНІ (5м x 10см)
(тип марлі 17)**

Номер партії 1-2026

Кількість продукції в партії 13,0 т. шт.

Дата виробництва 01.2026 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2024

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів:		
	довжина	$5,0 \pm 0,2$ м	4,85 м
	ширина	$10,0 \pm 0,5$ см	9,6 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 30 мм	22 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,2 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,2 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання	10 років	2036-01

Умови зберігання

У сухому місці


/підпис/

Висновок: Партія 1-2026 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2024

Дата оформлення сертифікату 14.01.2026 р.




/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./



Відбув розпорядок засідання
Секретарю про проведення РРМ: № 312 від 28.09.2016



C/A 1K.291

**БІЛІТІ МАРТЕБІ МЕЛІЧНІ
НЕСТЕРПІЛИХ (5м x 10см)
(ІННІ МАРТІ 17)**

(Ekin Nispeti: 17)

Кабіньєт прохукуїє напті 13.0 т. шт.

Дата виробництва 03.2026 р.


Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2024

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів: довжина ширина	5,0 ± 0,2 м 10,0 ± 0,5 см	4,85 м 9,7 см
2.	Товщина бинтів	Не більше 30 мм	20 мм
3.	Круглої форми	Не менше 7,0 см	7,1 см
4.	Канцелярність	Не менше 8 кгс	8,2 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог	Відповідає
6.	Маркування	ТУ У 21.2-004:80951-008:2024	Відповідає
7.	Гарантийний термін зберігання	ТУ У 21.2-004:80951-008:2024	Відповідає
Умови зберігання		10 років	2036-03

Висновки: Тарифи 2-2026 підтверджені вимогами ТУ У 21.2-00480951-008:2024

1886

Дата оформления сертификата 06.03.2026 г.



James

Фигуранта I.I.
44.15'

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE

УДОВЛЕТВОРЕНА

H. B. B. B. B.

Branch 0445 big 2806 ~~2806~~ A. 10. 2007



UA TR 099

Сертифікат якості № 394

**БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
НЕСТЕРИЛЬНІ (5м x 10см)
(тип марлі 17)**

Номер партії 2-2026

Кількість продукції в партії 13,0 т. шт.


Дата виробництва 03.2026 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2024

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів:		
	довжина	$5,0 \pm 0,2$ м	4,85 м
	ширина	$10,0 \pm 0,5$ см	9,7 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 30 мм	20 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,1 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,2 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання	10 років	2036-03

Умови зберігання

У сухому місці


/підпис/

Висновок: Партія 2-2026 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2024

Дата оформлення сертифікату 06.03.2026 р.




Начальник ВКЯ
/посада/
/місце для печатки/


/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
КОЧЕРГА Р.А. 



UA TR 099

Сертифікат якості № 394

**БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
НЕСТЕРИЛЬНІ (5м x 10см)
(тип марлі 17)**

Номер партії 2-2026

Кількість продукції в партії 13,0 т. шт.

Дата виробництва 03.2026 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2024

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів:		
	довжина	$5,0 \pm 0,2$ м	4,85 м
	ширина	$10,0 \pm 0,5$ см	9,7 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 30 мм	20 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,1 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,2 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2024	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання	10 років	2036-03

Умови зберігання

У сухому місці



/підпис/

Висновок: Партія 2-2026 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2024

Дата оформлення сертифікату 06.03.2026 р.




Начальник ВКЯ
/посада/
/місце для печатки/


/підпис/

Філоненко І.І.
/П.І.Б./



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
КОЧЕРГА Р.А. 



АТ «ЛУБНИФАРМ»
УКРАЇНА, 37500, м.Лубни, вул. Баранкова, 16
тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Сертифікат якості № 1303

БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
НЕСТЕРИЛЬНІ (5м x 10см)
(тип марлі 17)

Номер партії 4-2022
Кількість продукції в партії 39,05 т. шт.
Дата виробництва 28.10.2022 р.
Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-008:2018


№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лнійні розміри бинтів: довжина ширина	5,0 + 0,2 м 10,0 + 0,5 см	4,87 м 9,7 см
2.	Товщина бинтів круглої форми	Не більше 30 мм	18 мм
3.	Капілярність	Не менше 7,0 см	7,3 см
4.	Розривне навантаження	Не менше 8 кгс	8,3 кгс
5.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2018	Відповідає
6.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-008:2018	Відповідає
7.	Гарантійний термін зберігання	10 років	2032-10
Умова зберігання			У сухому місці

Висновок: Партія 4-2022 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-008:2018

Дата оформлення сертифікату 31.10.2022 р.



Шепельчук Є.В.
ЛП/Б



Вх.ан. №609 від 05.12.23
Дозволено до реалізації
Уповноважена особа
Шуль М.Г. 31.10.2022