

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.  
Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ** від «12» вересня 2025 р

Найменування продукції: **Виріб медичний для ректального застосування**

**Розчин «Нормафіллінг»**

Кількість одиниць в партії:

**500 упаковок**

Номер партії (серія):

**008**

Дата виготовлення

**2025-09**

Термін придатності: **24 місяці від дати виготовлення**

Придатний до :

**2027-09**

Упаковка:

**у пацці флакон об'ємом 140,0 мл (пл.) з наконечником**

Виготовлено згідно:

**UA.TR.753.MD.36226540/NF-001**

Умови зберігання:

**Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці.**

| № з/п                            | Назва показника                                                  | Метод визначення                                                         | Вимоги згідно НД                                            | Результат аналізу     | Відповідність НД |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1                                | Зовнішній вигляд                                                 | згідно<br>UA.TR.753.MD.36226540<br>/NF-001                               | Прозора в'язка, гігроскопічна, рухома рідина                | В'язка, рухома рідина | Відповідає       |
| 2                                | Колір                                                            |                                                                          | Властивий використаній сировині                             | Світло-жовтий         | Відповідає       |
| 3                                | Запах                                                            |                                                                          | Запах специфічний, слабкий, властивий використаній сировині | Специфічний           | Відповідає       |
| 4                                | Водневий показник (рН)                                           | ГОСТ 29188.2                                                             | 5,0 -8,5                                                    | 6,2                   | Відповідає       |
| 5                                | Об'єм наповнення, мл, відхилення від середньої маси, % не більше | UA.TR.753.MD.36226540<br>/NF-001<br>згідно підрозділ 7.4                 | 140,0 ±5                                                    | 140,0                 | Відповідає       |
| <b>Мікробіологічні показники</b> |                                                                  |                                                                          |                                                             |                       |                  |
| 6                                | Кількість МАФАНМ, КУО/ 1 г. (см³)                                | СРМ 002/008-2021<br>ДСТУ ISO 21149:2010,<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13 | Не більше 100                                               | 20                    | Відповідає       |
| 6.1                              | Плісняві гриби та дріжджі, КУО/ 1 г. (см³)                       | СРМ-КЯ-02-031<br>ДСТУ ISO 16212:2012<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13     | Не допускається                                             | Відсутні              | Відповідає       |
| 6.2                              | Бактерії родини Enterobacteriaceae у 1,0 г (см³)                 | СРМ-КЯ-02-039<br>ДСТУ ISO 21150:2010<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13     | Не допускається                                             | Відсутні              | Відповідає       |
| 6.3                              | Staphylococcus aureus у 1,0 г (см³)                              | СРМ-КЯ-02-032<br>ДСТУ ISO 22718:2010<br>ДФУ 2,0                          | Не допускається                                             | Відсутні              | Відповідає       |

*Машинописно від 16.09.25 Теліс*

ТОВ «Красота та Здоров'я»,  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

|     |                                                             |                                                                      |                 |          |            |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
|     |                                                             | п. 2.6.12 -2.6.13                                                    |                 |          |            |
| 6.4 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> у<br>1,0 г.(см <sup>3</sup> ) | СРМ-КЯ-02-022<br>ДСТУ ISO 22717:2010<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13 | Не допускається | Відсутні | Відповідає |

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам  
UA.TR.753.MD.36226540/NF-001**

**Начальник відділу технічного  
контролю та забезпечення якості  
ТОВ «Красота та Здоров'я»**



**Васильєва В.В.**

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 2 (версія 1)

*Загальна назва виробу:* Ректальний розчин у флаконі «Нормафіллінг»

*Торгова назва виробу:* Нормафіллінг

*Виробник:* ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я», 61001, м. Харків, вул. Сомівська, будинок 12-6, Україна, код ЄДРПОУ: 36226540

*Адреса потужностей виробництва:* ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» 62418, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Зелена, 5, Україна.

*Класифікація:* І (не стерильні, без функції вимірювання), відповідно до Правила 13 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

*Процедура оцінки відповідності:* «Внутрішній контроль виробництва» згідно вимог додатку 8 (за виключенням п. 5 та п. 6) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

*Термін дії декларації про відповідність:* Дійсна до 04.01.2028р.

*Знак відповідності вимогам технічного регламенту без коду органу*



Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника. За достовірність наданої інформації відповідальність несе виробник. Продукція вводиться в обіг під цілковиту відповідальність виробника. ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» декларує виконання основних вимог до медичних виробів, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається та підтримується компанією ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я»

Місце видачі: м. Харків

Дата підпису: 05.01.2023р.



Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Підпис уповноваженої особи / МП

Назва посади, ПІБ

м. Харків

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»  
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/202  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ** від «27» квітня 2023 р

Найменування продукції **Виріб медичний для ректального застосування**

**Розчин у флаконі «НОРМАФІЛЛІНГ»**

Кількість одиниць в партії:

**2000 упаковок**

Номер партії (серія): 001

Дата виготовлення 04.23

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Придатний до : 04.25

Упаковка: флакон ємністю 140 мл  
(в комплекті з наконечником)

Виготовлено згідно: Декларації про відповідність №2  
(версія 1) від 05.01.2023 р.  
Номер у реєстрі Держлікслужби України-12404.

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

| № п/п | Найменування показника                                                                               | Вимоги нормативної документації           | Результат аналізу                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | Зовнішній вигляд                                                                                     | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | Однорідна в'язка рідина без сторонніх домішок         |
| 2     | Колір                                                                                                | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | Відтінки жовто-коричневого                            |
| 3     | Запах                                                                                                | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | Специфічний, слабкий, властивий використаній сировині |
| 4     | Водневий показник, од. рН.                                                                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>5,0 – 8,5 | відповідає                                            |
| 5     | Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %                                              | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>140±5     | відповідає                                            |
| 6     | Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>100       | відповідає                                            |
| 7     | Дріжджі та плісняві гриби                                                                            | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>Не дозв.  | відповідає                                            |
| 8     | Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa) | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>Не дозв.  | відповідає                                            |
| 9     | Індекс шкірно-подразнюючої дії                                                                       | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>0 балів   | відповідає                                            |
| 10    | Індекс сенсibilізуючої дії                                                                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>0 балів   | відповідає                                            |
| 11    | Маркування                                                                                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | відповідає                                            |

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам  
UA.TR.753.MD.36226540/RS-002**

**Завідувач  
лабораторії відділу технічного контролю**

**Васильєва В.В.**





# Розчин у флаконі «Нормафіллінг»

## Виріб медичний для ректального застосування

### Інформація для споживача.

Нормафіллінг - ректальний розчин, діючими речовинами якого є екстракти рослин і гліцерин, які забезпечують безболісну дефекацію, місцеву регенеруючу дію по відношенню до слизової оболонки дистального відділу прямої кишки.

Механізм дії: посилення перистальтики шлунково-кишкового тракту шляхом стимуляції механорецепторів кишечника. Сприяє пом'якшенню калових мас, виявляє легку подразнюючу дію на слизову оболонку, рефлекторно стимулює скоротливу здатність кишечника, полегшує проходження калових мас.

Екстракт алое стимулює репаративні процеси (допомагає загоєнню ранок і подряпин, які можуть виникати на стінках прямої кишки при тяжкій дефекації). Екстракт інжиру, завдяки вмісту вітамінів А і С, а також пектинів, сприяє відновленню слизових оболонок нижніх відділів кишечника.

**Склад:** гліцерин, очищена вода, екстракт алое, екстракт інжиру.

**Форма випуску:** розчин у флаконі для ректального одноразового застосування, 140мл(ml), з гнучким наконечником.

### Показання до застосування:

- епізодичні (короткочасні) запори;
- функціональні, психогенні, вікові запори (в т.ч. ректальний копростаз у людей похилого і старечого віку);
- запори, зумовлені обмеженням рухливості;
- для профілактики запорів у осіб, які не можуть напружуватися при дефекації;
- підготовка до обстежень (рентгенологічне, ендоскопічне) і малоінвазивних оперативних втручань на товстому кишечнику;
- підготовка до акушерських маніпуляцій.

**Дозування:** по 1 флакону на добу, в разі потреби. В одному флаконі міститься одноразова доза. Профілактичний курс: не більше одного тижня. Далі - разово. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

### Спосіб застосування:

1. Зламати контроль першого відкриття, зняти захисний ковпачок.
2. Злегка натиснути на флакон, тримаючи його вертикально канюлей вгору, щоб на кінчику канюлі з'явилося кілька крапель розчину - це полегшить його введення.
3. Лежачи на лівому боці, обережно ввести канюлю ректально і повільно выдавити вміст флакона.

### Виріб медичний. Не є лікарським засобом.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем та уважно ознайомитися з інструкцією (інформацією для споживача).

**Протипоказання:** діти до п'яти років. Люди з підвищеною чутливістю до будь-якого з компонентів продукту.

**Побічні ефекти:** можливі подразнення в ректальній області, дискомфорт.

### Зверніть увагу!

Регулярне застосування як проносний засіб не рекомендується.

**Умови зберігання:** при температурі від 5° С до 25° С, в недоступному для дітей місці.

**Термін придатності:** 24 місяці з дати виготовлення.

**Виробник:** ТОВ “Красота та Здоров'я”, вул. Сомівська 12-Б, м. Харків, 61001, Україна,  
тел.: (057) 742-80-12, [info@zik.biz.ua](mailto:info@zik.biz.ua), [www.enjee.ua](http://www.enjee.ua), код 36226540

**Адреса потужностей виробництва:** вул. Зелена, 5, смт. Пісочин, Харківський р-н,  
Харківська обл., 62418, Україна.

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.  
Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005

ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «05» лютого 2026 р

Найменування продукції **Виріб медичний для ректального застосування**

**Розчин «Нормафіллінг»**

Кількість одиниць в партії:

**500 упаковок**

Номер партії (серія):

009

Дата виготовлення

2026-02

Термін придатності:

24 місяці від дати виготовлення

Придатний до :

2028-02

Упаковка:

у пачці флакон об'ємом  
140,0 мл (мл); з наконечником

Виготовлено згідно:

UA.TR.753.MD.36226540/NF-001 .

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

| № з/п                     | Назва показника                                                  | Метод визначення                                                         | Вимоги згідно НД                                            | Результат аналізу     | Відповідність НД |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1                         | Зовнішній вигляд                                                 | згідно<br>UA.TR.753.MD.36226540<br>/NF-001                               | Прозора в'язка, гігроскопічна, рухома рідина                | В'язка, рухома рідина | Відповідає       |
| 2                         | Колір                                                            |                                                                          | Властивий використаній сировині                             | Світло-жовтий         | Відповідає       |
| 3                         | Запах                                                            |                                                                          | Запах специфічний, слабкий, властивий використаній сировині | Специфічний           | Відповідає       |
| 4                         | Водневий показник , (рН)                                         | ГОСТ 29188.2                                                             | 5,0 -8,5                                                    | 6,2                   | Відповідає       |
| 5                         | Об'єм наповнення, мл, відхилення від середньої маси, % не більше | UA.TR.753.MD.36226540<br>/NF-001<br>згідно підрозділ 7.4                 | 140,0 ±5                                                    | 140,0                 | Відповідає       |
| Мікробіологічні показники |                                                                  |                                                                          |                                                             |                       |                  |
| 6                         | Кількість МАФАНМ, КУО/ 1 г. (см³)                                | СРМ 002/008-2021<br>ДСТУ ISO 21149:2010,<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13 | Не більше 100                                               | 20                    | Відповідає       |
| 6.1                       | Плісняві гриби та дріжджі, КУО/ 1 г. (см³)                       | СРМ-КЯ-02-031<br>ДСТУ ISO 16212:2012<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13     | Не допускається                                             | Відсутні              | Відповідає       |
| 6.2                       | Бактерії родини Enterobacteriaceae у 1,0 г (см³)                 | СРМ-КЯ-02-039<br>ДСТУ ISO 21150:2010<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13     | Не допускається                                             | Відсутні              | Відповідає       |
| 6.3                       | Staphylococcus aureus у 1,0 г (см³)                              | СРМ-КЯ-02-032<br>ДСТУ ISO 22718:2010<br>ДФУ 2,0                          | Не допускається                                             | Відсутні              | Відповідає       |

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

|     |                                                             |                                                                      |                 |          |            |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
|     |                                                             | п. 2.6.12 -2.6.13                                                    |                 |          |            |
| 6.4 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> у<br>1,0 г.(см <sup>3</sup> ) | СРМ-КЯ-02-022<br>ДСТУ ISO 22717:2010<br>ДФУ 2,0<br>п. 2.6.12 -2.6.13 | Не допускається | Відсутні | Відповідає |

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам  
UA.TR.753.MD.36226540/NF-001**

**Начальник відділу технічного  
контролю та забезпечення якості  
ТОВ «Красота та Здоров'я»**



**Васильєва В.В.**

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 2 (версія 1)

*Загальна назва виробу:* Ректальний розчин у флаконі «Нормафіллінг»

*Торгова назва виробу:* Нормафіллінг

*Виробник:* ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я», 61001, м. Харків, вул. Сомівська, будинок 12-6, Україна, код ЄДРПОУ: 36226540

*Адреса потужностей виробництва:* ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» 62418, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Зелена, 5, Україна.

*Класифікація:* І (не стерильні, без функції вимірювання), відповідно до Правила 13 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

*Процедура оцінки відповідності:* «Внутрішній контроль виробництва» згідно вимог додатку 8 (за виключенням п. 5 та п. 6) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

*Термін дії декларації про відповідність:* Дійсна до 04.01.2028р.

*Знак відповідності вимогам технічного регламенту без коду органу*



Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника. За достовірність наданої інформації відповідальність несе виробник. Продукція вводиться в обіг під цілковиту відповідальність виробника. ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» декларує виконання основних вимог до медичних виробів, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається та підтримується компанією ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я»

Місце видачі: м. Харків

Дата підпису: 05.01.2023р.



Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Підпис уповноваженої особи / МП

Назва посади, ПІБ

м. Харків

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю  
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005  
ДП «Харківстандартметрологія»  
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/202  
**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ** від «27» квітня 2023 р

Найменування продукції **Виріб медичний для ректального застосування**

**Розчин у флаконі «НОРМАФІЛЛІНГ»**

Кількість одиниць в партії:

**2000 упаковок**

Номер партії (серія): 001

Дата виготовлення 04.23

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Придатний до : 04.25

Упаковка: флакон ємністю 140 мл  
(в комплекті з наконечником)

Виготовлено згідно: Декларації про відповідність №2  
(версія 1) від 05.01.2023 р.  
Номер у реєстрі Держлікслужби України-12404.

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

| № п/п | Найменування показника                                                                               | Вимоги нормативної документації           | Результат аналізу                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | Зовнішній вигляд                                                                                     | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | Однорідна в'язка рідина без сторонніх домішок         |
| 2     | Колір                                                                                                | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | Відтінки жовто-коричневого                            |
| 3     | Запах                                                                                                | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | Специфічний, слабкий, властивий використаній сировині |
| 4     | Водневий показник, од. рН.                                                                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>5,0 – 8,5 | відповідає                                            |
| 5     | Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %                                              | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>140±5     | відповідає                                            |
| 6     | Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>100       | відповідає                                            |
| 7     | Дріжджі та плісняві гриби                                                                            | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>Не дозв.  | відповідає                                            |
| 8     | Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa) | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>Не дозв.  | відповідає                                            |
| 9     | Індекс шкірно-подразнюючої дії                                                                       | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>0 балів   | відповідає                                            |
| 10    | Індекс сенсibilізуючої дії                                                                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002<br>0 балів   | відповідає                                            |
| 11    | Маркування                                                                                           | UA.TR.753.MD.36226540/RS-002              | відповідає                                            |

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам  
UA.TR.753.MD.36226540/RS-002**

**Завідувач  
лабораторії відділу технічного контролю**

**Васильєва В.В.**



# Розчин у флаконі «Нормафіллінг»

## Виріб медичний для ректального застосування

### Інформація для споживача.

Нормафіллінг - ректальний розчин, діючими речовинами якого є екстракти рослин і гліцерин, які забезпечують безболісну дефекацію, місцеву регенеруючу дію по відношенню до слизової оболонки дистального відділу прямої кишки.

Механізм дії: посилення перистальтики шлунково-кишкового тракту шляхом стимуляції механорецепторів кишечника. Сприяє пом'якшенню калових мас, виявляє легку подразнюючу дію на слизову оболонку, рефлекторно стимулює скоротливу здатність кишечника, полегшує проходження калових мас.

Екстракт алое стимулює репаративні процеси (допомагає загоєнню ранок і подряпин, які можуть виникати на стінках прямої кишки при тяжкій дефекації). Екстракт інжиру, завдяки вмісту вітамінів А і С, а також пектинів, сприяє відновленню слизових оболонок нижніх відділів кишечника.

**Склад:** гліцерин, очищена вода, екстракт алое, екстракт інжиру.

**Форма випуску:** розчин у флаконі для ректального одноразового застосування, 140мл(ml), з гнучким наконечником.

### Показання до застосування:

- епізодичні (короткочасні) запори;
- функціональні, психогенні, вікові запори (в т.ч. ректальний копростаз у людей похилого і старечого віку);
- запори, зумовлені обмеженням рухливості;
- для профілактики запорів у осіб, які не можуть напружуватися при дефекації;
- підготовка до обстежень (рентгенологічне, ендоскопічне) і малоінвазивних оперативних втручань на товстому кишечнику;
- підготовка до акушерських маніпуляцій.

**Дозування:** по 1 флакону на добу, в разі потреби. В одному флаконі міститься одноразова доза. Профілактичний курс: не більше одного тижня. Далі - разово. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

### Спосіб застосування:

1. Зламати контроль першого відкриття, зняти захисний ковпачок.
2. Злегка натиснути на флакон, тримаючи його вертикально канюлей вгору, щоб на кінчику канюлі з'явилося кілька крапель розчину - це полегшить його введення.
3. Лежачи на лівому боці, обережно ввести канюлю ректально і повільно выдавити вміст флакона.

### Виріб медичний. Не є лікарським засобом.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем та уважно ознайомитися з інструкцією (інформацією для споживача).

**Протипоказання:** діти до п'яти років. Люди з підвищеною чутливістю до будь-якого з компонентів продукту.

**Побічні ефекти:** можливі подразнення в ректальній області, дискомфорт.

### Зверніть увагу!

Регулярне застосування як проносний засіб не рекомендується.

**Умови зберігання:** при температурі від 5° С до 25° С, в недоступному для дітей місці.

**Термін придатності:** 24 місяці з дати виготовлення.

**Виробник:** ТОВ “Красота та Здоров'я”, вул. Сомівська 12-Б, м. Харків, 61001, Україна,  
тел.: (057) 742-80-12, [info@zik.biz.ua](mailto:info@zik.biz.ua), [www.enjee.ua](http://www.enjee.ua), код 36226540

**Адреса потужностей виробництва:** вул. Зелена, 5, смт. Пісочин, Харківський р-н,  
Харківська обл., 62418, Україна.