

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.
Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «08» грудня 2025 р

Найменування продукції **Виріб медичний для ректального застосування**

Рідкі свічки «Обліпіха»

Кількість одиниць в партії:

2500 упаковок

Номер партії (серія):

021

Дата виготовлення

2025-12

Термін придатності:

24 місяці від дати виготовлення

Придатний до :

2027-12

Упаковка:

у пацці 6 мікроклізм об'ємом
9,0 мл (мл)

Виготовлено згідно:

UA.TR.753.MD.36226540/RS-001

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

№ з/п	Назва показника	Метод визначення	Вимоги згідно НД	Результат аналізу	Відповідність НД
1	Зовнішній вигляд	згідно UA.TR.753.MD.36226540/ RS-001	Прозора в'язка, гігроскопічна, рухома рідина	В'язка, рухома рідина	Відповідає
2	Колір		Властивий використаній сировині	Помаранчевий	Відповідає
3	Запах		Запах специфічний, слабкий, властивий використаній сировині	Слабкий, властивий сировині	Відповідає
4	Водневий показник , (pH)	ГОСТ 29188.2	5,0 -8,5	6,1	Відповідає
5	Об'єм наповнення, мл, відхилення від середньої маси, % не більше	UA.TR.753.MD.36226540/ RS-001 згідно підрозділ 7.4	9,0±5	9,0	Відповідає
Мікробіологічні показники					
6	Кількість МАФАНМ, КУО/ 1 г. (см³)	ДСТУ ISO 21149:2010	Не більше 100	10	Відповідає
6.1	Плісняві гриби та дріжджі, КУО/ 1 г. (см³)	ДСТУ ISO 16212:2012 ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає
6.2	Бактерії родини Enterobacteriaceae у 1,0 г (см³)	ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає
6.3	Staphylococcus aureus у 1,0 г	ДСТУ ISO 22718:2010 ДФУ 2,0	Не допускається	Відсутні	Відповідає

	(см³)	п. 2.6.12 -2.6.13			
6.4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> у 1,0 г.(см³)	ДСТУ ISO 22717:2010	Не допускається	Відсутні	Відповідає

Начальник відділу технічного контролю та забезпечення якості ТОВ «Красота та Здоров'я»



TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 1 (версія 2)

Загальна назва виробів: Рідкі свічки

Торгова назва виробів: Перелік виробів наведений в додатку 1 до декларації про відповідність

Виробник: ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я», 61001, м. Харків, вул. Сомівська, будинок 12-б, Україна, код ЄДРПОУ: 36226540

Адреса потужностей виробництва: ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» 62418, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Зелена, 5, Україна.

Класифікація: І (не стерильні, без функції вимірювання), відповідно до Правила 13 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

Процедура оцінки відповідності: «Внутрішній контроль виробництва» згідно вимог додатку 8 (за виключенням п. 5 та п. 6) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

Термін дії декларації про відповідність: Дійсна до 14.11.2027р.

Знак відповідності вимогам технічного регламенту без коду органу



Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника. За достовірність наданої інформації відповідальність несе виробник. Продукція вводиться в обіг під цілковиту відповідальність виробника. ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» декларує виконання основних вимог до медичних виробів, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається та підтримується компанією ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я»

Місце видачі: м. Київ

Дата підпису: 15.11.2022р.


Підпис уповноваженої особи / МП

Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Назва посади, ПІБ

Додаток № 1 до декларації про відповідність
№ 1 (версія 2) від 15.11.2022

№	Назва виробів
1	Рідкі Свічки «Гліцерин»;
2	Рідкі Свічки «Гліцерин для дітей»;
3	Рідкі Свічки «Обліпіха»;
4	Рідкі Свічки «Евкаліпт»;
5	Рідкі Свічки «Прополіс»;
6	Рідкі Свічки «Гарбуз»;
7	Рідкі Свічки «Нормафілінг»;
8	Рідкі свічки «Проносні»;
9	Рідкі свічки «Глістерікс».



Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Підпис уповноваженої особи / МП

Назва посади, ПІБ

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «27» лютого 2026 р

Найменування продукції: Виріб медичний для ректального застосування

Рідкі свічки «Обліпіха»

Кількість одиниць в партії:

2000 упаковок

Номер партії (серія):

022

Дата виготовлення

2026-02

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Придатний до :

2028-02

Упаковка:

у пачці 6 мікроклізм об'ємом
9,0 мл (ml)

Виготовлено згідно: UA.TR.753.MD.36226540/RS-001

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

№ з/п	Назва показника	Метод визначення	Вимоги згідно НД	Результат аналізу	Відповідність НД
1	Зовнішній вигляд	згідно UA.TR.753.MD.36226540/ RS-001	Прозора в'язка, гігроскопічна, рухома рідина	В'язка, рухома рідина	Відповідає
2	Колір		Властивий використаній сировині	Помаранчевий	Відповідає
3	Запах		Запах специфічний, слабкий, властивий використаній сировині	Слабкий, властивий сировині	Відповідає
4	Водневий показник , (рН)	ГОСТ 29188.2	5,0 -8,5	6,1	Відповідає
5	Об'єм наповнення, мл, відхилення від середньої маси, % не більше	UA.TR.753.MD.36226540/ RS-001 згідно підрозділ 7.4	9,0±5	9,0	Відповідає
Мікробіологічні показники					
6	Кількість МАФАНМ, КУО/ 1 г. (см ³)	ДСТУ ISO 21149:2010	Не більше 100	10	Відповідає
6.1	Плісняві гриби та дріжджі, КУО/ 1 г. (см ³)	ДСТУ ISO 16212:2012 ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає
6.2	Бактерії родини Enterobacteriaceae у 1,0 г (см ³)	ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає

Вх.акт. N 0996 від 28.04.26 

ТОВ «Красота та Здоров'я»,
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

6.3	Staphylococcus aureus у 1,0 г (см ³)	ДСТУ ISO 22718:2010 ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає
6.4	Pseudomonas aeruginosa у 1,0 г.(см ³)	ДСТУ ISO 22717:2010	Не допускається	Відсутні	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/RS-001

Начальник відділу технічного
контролю та забезпечення якості
ТОВ «Красота та Здоров'я»

Васильєва В.В.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 1 (версія 2)

Загальна назва виробів: Рідкі свічки

Торгова назва виробів: Перелік виробів наведений в додатку 1 до декларації про відповідність

Виробник: ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я», 61001, м. Харків, вул. Сомівська, будинок 12-б, Україна, код ЄДРПОУ: 36226540

Адреса потужностей виробництва: ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» 62418, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Зелена, 5, Україна.

Класифікація: І (не стерильні, без функції вимірювання), відповідно до Правила 13 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

Процедура оцінки відповідності: «Внутрішній контроль виробництва» згідно вимог додатку 8 (за виключенням п. 5 та п. 6) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

Термін дії декларації про відповідність: Дійсна до 14.11.2027р.

Знак відповідності вимогам технічного регламенту без коду органу



Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника. За достовірність наданої інформації відповідальність несе виробник. Продукція вводиться в обіг під цілковиту відповідальність виробника. ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» декларує виконання основних вимог до медичних виробів, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається та підтримується компанією ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я»

Місце видачі: м. Київ

Дата підпису: 15.11.2022р.


Підпис уповноваженої особи / МП

Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Назва посади, ПІБ

Додаток № 1 до декларації про відповідність
№ 1 (версія 2) від 15.11.2022

№	Назва виробів
1	Рідкі Свічки «Гліцерин»;
2	Рідкі Свічки «Гліцерин для дітей»;
3	Рідкі Свічки «Обліпіха»;
4	Рідкі Свічки «Евкалипт»;
5	Рідкі Свічки «Прополіс»;
6	Рідкі Свічки «Гарбуз»;
7	Рідкі Свічки «Нормафілінг»;
8	Рідкі свічки «Проносні»;
9	Рідкі свічки «Глістерікс».



/ Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Підпис уповноваженої особи / МП

Назва посади, ПІБ

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»

Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «25» серпня 2025 р

Найменування продукції: Виріб медичний для ректального застосування

Рідкі свічки «Обліпіха»

Кількість одиниць в партії:

2500 упаковок

Номер партії (серія):

020

Дата виготовлення

2025-08

Термін придатності:

24 місяці від дати виготовлення

Придатний до :

2027-08

Упаковка:

у пачці 6 мікроклізм об'ємом
9,0 мл (мл)

Виготовлено згідно:

UA.TR.753.MD.36226540/RS-001

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5°C до 25°C, в недоступному для дітей місці

№ з/п	Назва показника	Метод визначення	Вимоги згідно НД	Результат аналізу	Відповідність НД
1	Зовнішній вигляд	згідно UA.TR.753.MD.36226540/ RS-001	Прозора в'язка, гігроскопічна, рухома рідина	В'язка, рухома рідина	Відповідає
2	Колір		Властивий використаній сировині	Помаранчевий	Відповідає
3	Запах		Запах специфічний, слабкий, властивий використаній сировині	Слабкий, властивий сировині	Відповідає
4	Водневий показник , (pH)	ГОСТ 29188.2	5,0 -8,5	6,1	Відповідає
5	Об'єм наповнення, мл, відхилення від середньої маси, % не більше	UA.TR.753.MD.36226540/ RS-001 згідно підрозділ 7.4	9,0±5	9,0	Відповідає
Мікробіологічні показники					
6	Кількість МАФАНМ, КУО/ 1 г. (см³)	ДСТУ ISO 21149:2010	Не більше 100	10	Відповідає
6.1	Плісняві гриби та дріжджі, КУО/ 1 г. (см³)	ДСТУ ISO 16212:2012 ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає
6.2	Бактерії родини Enterobacteriaceae у 1,0 г (см³)	ДФУ 2,0 п. 2.6.12 -2.6.13	Не допускається	Відсутні	Відповідає
6.3	Staphylococcus aureus у 1,0 г	ДСТУ ISO 22718:2010 ДФУ 2,0	Не допускається	Відсутні	Відповідає


Відомо про це
23 сер. 2025

ТОВ «Красота та Здоров'я»,
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

	(см ³)	п. 2.6.12 -2.6.13			
6.4	Pseudomonas aeruginosa у 1,0 г.(см ³)	ДСТУ ISO 22717:2010	Не допускається	Відсутні	Відповідає

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/RS-001**

**Начальник відділу технічного
контролю та забезпечення якості
ТОВ «Красота та Здоров'я»**



Васильєва В.В.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 1 (версія 2)

Загальна назва виробів: Рідкі свічки

Торгова назва виробів: Перелік виробів наведений в додатку 1 до декларації про відповідність

Виробник: ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я», 61001, м. Харків, вул. Сомівська, будинок 12-б, Україна, код ЄДРПОУ: 36226540

Адреса потужностей виробництва: ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» 62418, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Зелена, 5, Україна.

Класифікація: І (не стерильні, без функції вимірювання), відповідно до Правила 13 Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

Процедура оцінки відповідності: «Внутрішній контроль виробництва» згідно вимог додатку 8 (за виключенням п. 5 та п. 6) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753

Термін дії декларації про відповідність: Дійсна до 14.11.2027р.

Знак відповідності вимогам технічного регламенту без коду органу



Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника. За достовірність наданої інформації відповідальність несе виробник. Продукція вводиться в обіг під цілковиту відповідальність виробника. ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» декларує виконання основних вимог до медичних виробів, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається та підтримується компанією ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я»

Місце видачі: м. Київ

Дата підпису: 15.11.2022р.


Підпис уповноваженої особи / МП

Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Назва посади, ПІБ

Додаток № 1 до декларації про відповідність
№ 1 (версія 2) від 15.11.2022

№	Назва виробів
1	Рідкі Свічки «Гліцерин»;
2	Рідкі Свічки «Гліцерин для дітей»;
3	Рідкі Свічки «Обліпіха»;
4	Рідкі Свічки «Евкалипт»;
5	Рідкі Свічки «Прополіс»;
6	Рідкі Свічки «Гарбуз»;
7	Рідкі Свічки «Нормафіллінг»;
8	Рідкі свічки «Проносні»;
9	Рідкі свічки «Глістерікс».



/ Директор ТОВ «КРАСОТА ТА ЗДОРОВ'Я» Горбатовський В.В.

Підпис уповноваженої особи / МП

Назва посади, ПІБ