

Сертифікат якості

Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типів АЕ, БЕ, Б

Номер спринцівки _____ АЕ7 _____
Кількість (шт.) _____ 80 _____
Дата виготовлення _____ 2026.05 _____
Номер партії _____ 2026.05 _____
Термін придатності _____ 2030.05 _____
ТУ У 25.2-25274980.002-2002

№ п/п	Найменування показників	Норма	Факт
Санітарно-хімічні показники витягнень для спринцівок:			
1	Зміна величини рН	± 1.0	+ 0.08
2	Відновлення домішки	не більше 1 мл 0.02Н розчину $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	0.25
3	Метали: цинк, мг/л, не більше	1.0	Відсутні
Технічні характеристики :			
4	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>Тип АЕ:</i>		
	№ 0	8 $\pm$ 4 5/7	Відповідає вимогам табл. 2 зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 3	30 $\pm$ 10 10/20	
	№ 5	45 $\pm$ 10 15/30	
	№ 7	80 $\pm$ 15 20/50	
	№ 9	135 $\pm$ 20 45/90	
	№ 11	210 $\pm$ 30 65/160	
	№ 13	330 $\pm$ 30 80/2220	
	№ 15	500 $\pm$ 30 100/240	
	№ 16	700 $\pm$ 40 120/300	
5	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>тип БЕ:</i>		
	№ 0	10 $\pm$ 3 5/7	Відповідає вимогам табл. 2а, 2Б зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 1	25 $\pm$ 5 10/17	
	№ 3	40 $\pm$ 10 15/28	
	№ 5	95 $\pm$ 20 20/64	
	№ 7	140 $\pm$ 20 45/95	
	№ 9	250 $\pm$ 30 65/170	
	№ 11	360 $\pm$ 30 80/240	
	№ 13	520 $\pm$ 30 100/280	
	№ 16	760 $\pm$ 40 110/300	
	<i>тип Б вик. АСП № 2</i>	50 $\pm$ 10 15/35	
	<i>тип Б вик. ІБ № 9</i>	300 $\pm$ 30 65/120	
6	Стійкість до водноспиртових розтворів	Повинні бути стійкими до 50% розчину протягом 4-х годин	Витримують
7	Стійкість до дезінфекції	Повинні витримувати 5-ти кратне кип'ятіння в дистильованій воді впродовж 30 хв.	Витримують
8	Зовнішній вигляд	Відсутність тріщин, розривів	Витримують
9	Герметичність	З'єднання балону спринцівки типів Б та ІБ з наконечником повинне бути герметичним.	Витримують

Заключення: Спринцівки відповідають вимогам ТУ У 25.2-25274980.002-2002

Технічний контроль



М. п. № 0547 В. г. 04.05.26

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

(повне найменування виробника)

код ЄДРПОУ 25274980

(код за ЄДРПОУ)

07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Кутузова, 127 (юридична адреса)

(адреса виробника)

в особі Генерального директора Кравця Антона Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника)

підтверджує, що медичний виріб: Спринцівки типу А, Б, Ас, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП згідно додатку №1;

клас потенційного ризику застосування — І клас (Технічний регламент щодо медичних виробів, додаток 2),

що виготовляється за ТУ У 25.2-25274980.002-2002 «Спринцівки».

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. №753) додаток 8.

Технічна документація на медичні вироби розроблена.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

08.06.2022

(дата)

08.06.2027

(чинна до)

Генеральний директор

ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

(посада)



М.П.

(підпис)

А.І. Кравець

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК

до Декларації про відповідність №1 від 08.06.2022 р.

Спринцівки типу А, Б, Ае, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП

(ТУ У 25.2-25274980.002-2002) виробництва

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (Україна)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу українською мовою	Назва модифікації медичного виробу російською мовою	Клас потенційно го ризику застосуван ня	Додаток технічного регламент у
1	Спринцівка типу АЕ розміру 0	Спринцовка типа Ае размер 0	1	8
2	Спринцівка типу АЕ розміру 3	Спринцовка типа Ае размер 3	1	8
3	Спринцівка типу АЕ розміру 5	Спринцовка типа Ае размер 5	1	8
4	Спринцівка типу АЕ розміру 7	Спринцовка типа Ае размер 7	1	8
5	Спринцівка типу АЕ розміру 9	Спринцовка типа Ае размер 9	1	8
6	Спринцівка типу АЕ розміру 11	Спринцовка типа Ае размер 11	1	8
7	Спринцівка типу АЕ розміру 13	Спринцовка типа Ае размер 13	1	8
8	Спринцівка типу АЕ розміру 15	Спринцовка типа Ае размер 15	1	8
9	Спринцівка типу АЕ розміру 16	Спринцовка типа Ае размер 16	1	8
10	Спринцівка типу БЕ розміру 0	Спринцовка типа Бе размер 0	1	8
11	Спринцівка типу БЕ розміру 1	Спринцовка типа Бе размер 1	1	8
12	Спринцівка типу БЕ розміру 3	Спринцовка типа Бе размер 3	1	8
13	Спринцівка типу БЕ розміру 5	Спринцовка типа Бе размер 5	1	8
14	Спринцівка типу БЕ розміру 7	Спринцовка типа Бе размер 7	1	8
15	Спринцівка типу БЕ розміру 9	Спринцовка типа Бе размер 9	1	8
16	Спринцівка типу БЕ розміру 11	Спринцовка типа Бе размер 11	1	8
17	Спринцівка типу БЕ розміру 13	Спринцовка типа Бе размер 13	1	8
18	Спринцівка типу БЕ розміру 16	Спринцовка типа Бе размер 16	1	8
19	Спринцівка типу А вик.1, розм. 0	Спринцовка типа А исп.1, разм.0	1	8
20	Спринцівка типу А вик.1, розм. 1	Спринцовка типа А исп.1, разм.1	1	8
21	Спринцівка типу А вик.1, розм. 3	Спринцовка типа А исп.1, разм.3	1	8
22	Спринцівка типу А вик.1, розм. 6	Спринцовка типа А исп.1, разм.6	1	8
23	Спринцівка типу А вик.1, розм. 9	Спринцовка типа А исп.1, разм.9	1	8
24	Спринцівка типу А вик.1, розм. 12	Спринцовка типа А исп.1, разм.12	1	8
25	Спринцівка типу А вик.1, розм. 15	Спринцовка типа А исп.1, разм.15	1	8
26	Спринцівка типу А вик.2, розм. 0	Спринцовка типа А исп.2, разм.0	1	8
27	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 0	Спринцовка типа Б исп.1, разм.0	1	8
28	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 1	Спринцовка типа Б исп.1, разм.1	1	8
29	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 2	Спринцовка типа Б исп.1, разм.2	1	8
30	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 3	Спринцовка типа Б исп.1, разм.3	1	8
31	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 6	Спринцовка типа Б исп.1, разм.6	1	8
32	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.1, разм.8	1	8
33	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 12	Спринцовка типа Б исп.1, разм.12	1	8
34	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.1, разм.15	1	8
35	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.2, разм.8	1	8
36	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.2, разм.15	1	8
37	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.3, разм.8	1	8
38	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 9	Спринцовка типа Б исп.3, разм.9	1	8
39	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.3, разм.15	1	8
40	Спринцівка типу Б вик. ІБ, розм.9	Спринцовка типа Б исп.ІБ, разм.9	1	8
41	Спринцівка типу Б вик. АСП, розм.2	Спринцовка типа Б исп. АСП, разм.2	1	8

Генеральний директор
ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

А.І.Кравець

Сертифікат якості

Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типів АЕ, БЕ, Б

Номер спринцівки Ае7

Кількість (шт.) 80

Дата виготовлення 2026.03

Номер партії 2026.03

Термін придатності 2030.03

ТУ У 25.2-25274980.002-2002

№ п/п	Найменування показників	Норма	Факт
<i>Санітарно-хімічні показники витягнень для спринцівок:</i>			
1	Зміна величини рН	± 1.0	+ 0.08
2	Відновлення домішки	не більше 1 мл 0.02Н розтвору $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	0.25
3	Метали: цинк, мг/л, не більше	1.0	Відсутні
<i>Технічні характеристики :</i>			
4	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>Тип АЕ:</i>		
	№ 0	8 $\pm$ 4 5/7	Відповідає вимогам табл. 2 зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 3	30 $\pm$ 10 10/20	
	№ 5	45 $\pm$ 10 15/30	
	№ 7	80 $\pm$ 15 20/50	
	№ 9	135 $\pm$ 20 45/90	
	№ 11	210 $\pm$ 30 65/160	
	№ 13	330 $\pm$ 30 80/2220	
	№ 15	500 $\pm$ 30 100/240	
	№ 16	700 $\pm$ 40 120/300	
5	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>тип БЕ:</i>		
	№ 0	10 $\pm$ 3 5/7	Відповідає вимогам табл. 2а, 2Б зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 1	25 $\pm$ 5 10/17	
	№ 3	40 $\pm$ 10 15/28	
	№ 5	95 $\pm$ 20 20/64	
	№ 7	140 $\pm$ 20 45/95	
	№ 9	250 $\pm$ 30 65/170	
	№ 11	360 $\pm$ 30 80/240	
	№ 13	520 $\pm$ 30 100/280	
	№ 16	760 $\pm$ 40 110/300	
	<i>тип Б вик. АСП № 2</i>	50 $\pm$ 10 15/35	
	<i>тип Б вик. ІБ № 9</i>	300 $\pm$ 30 65/120	
6	Стійкість до водноспиртових розтворів	Повинні бути стійкими до 50% розтвору протягом 4-х годин	Витримують
7	Стійкість до дезінфекції	Повинні витримувати 5-ти кратне кип'ятіння в дистильованій воді впродовж 30 хв.	Витримують
8	Зовнішній вигляд	Відсутність тріщин, розривів	Витримують
9	Герметичність	З'єднання балону спринцівки типів Б та ІБ з наконечником повинне бути герметичним.	Витримують

Заключення: Спринцівки відповідають вимогам ТУ У 25.2-25274980.002-2002

Технічний контроль:

підпис

Має в 2026 б.г. 19.03.26 Т.І.І.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

(повне найменування виробника)

код ЄДРПОУ 25274980

(код за ЄДРПОУ)

07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Кутузова, 127 (юридична адреса)

(адреса виробника)

в особі Генерального директора Кравця Антона Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника)

підтверджує, що медичний виріб: Спринцівки типу А, Б, Ас, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП згідно додатку №1;

клас потенційного ризику застосування — І клас (Технічний регламент щодо медичних виробів, додаток 2),

що виготовляється за ТУ У 25.2-25274980.002-2002 «Спринцівки».

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. №753) додаток 8.

Технічна документація на медичні вироби розроблена.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

08.06.2022

(дата)

08.06.2027

(чинна до)

Генеральний директор

ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

(посада)



М.П.

(підпис)

А.І. Кравець

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК

до Декларації про відповідність №1 від 08.06.2022 р.

Спринцівки типу А, Б, Ае, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП

(ТУ У 25.2-25274980.002-2002) виробництва

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (Україна)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу українською мовою	Назва модифікації медичного виробу російською мовою	Клас потенційно го ризику застосуван ня	Додаток технічного регламент у
1	Спринцівка типу АЕ розміру 0	Спринцовка типа Ае размер 0	1	8
2	Спринцівка типу АЕ розміру 3	Спринцовка типа Ае размер 3	1	8
3	Спринцівка типу АЕ розміру 5	Спринцовка типа Ае размер 5	1	8
4	Спринцівка типу АЕ розміру 7	Спринцовка типа Ае размер 7	1	8
5	Спринцівка типу АЕ розміру 9	Спринцовка типа Ае размер 9	1	8
6	Спринцівка типу АЕ розміру 11	Спринцовка типа Ае размер 11	1	8
7	Спринцівка типу АЕ розміру 13	Спринцовка типа Ае размер 13	1	8
8	Спринцівка типу АЕ розміру 15	Спринцовка типа Ае размер 15	1	8
9	Спринцівка типу АЕ розміру 16	Спринцовка типа Ае размер 16	1	8
10	Спринцівка типу БЕ розміру 0	Спринцовка типа Бе размер 0	1	8
11	Спринцівка типу БЕ розміру 1	Спринцовка типа Бе размер 1	1	8
12	Спринцівка типу БЕ розміру 3	Спринцовка типа Бе размер 3	1	8
13	Спринцівка типу БЕ розміру 5	Спринцовка типа Бе размер 5	1	8
14	Спринцівка типу БЕ розміру 7	Спринцовка типа Бе размер 7	1	8
15	Спринцівка типу БЕ розміру 9	Спринцовка типа Бе размер 9	1	8
16	Спринцівка типу БЕ розміру 11	Спринцовка типа Бе размер 11	1	8
17	Спринцівка типу БЕ розміру 13	Спринцовка типа Бе размер 13	1	8
18	Спринцівка типу БЕ розміру 16	Спринцовка типа Бе размер 16	1	8
19	Спринцівка типу А вик.1, розм. 0	Спринцовка типа А исп.1, разм.0	1	8
20	Спринцівка типу А вик.1, розм. 1	Спринцовка типа А исп.1, разм.1	1	8
21	Спринцівка типу А вик.1, розм. 3	Спринцовка типа А исп.1, разм.3	1	8
22	Спринцівка типу А вик.1, розм. 6	Спринцовка типа А исп.1, разм.6	1	8
23	Спринцівка типу А вик.1, розм. 9	Спринцовка типа А исп.1, разм.9	1	8
24	Спринцівка типу А вик.1, розм. 12	Спринцовка типа А исп.1, разм.12	1	8
25	Спринцівка типу А вик.1, розм. 15	Спринцовка типа А исп.1, разм.15	1	8
26	Спринцівка типу А вик.2, розм. 0	Спринцовка типа А исп.2, разм.0	1	8
27	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 0	Спринцовка типа Б исп.1, разм.0	1	8
28	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 1	Спринцовка типа Б исп.1, разм.1	1	8
29	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 2	Спринцовка типа Б исп.1, разм.2	1	8
30	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 3	Спринцовка типа Б исп.1, разм.3	1	8
31	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 6	Спринцовка типа Б исп.1, разм.6	1	8
32	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.1, разм.8	1	8
33	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 12	Спринцовка типа Б исп.1, разм.12	1	8
34	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.1, разм.15	1	8
35	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.2, разм.8	1	8
36	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.2, разм.15	1	8
37	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.3, разм.8	1	8
38	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 9	Спринцовка типа Б исп.3, разм.9	1	8
39	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.3, разм.15	1	8
40	Спринцівка типу Б вик. ІБ, розм.9	Спринцовка типа Б исп.ІБ, разм.9	1	8
41	Спринцівка типу Б вик. АСП, розм.2	Спринцовка типа Б исп. АСП, разм.2	1	8

Генеральний директор
ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

А.І.Кравець

Сертифікат якості
Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типів Ає, Бє, Б

 Номер спринцівки _____ Ає7 _____
 Кількість (шт.) _____ 240 _____
 Дата виготовлення _____ 2026.04 _____
 Номер партії _____ 2026.04 _____
 Термін придатності _____ 2030.04 _____

ТУ У 25.2-25274980.002-2002

№ п/п	Найменування показників	Норма	Факт
Санітарно-хімічні показники витягнень для спринцівок:			
1	Зміна величини рН	± 1.0	+ 0.08
2	Відновлення домішки	не більше 1 мл 0.02Н розтвору Na ₂ S ₂ O ₃	0.25
3	Метали: цинк, мг/л, не більше	1.0	Відсутні
Технічні характеристики :			
4	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>Тип Ає:</i>		
	№ 0	8±4 5/7	Відповідає вимогам табл. 2 зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 3	30±10 10/20	
	№ 5	45±10 15/30	
	№ 7	80±15 20/50	
	№ 9	135±20 45/90	
	№ 11	210±30 65/160	
	№ 13	330±30 80/2220	
	№ 15	500±30 100/240	
	№ 16	700±40 120/300	
5	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>тип Бє:</i>		
	№ 0	10±3 5/7	Відповідає вимогам табл. 2а, 2Б зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 1	25±5 10/17	
	№ 3	40±10 15/28	
	№ 5	95±20 20/64	
	№ 7	140±20 45/95	
	№ 9	250±30 65/170	
	№ 11	360±30 80/240	
	№ 13	520±30 100/280	
	№ 16	760±40 110/300	
	<i>тип Б</i> вик. АСП № 2	50±10 15/35	
	<i>тип Б</i> вик. ІБ № 9	300±30 65/120	
6	Стійкість до водноспиртових розтворів	Повинні бути стійкими до 50% розтвору протягом 4-х годин	Витримують
7	Стійкість до дезинфекції	Повинні витримувати 5-ти кратне кип'ятіння в дистильованій воді впродовж 30 хв.	Витримують
8	Зовнішній вигляд	Відсутність тріщин, розривів	Витримують
9	Герметичність	З'єднання балону спринцівки типів Б та ІБ з наконечником повинне бути герметичним.	Витримують

Заключення: Спринцівки відповідають вимогам ТУ У 25.2-25274980.002-2002

Технічний контроль:



Прх.сш. N 1013 від 09.04.20

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

(повне найменування виробника)

код ЄДРПОУ 25274980

(код за ЄДРПОУ)

07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Кутузова, 127 (юридична адреса)

(адреса виробника)

в особі Генерального директора Кравця Антона Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника)

підтверджує, що медичний виріб: Спринцівки типу А, Б, Ас, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП згідно додатку №1;

клас потенційного ризику застосування — І клас (Технічний регламент щодо медичних виробів, додаток 2),

що виготовляється за ТУ У 25.2-25274980.002-2002 «Спринцівки».

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. №753) додаток 8.

Технічна документація на медичні вироби розроблена.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

08.06.2022

(дата)

08.06.2027

(чинна до)

Генеральний директор

ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

(посада)



М.П.

(підпис)

А.І. Кравець

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК

до Декларації про відповідність №1 від 08.06.2022 р.

Спринцівки типу А, Б, Ае, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП

(ТУ У 25.2-25274980.002-2002) виробництва

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (Україна)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу українською мовою	Назва модифікації медичного виробу російською мовою	Клас потенційно го ризику застосуван ня	Додаток технічного регламент у
1	Спринцівка типу АЕ розміру 0	Спринцовка типа Ае размер 0	1	8
2	Спринцівка типу АЕ розміру 3	Спринцовка типа Ае размер 3	1	8
3	Спринцівка типу АЕ розміру 5	Спринцовка типа Ае размер 5	1	8
4	Спринцівка типу АЕ розміру 7	Спринцовка типа Ае размер 7	1	8
5	Спринцівка типу АЕ розміру 9	Спринцовка типа Ае размер 9	1	8
6	Спринцівка типу АЕ розміру 11	Спринцовка типа Ае размер 11	1	8
7	Спринцівка типу АЕ розміру 13	Спринцовка типа Ае размер 13	1	8
8	Спринцівка типу АЕ розміру 15	Спринцовка типа Ае размер 15	1	8
9	Спринцівка типу АЕ розміру 16	Спринцовка типа Ае размер 16	1	8
10	Спринцівка типу БЕ розміру 0	Спринцовка типа Бе размер 0	1	8
11	Спринцівка типу БЕ розміру 1	Спринцовка типа Бе размер 1	1	8
12	Спринцівка типу БЕ розміру 3	Спринцовка типа Бе размер 3	1	8
13	Спринцівка типу БЕ розміру 5	Спринцовка типа Бе размер 5	1	8
14	Спринцівка типу БЕ розміру 7	Спринцовка типа Бе размер 7	1	8
15	Спринцівка типу БЕ розміру 9	Спринцовка типа Бе размер 9	1	8
16	Спринцівка типу БЕ розміру 11	Спринцовка типа Бе размер 11	1	8
17	Спринцівка типу БЕ розміру 13	Спринцовка типа Бе размер 13	1	8
18	Спринцівка типу БЕ розміру 16	Спринцовка типа Бе размер 16	1	8
19	Спринцівка типу А вик.1, розм. 0	Спринцовка типа А исп.1, разм.0	1	8
20	Спринцівка типу А вик.1, розм. 1	Спринцовка типа А исп.1, разм.1	1	8
21	Спринцівка типу А вик.1, розм. 3	Спринцовка типа А исп.1, разм.3	1	8
22	Спринцівка типу А вик.1, розм. 6	Спринцовка типа А исп.1, разм.6	1	8
23	Спринцівка типу А вик.1, розм. 9	Спринцовка типа А исп.1, разм.9	1	8
24	Спринцівка типу А вик.1, розм. 12	Спринцовка типа А исп.1, разм.12	1	8
25	Спринцівка типу А вик.1, розм. 15	Спринцовка типа А исп.1, разм.15	1	8
26	Спринцівка типу А вик.2, розм. 0	Спринцовка типа А исп.2, разм.0	1	8
27	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 0	Спринцовка типа Б исп.1, разм.0	1	8
28	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 1	Спринцовка типа Б исп.1, разм.1	1	8
29	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 2	Спринцовка типа Б исп.1, разм.2	1	8
30	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 3	Спринцовка типа Б исп.1, разм.3	1	8
31	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 6	Спринцовка типа Б исп.1, разм.6	1	8
32	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.1, разм.8	1	8
33	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 12	Спринцовка типа Б исп.1, разм.12	1	8
34	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.1, разм.15	1	8
35	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.2, разм.8	1	8
36	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.2, разм.15	1	8
37	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.3, разм.8	1	8
38	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 9	Спринцовка типа Б исп.3, разм.9	1	8
39	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.3, разм.15	1	8
40	Спринцівка типу Б вик. ІБ, розм.9	Спринцовка типа Б исп.ІБ, разм.9	1	8
41	Спринцівка типу Б вик. АСП, розм.2	Спринцовка типа Б исп. АСП, разм.2	1	8

Генеральний директор
ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

А.І.Кравець


Сертифікат якості
Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типів Ае, Бе, Б

Номер спринцівки _____ Ае7 _____
 Кількість (шт.) _____ 80 _____
 Дата виготовлення _____ 2025.12 _____
 Номер партії _____ 2025.12 _____
 Термін придатності _____ 2029.12 _____
 ТУ У 25.2-25274980.002-2002

№ п/п	Найменування показників	Норма	Факт
Санітарно-хімічні показники витягнень для спринцівок:			
1	Зміна величини рН	± 1.0	+ 0.08
2	Відновлення домішки	не більше 1 мл 0.02Н розчину Na ₂ S ₂ O ₃	0.25
3	Метали: цинк, мг/л, не більше	1.0	Відсутні
Технічні характеристики :			
4	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>Тип Ае:</i>		
	№ 0	8±4 5/7	Відповідає вимогам табл. 2 зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 3	30±10 10/20	
	№ 5	45±10 15/30	
	№ 7	80±15 20/50	
	№ 9	135±20 45/90	
	№ 11	210±30 65/160	
	№ 13	330±30 80/2220	
	№ 15	500±30 100/240	
	№ 16	700±40 120/300	
5	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється <i>тип Бе:</i>		
	№ 0	10±3 5/7	Відповідає вимогам табл. 2а, 2Б зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 1	25±5 10/17	
	№ 3	40±10 15/28	
	№ 5	95±20 20/64	
	№ 7	140±20 45/95	
	№ 9	250±30 65/170	
	№ 11	360±30 80/240	
	№ 13	520±30 100/280	
	№ 16	760±40 110/300	
	<i>тип Б вик. АСП № 2</i>	50±10 15/35	
	<i>тип Б вик. ІБ № 9</i>	300±30 65/120	
6	Стійкість до водноспиртових розтворів	Повинні бути стійкими до 50% розчину протягом 4-х годин	Витримують
7	Стійкість до дезінфекції	Повинні витримувати 5-ти кратне кип'ятіння в дистильованій воді впродовж 30 хв.	Витримують
8	Зовнішній вигляд	Відсутність тріщин, розривів	Витримують
9	Герметичність	З'єднання балону спринцівки типів Б та ІБ з наконечником повинне бути герметичним.	Витримують

Заключення: Спринцівки відповідають вимогам ТУ У 25.2-25274980.002-2002

Технічний контроль:



 Вх. ак. №444
 25.12.25

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

(повне найменування виробника)

код ЄДРПОУ 25274980

(код за ЄДРПОУ)

07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Кутузова, 127 (юридична адреса)

(адреса виробника)

в особі Генерального директора Кравця Антона Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника)

підтверджує, що медичний виріб: Спринцівки типу А, Б, Ас, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП згідно додатку №1;

клас потенційного ризику застосування — І клас (Технічний регламент щодо медичних виробів, додаток 2),

що виготовляється за ТУ У 25.2-25274980.002-2002 «Спринцівки».

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. №753) додаток 8.

Технічна документація на медичні вироби розроблена.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

08.06.2022

(дата)

08.06.2027

(чинна до)

Генеральний директор

ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

(посада)



М.П.

(підпис)

А.І. Кравець

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК

до Декларації про відповідність №1 від 08.06.2022 р.

Спринцівки типу А, Б, Ае, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП

(ТУ У 25.2-25274980.002-2002) виробництва

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (Україна)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу українською мовою	Назва модифікації медичного виробу російською мовою	Клас потенційно го ризику застосуван ня	Додаток технічного регламент у
1	Спринцівка типу АЕ розміру 0	Спринцовка типа Ае размер 0	1	8
2	Спринцівка типу АЕ розміру 3	Спринцовка типа Ае размер 3	1	8
3	Спринцівка типу АЕ розміру 5	Спринцовка типа Ае размер 5	1	8
4	Спринцівка типу АЕ розміру 7	Спринцовка типа Ае размер 7	1	8
5	Спринцівка типу АЕ розміру 9	Спринцовка типа Ае размер 9	1	8
6	Спринцівка типу АЕ розміру 11	Спринцовка типа Ае размер 11	1	8
7	Спринцівка типу АЕ розміру 13	Спринцовка типа Ае размер 13	1	8
8	Спринцівка типу АЕ розміру 15	Спринцовка типа Ае размер 15	1	8
9	Спринцівка типу АЕ розміру 16	Спринцовка типа Ае размер 16	1	8
10	Спринцівка типу БЕ розміру 0	Спринцовка типа Бе размер 0	1	8
11	Спринцівка типу БЕ розміру 1	Спринцовка типа Бе размер 1	1	8
12	Спринцівка типу БЕ розміру 3	Спринцовка типа Бе размер 3	1	8
13	Спринцівка типу БЕ розміру 5	Спринцовка типа Бе размер 5	1	8
14	Спринцівка типу БЕ розміру 7	Спринцовка типа Бе размер 7	1	8
15	Спринцівка типу БЕ розміру 9	Спринцовка типа Бе размер 9	1	8
16	Спринцівка типу БЕ розміру 11	Спринцовка типа Бе размер 11	1	8
17	Спринцівка типу БЕ розміру 13	Спринцовка типа Бе размер 13	1	8
18	Спринцівка типу БЕ розміру 16	Спринцовка типа Бе размер 16	1	8
19	Спринцівка типу А вик.1, розм. 0	Спринцовка типа А исп.1, разм.0	1	8
20	Спринцівка типу А вик.1, розм. 1	Спринцовка типа А исп.1, разм.1	1	8
21	Спринцівка типу А вик.1, розм. 3	Спринцовка типа А исп.1, разм.3	1	8
22	Спринцівка типу А вик.1, розм. 6	Спринцовка типа А исп.1, разм.6	1	8
23	Спринцівка типу А вик.1, розм. 9	Спринцовка типа А исп.1, разм.9	1	8
24	Спринцівка типу А вик.1, розм. 12	Спринцовка типа А исп.1, разм.12	1	8
25	Спринцівка типу А вик.1, розм. 15	Спринцовка типа А исп.1, разм.15	1	8
26	Спринцівка типу А вик.2, розм. 0	Спринцовка типа А исп.2, разм.0	1	8
27	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 0	Спринцовка типа Б исп.1, разм.0	1	8
28	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 1	Спринцовка типа Б исп.1, разм.1	1	8
29	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 2	Спринцовка типа Б исп.1, разм.2	1	8
30	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 3	Спринцовка типа Б исп.1, разм.3	1	8
31	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 6	Спринцовка типа Б исп.1, разм.6	1	8
32	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.1, разм.8	1	8
33	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 12	Спринцовка типа Б исп.1, разм.12	1	8
34	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.1, разм.15	1	8
35	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.2, разм.8	1	8
36	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.2, разм.15	1	8
37	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.3, разм.8	1	8
38	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 9	Спринцовка типа Б исп.3, разм.9	1	8
39	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.3, разм.15	1	8
40	Спринцівка типу Б вик. ІБ, розм.9	Спринцовка типа Б исп.ІБ, разм.9	1	8
41	Спринцівка типу Б вик. АСП, розм.2	Спринцовка типа Б исп. АСП, разм.2	1	8

Генеральний директор
ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

А.І.Кравець

Сертифікат якості

Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типів АЕ, БЕ, Б


Номер спринцівки _____ АЕ7 _____
 Кількість (шт.) _____ 80 _____
 Дата виготовлення _____ 2025.10 _____
 Номер партії _____ 2025.10 _____
 Термін придатності _____ 2029.10 _____
 ТУ У 25.2-25274980.002-2002

№ п/п	Найменування показників	Норма	Факт
Санітарно-хімічні показники витягнень для спринцівок:			
1	Зміна величини рН	± 1.0	+ 0.08
2	Відновлення домішки	не більше 1 мл 0.02Н розтвору Na ₂ S ₂ O ₃	0.25
3	Метали: цинк, мг/л, не більше	1.0	Відсутні
Технічні характеристики :			
4	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється Тип АЕ:		
	№ 0	8±4 5/7	Відповідає вимогам табл. 2 зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 3	30±10 10/20	
	№ 5	45±10 15/30	
	№ 7	80±15 20/50	
	№ 9	135±20 45/90	
	№ 11	210±30 65/160	
	№ 13	330±30 80/2220	
	№ 15	500±30 100/240	
	№ 16	700±40 120/300	
5	Об'єм, мл/Активність, с, не більше/об'єм води, що витісняється тип БЕ:		
	№ 0	10±3 5/7	Відповідає вимогам табл. 2а, 2Б зміни 1. до ТУ У 25.2-25274980.002-2002
	№ 1	25±5 10/17	
	№ 3	40±10 15/28	
	№ 5	95±20 20/64	
	№ 7	140±20 45/95	
	№ 9	250±30 65/170	
	№ 11	360±30 80/240	
	№ 13	520±30 100/280	
	№ 16	760±40 110/300	
	тип Б вик. АСП № 2	50±10 15/35	
	тип Б вик. ІБ № 9	300±30 65/120	
6	Стійкість до водноспиртових розтворів	Повинні бути стійкими до 50% розтвору протягом 4-х годин	Витримують
7	Стійкість до дезинфекції	Повинні витримувати 5-ти кратне кип'ятіння в дистильованій воді впродовж 30 хв.	Витримують
8	Зовнішній вигляд	Відсутність тріщин, розривів	Витримують
9	Герметичність	З'єднання балону спринцівки типів Б та ІБ з наконечником повинне бути герметичним.	Витримують

Заключення: Спринцівки відповідають вимогам ТУ У 25.2-25274980.002-2002

Технічний контроль:

підпис


 Має № 1676 від 16.10.25

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №1

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

(повне найменування виробника)

код ЄДРПОУ 25274980

(код за ЄДРПОУ)

07400, Київська обл, м. Бровари, вул. Кутузова, 127 (юридична адреса)

(адреса виробника)

в особі Генерального директора Кравця Антона Ігоровича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника)

підтверджує, що медичний виріб: Спринцівки типу А, Б, Ас, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП згідно додатку №1;

клас потенційного ризику застосування — І клас (Технічний регламент щодо медичних виробів, додаток 2),

що виготовляється за ТУ У 25.2-25274980.002-2002 «Спринцівки».

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. №753) додаток 8.

Технічна документація на медичні вироби розроблена.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД».

08.06.2022

(дата)

08.06.2027

(чинна до)

Генеральний директор

ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

(посада)



М.П.

(підпис)

А.І. Кравець

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК

до Декларації про відповідність №1 від 08.06.2022 р.

Спринцівки типу А, Б, Ае, Бе виконань 1,2,3, ІБ, АСП

(ТУ У 25.2-25274980.002-2002) виробництва

Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД» (Україна)

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу українською мовою	Назва модифікації медичного виробу російською мовою	Клас потенційно го ризику застосуван ня	Додаток технічного регламент у
1	Спринцівка типу АЕ розміру 0	Спринцовка типа Ае размер 0	1	8
2	Спринцівка типу АЕ розміру 3	Спринцовка типа Ае размер 3	1	8
3	Спринцівка типу АЕ розміру 5	Спринцовка типа Ае размер 5	1	8
4	Спринцівка типу АЕ розміру 7	Спринцовка типа Ае размер 7	1	8
5	Спринцівка типу АЕ розміру 9	Спринцовка типа Ае размер 9	1	8
6	Спринцівка типу АЕ розміру 11	Спринцовка типа Ае размер 11	1	8
7	Спринцівка типу АЕ розміру 13	Спринцовка типа Ае размер 13	1	8
8	Спринцівка типу АЕ розміру 15	Спринцовка типа Ае размер 15	1	8
9	Спринцівка типу АЕ розміру 16	Спринцовка типа Ае размер 16	1	8
10	Спринцівка типу БЕ розміру 0	Спринцовка типа Бе размер 0	1	8
11	Спринцівка типу БЕ розміру 1	Спринцовка типа Бе размер 1	1	8
12	Спринцівка типу БЕ розміру 3	Спринцовка типа Бе размер 3	1	8
13	Спринцівка типу БЕ розміру 5	Спринцовка типа Бе размер 5	1	8
14	Спринцівка типу БЕ розміру 7	Спринцовка типа Бе размер 7	1	8
15	Спринцівка типу БЕ розміру 9	Спринцовка типа Бе размер 9	1	8
16	Спринцівка типу БЕ розміру 11	Спринцовка типа Бе размер 11	1	8
17	Спринцівка типу БЕ розміру 13	Спринцовка типа Бе размер 13	1	8
18	Спринцівка типу БЕ розміру 16	Спринцовка типа Бе размер 16	1	8
19	Спринцівка типу А вик.1, розм. 0	Спринцовка типа А исп.1, разм.0	1	8
20	Спринцівка типу А вик.1, розм. 1	Спринцовка типа А исп.1, разм.1	1	8
21	Спринцівка типу А вик.1, розм. 3	Спринцовка типа А исп.1, разм.3	1	8
22	Спринцівка типу А вик.1, розм. 6	Спринцовка типа А исп.1, разм.6	1	8
23	Спринцівка типу А вик.1, розм. 9	Спринцовка типа А исп.1, разм.9	1	8
24	Спринцівка типу А вик.1, розм. 12	Спринцовка типа А исп.1, разм.12	1	8
25	Спринцівка типу А вик.1, розм. 15	Спринцовка типа А исп.1, разм.15	1	8
26	Спринцівка типу А вик.2, розм. 0	Спринцовка типа А исп.2, разм.0	1	8
27	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 0	Спринцовка типа Б исп.1, разм.0	1	8
28	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 1	Спринцовка типа Б исп.1, разм.1	1	8
29	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 2	Спринцовка типа Б исп.1, разм.2	1	8
30	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 3	Спринцовка типа Б исп.1, разм.3	1	8
31	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 6	Спринцовка типа Б исп.1, разм.6	1	8
32	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.1, разм.8	1	8
33	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 12	Спринцовка типа Б исп.1, разм.12	1	8
34	Спринцівка типу Б вик.1, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.1, разм.15	1	8
35	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.2, разм.8	1	8
36	Спринцівка типу Б вик.2, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.2, разм.15	1	8
37	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 8	Спринцовка типа Б исп.3, разм.8	1	8
38	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 9	Спринцовка типа Б исп.3, разм.9	1	8
39	Спринцівка типу Б вик.3, розм. 15	Спринцовка типа Б исп.3, разм.15	1	8
40	Спринцівка типу Б вик. ІБ, розм.9	Спринцовка типа Б исп.ІБ, разм.9	1	8
41	Спринцівка типу Б вик. АСП, розм.2	Спринцовка типа Б исп. АСП, разм.2	1	8

Генеральний директор
ТОВ «АЛЬБЕРТ-КИЇВГУМА ЛТД»

А.І.Кравець