



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1

Назва продукції	Виконання
Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна, ТМ "Білосніжка"	7см x 4,6м
	10см x 4,6м ✓
	15см x 4,6м

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-8

Дата виготовлення

2025-01

Дата закінчення терміну придатності

2030-01

Номер партії (LOT)

01

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-007:2015

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		7см x 4,6м	10см x 4,6м	15см x 4,6м	
1	Зовнішній вигляд	Підкладка повинна бути без забруднень, без плім. дірок та інших дефектів			Відповідає
2	Склад матеріалу	Бавовна-50 %, віскоза-50 % Допускаються граничні відхилення складу на $\pm 10\%$			Відповідає
3	Ширина, см	$7,0 \pm 0,5$	$10,0 \pm 0,5$	$15,0 \pm 0,5$	Відповідає
4	Довжина, м	$4,6 - 0,1$	$4,6 - 0,1$	$4,6 - 0,1$	Відповідає
5	Ступінь білизни, %	не менше 70			Відповідає
6	Поверхнева щільність, г/м ²	не менше 10			Відповідає
7	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з пп.3.5. 3.6, 3.7 ТУ У 21.2-38935759-007:2015			Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним			Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-007:2015


Начальник
(Підпис)



(Підпис)

Наталя СУХІНІНА
(п.і.б.)

Дата оформлення паспорту 01.2025р.



09.08.2024

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-8 Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації	Стор. 1/3	Версія 2023.07
----------------------	--	-----------	----------------

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 8

Загальна назва виробу	Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації ТУ У 21.2-38935759-007:2015
Перелік виробів	наведено у Додатку № 1
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	Виріб нестерильний
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753)
Клас безпеки	I клас Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	пп. 1-4 Додатка 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	— ДСТУ EN ISO 13485 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання; — ДСТУ EN 1041 Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник; — ДСТУ EN ISO 14971 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком; — ДСТУ EN ISO 15223-1 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних виробах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги. Примітка. Застосовуються актуальні версії зазначених стандартів.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753.

Декларація про відповідність складена від імені та під цілковиту відповідальність виробника медичних виробів.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

Розробник:	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№ 190 від 12.06.2023 р.
Версія:	2023.07
Дата введення в дію:	01.07.2023 р.
Термін дії:	30.06.2028 р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc\ ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ \ Декларації про відповідність"

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-8 Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації	Стор. 2/3	Версія 2023.07
----------------------	--	-----------	----------------


Додаток № 1
до Декларації про відповідність № 8
Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації ТУ У 21.2-38935759-007:2015

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 5,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
2	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 6,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
3	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 7,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
4	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 7,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
5	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 10,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
6	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 12,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
7	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 12,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
8	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 15,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
9	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 20,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
10	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 25,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
11	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 5,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
12	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 6,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
13	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 7,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
14	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 7,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
15	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 10,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
16	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 12,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
17	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 12,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
18	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 15,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
19	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 20,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
20	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 25,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
21	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 2,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
22	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 5,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
23	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 7,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
24	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 7,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
25	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 10,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
26	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 15,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
27	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 20,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-8 Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації	Стор. 3/3	Версія 2023.07
----------------------	--	-----------	----------------

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
28	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 25,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
29	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 2,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
30	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 5,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
31	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 7,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
32	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 7,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
33	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 10,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
34	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 15,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
35	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 20,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
36	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 25,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 14666/2015

Медичний виріб

Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації
ТУ У 21.2-38935759-007:2015

назва медичного виробу, тип, вид, марка тощо

I

клас безпеки

в Додатку до даного Свідоцтва

номер згідно з каталогами

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А, Україна

найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва

що відповідає реєстраційним матеріалам, згідно з наказом Державної служби України з лікарських засобів від 07.04.2015 № 259 внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволений для застосування на території України.

Свідоцтво дійсне до 07 квітня 2017 р.

Перший заступник Голови

МП



О.А. Алексеева

MD

№ 054951



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58

e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua

Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10-ДВ-8-1

Назва продукції	Виконання
Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна, ТМ "Білосніжка"	7см x 4,6м
	✓ 10см x 4,6м
	15см x 4,6м

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-8

Дата виготовлення

2025-10

Дата закінчення терміну придатності

2030-10

Номер партії (LOT)

10

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-007:2015

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД			Результати перевірки
		7см x 4,6м	10см x 4,6м	15см x 4,6м	
1	Зовнішній вигляд	Підкладка повинна бути без забруднень, без плям, дірок та інших дефектів			Відповідає
2	Склад матеріалу	Бавовна-50 %, віскоза-50 % Допускаються граничні відхилення складу на ± 10 %			Відповідає
3	Ширина, см	7,0 $\pm$ 0,5	10,0 $\pm$ 0,5	15,0 $\pm$ 0,5	Відповідає
4	Довжина, м	4,6-0,1	4,6-0,1	4,6-0,1	Відповідає
		Плюсові відхилення не обмежуються			
5	Ступінь білизни, %	не менше 70			Відповідає
6	Поверхнева щільність, г/м ²	не менше 70			Відповідає
7	Комплектність, маркування та пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 21.2-38935759-007:2015			Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним			Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-007:2015

Начальник ВЛ
(Посада)



(Підпис)

Намалія СУХІНІНА
(п.і.б.)

Дата оформлення паспорту 10.2025р.

Вх.ак. №130
07.01.26



ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-8 Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації	Стор. 1/3	Версія 2023.07
----------------------	--	-----------	----------------


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № 8

Загальна назва виробу	Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації ТУ У 21.2-38935759-007:2015
Перелік виробів	наведено у Додатку № 1
Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Місцезнаходження	Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А
Стерильність	Виріб нестерильний
Функції вимірювання	Немає
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1. Основні вимоги до медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753)
Клас безпеки	I клас Додаток 2. Критерії класифікації медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10. 2013 р. № 753)
Процедура технічного регламенту, що застосовується	пп. 1-4 Додатка 8. Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів (Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753)
Стандарти, що застосовуються до медичного виробу	— ДСТУ EN ISO 13485 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання; — ДСТУ EN 1041 Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник; — ДСТУ EN ISO 14971 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком; — ДСТУ EN ISO 15223-1 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних виробах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги. Примітка. Застосовуються актуальні версії зазначених стандартів.
Назва та адреса, за якою зберігається документація з підтвердження відповідності	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 21

Цим заявляю, що вищеназвані продукти відповідають положенням Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753.

Декларація про відповідність складена від імені та під цілковиту відповідальність виробника медичних виробів.

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО

Розробник:	Начальник відділу якості - Колісник Н.Ю.
Затверджено наказом:	№ 190 від 12.06.2023 р.
Версія:	2023.07
Дата введення в дію:	01.07.2023 р.
Термін дії:	30.06.2028 р.
Електронна версія:	"D:\Хранилище\doc\ ДОКУМЕНТАЦІЯ (УМТ)\Документація СУЯ \ Декларації про відповідність"

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-8 Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації	Стор. 2/3	Версія 2023.07
----------------------	--	-----------	----------------

Додаток № 1
до Декларації про відповідність № 8
Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації ТУ У 21.2-38935759-007:2015

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
1	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 5,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
2	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 6,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
3	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 7,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
4	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 7,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
5	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 10,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
6	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 12,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
7	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 12,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
8	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 15,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
9	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 20,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
10	Підкладка ортопедична стрічкова синтетична шириною 25,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
11	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 5,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
12	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 6,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
13	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 7,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
14	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 7,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
15	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 10,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
16	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 12,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
17	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 12,5см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
18	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 15,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
19	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 20,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
20	Підкладка ортопедична стрічкова бавовняно-віскозна шириною 25,0см, довжиною (2,0; 2,7; 3,0; 4,5; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0) м
21	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 2,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
22	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 5,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
23	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 7,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
24	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 7,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
25	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 10,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
26	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 15,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
27	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 20,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"	ДВ-8 Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації	Стор. 3/3	Версія 2023.07
----------------------	--	-----------	----------------

№ з/п	Назва модифікації медичного виробу
28	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна синтетична шириною 25,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
29	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 2,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
30	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 5,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
31	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 7,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
32	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 7,5см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
33	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 10,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
34	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 15,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
35	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 20,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м
36	Підкладка ортопедична трубчата трикотажна бавовняно-віскозна шириною 25,0см, довжиною (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0) м

Директор ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"



Олена НАЗАРЕНКО



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 14666/2015

Медичний виріб

**Підкладки ортопедичні для засобів іммобілізації
ТУ У 21.2-38935759-007:2015**

назва медичного виробу, тип, вид, марка тощо

I

клас безпеки

в Додатку до даного Свідоцтва

номер згідно з каталогами

Виробник

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
18018, м. Черкаси, вул. Громова, 165А, Україна

найменування країни-виробника, місцезнаходження виробництва

що відповідає реєстраційним матеріалам, згідно з наказом Державної служби України з лікарських засобів від 07.04.2015 № 259 внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволений для застосування на території України.

Свідоцтво дійсне до 07 квітня 2017 р.

Перший заступник Голови

МП



О.А. Алексеева

MD

№ 054951