



ТОВ «Здравник»

Україна, 04073, м. Київ, Подільський р-н, вул. Сирецька, б. 28/2,
тел.: (050) 331-79-15

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 02/25

Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ»,
смієстю 120 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 1, 30 пакетиків по 1 г

Партія № 07.05.25

Кількість в партії 240 шт.

Дата виготовлення 07.05.25 р.

Використати до: 07.05.27 р.

Нормативна документація ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Визначасний показник	Вимоги ТУ	Результати випробовувань
Пристрій		
Маркування	п.1.5 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Упаковка	п.1.6 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Комплектність	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ» смієстю 120 мл – 1 шт., інструкція з експлуатації, поснана з паспортом – 1 шт., засіб для промивання – 30 шт. по 1 грама, анотація – 1 шт.	відповідає
Зовнішній вигляд поверхні деталей з пластмас	На поверхнях пристрою не допускаються сторонні вклучення, тріщини, відколи, здуття, розшарування, недоливи, гострі кромки, інші забруднення (частки матеріалів шліфування, полірування)	відповідає
Загальний вигляд	п.1.2.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Продуктивність пристрою	Продуктивність пристрою за одне стиснення повинна бути не менше 15 мл	23 мл
Відповідність комплекту конструкторської документації	п.1.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
З'єднання деталей	Поснавання всіх деталей пристрою повинно бути роз'ємним, щільним по посадці або різьбовим	відповідає
Засіб для промивання		
Зовнішній вигляд	Однорідний дрібнокристалічний порошок з вкрапленнями у вигляді круглої, квадратної, овальної, трикутної, плоскоциліндричної або двоопуклої форми. Допускається пресування кристалів через присутність вологи в натуральних компонентах	дрібнокристалічний порошок з вкрапленнями
Колір порошку	Від світло-бежевого до коричневого	бежевий
Запах	Властивий слабкому запаху екстрактів рослинної сировини	відповідає

Висновок: Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ», смієстю 120 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 1, 30 пакетиків по 1 г відповідає ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Директор

О.М. Грабар

Василь 313

29.05.2025



ЗДРАВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВНИК»

ЄДРПОУ 36337025 IBAN № 873808050000000026009159927

в АТ «Райффайзен Банк»,

МФО 380805, ІПН 363370226565, свідоцтво платника ПДВ 100224334

Адреса: вул. Сирецька, 28/2, м. Київ, 04073, тел.: +38 (067) 290 71 91

e-mail: office@zdravnic.com.ua, www.zdravnic.com.ua

Декларація про відповідність №001/2016

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.


Загальна назва медичного виробу:	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®» 
Перелік медичних виробів:	Див. Додаток 1 до цієї Декларації про відповідність
Виробник:	ТОВ «Здравник», 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька, буд. 28/2, Україна, тел. +38 (067) 290 71 91, www.zdravnic.com.ua
Стерильність:	Не стерильні
Функції вимірювання:	Не застосовується
Класифікація:	Клас I згідно Пункт 13, Додаток 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.
Термін дії декларації про відповідність №001/2016 до:	09.12.2028 р.
Процедура оцінки відповідності згідно Додатку 8 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.	
ТОВ «Здравник» заявляє, що вищевказаний медичний виріб відповідає всім вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р. Технічна документація з підтвердження відповідності розроблена та зберігається у виробника: ТОВ «Здравник», 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька, буд. 28/2. Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника ТОВ «Здравник».	

Місце видачі: Київ

Дата підпису: 18.08.2023 р.

Генеральний директор ТОВ «Здравник»  Грабар О. М.

Дата: 18.08.2023	Редакція: 4	Сторінка 1 із 2
------------------	-------------	-----------------



ЗДРАВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВНИК»

ЄДРПОУ 36337025 ІВАН № 873808050000000026009159927

в АТ «Райффайзен Банк»,

МФО 380805, ІПН 363370226565, свідоцтво платника ПДВ 100224334

Адреса: вул. Сирецька, 28/2, м. Київ, 04073, тел.: +38 (067) 290 71 91

e-mail: office@zdravnic.com.ua, www.zdravnic.com.ua

Додаток 1 до Декларації про відповідність №001/2016

Перелік медичних виробів

№	Назва медичних виробів українською мовою
1.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 240 ml(мл) №30, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №1)
2.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 120 ml(мл) №30, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №1)
3.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 240 ml(мл) №10, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №1)
4.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 240 ml(мл) №30, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №2)

Місце видачі: Київ

Дата підпису: 18.08.2023 р.

Генеральний директор ТОВ «Здравник»

Грабар О. М.





ТОВ «Здравіник»
Україна, 04073, м. Київ, Подільський р-н, вул. Сирецька, б. 28/2,
тел.: (050) 331-79-15

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 03/25

Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ»,
ємністю 120 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 1, 30 пакетиків по 1 г

Партія № 05.09.25

Кількість в партії 240 шт.

Дата виготовлення 05.09.25 р.

Використати до: 05.09.27 р.

Нормативна документація ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Визначасний показник	Вимоги ТУ	Результати випробовувань
Пристрій		
Маркування	п.1.5 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Упаковка	п.1.6 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Комплектність	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ» ємністю 120 мл – 1 шт., інструкція з експлуатації, поснана з паспортом – 1 шт., засіб для промивання – 30 шт. по 1 грама, анотація – 1 шт.	відповідає
Зовнішній вигляд поверхні деталей з пластмас	На поверхнях пристрою не допускаються сторонні включення, гризунни, відколи, злуття, розшарування, недоливи, гострі кромки, інші забруднення (частки матеріалів шліфування, полірування)	відповідає
Загальний вигляд	п.1.2.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Продуктивність пристрою	Продуктивність пристрою за одне стиснення повинна бути не менше 15 мл	23 мл
Відповідність комплексу конструкторської документації	п.1.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
З'єднання деталей	Поснавання всіх деталей пристрою повинно бути роз'ємним, щільним по посадці або різьбовим	відповідає
Засіб для промивання		
Зовнішній вигляд	Однорідний дрібнокристалічний порошок з вкрапленнями у вигляді круглої, квадратної, овальної, трикутної, плоскоциліндричної або двоопуклої форми. Допускається пресування кристалів через присутність волог в натуральних компонентах	Дрібнокристалічний порошок з вкрапленнями
Колір порошку	Від світло-бежевого до коричневого	бежевий
Запах	Власний слабкому запаху екстрактів рослинної сировини	відповідає

Висновок: Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ», ємністю 120 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 1, 30 пакетиків по 1 г відповідає вимогам ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Директор

О.М. Грабар

6х.ау.02-1570 fig 16.10.25 мед



ЗДРАВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВНИК»

ЄДРПОУ 36337025 IBAN № 873808050000000026009159927

в АТ «Райффайзен Банк»,

МФО 380805, ІПН 363370226565, свідоцтво платника ПДВ 100224334

Адреса: вул. Сирецька, 28/2, м. Київ, 04073, тел.: +38 (067) 290 71 91

e-mail: office@zdravnic.com.ua, www.zdravnic.com.ua

Декларація про відповідність №001/2016

Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.


Загальна назва медичного виробу:	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®» 
Перелік медичних виробів:	Див. Додаток 1 до цієї Декларації про відповідність
Виробник:	ТОВ «Здравник», 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька, буд. 28/2, Україна, тел. +38 (067) 290 71 91, www.zdravnic.com.ua
Стерильність:	Не стерильні
Функції вимірювання:	Не застосовується
Класифікація:	Клас I згідно Пункт 13, Додаток 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.
Термін дії декларації про відповідність №001/2016 до:	09.12.2028 р.
Процедура оцінки відповідності згідно Додатку 8 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р.	
ТОВ «Здравник» заявляє, що вищевказаний медичний виріб відповідає всім вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 р. Технічна документація з підтвердження відповідності розроблена та зберігається у виробника: ТОВ «Здравник», 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька, буд. 28/2. Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника ТОВ «Здравник».	

Місце видачі: Київ

Дата підпису: 18.08.2023 р.

Генеральний директор ТОВ «Здравник»  Грабар О. М.

Дата: 18.08.2023	Редакція: 4	Сторінка 1 із 2
------------------	-------------	-----------------



ЗДРАВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДРАВНИК»

ЄДРПОУ 36337025 ІВАН № 873808050000000026009159927

в АТ «Райффайзен Банк»,

МФО 380805, ІПН 363370226565, свідоцтво платника ПДВ 100224334

Адреса: вул. Сирецька, 28/2, м. Київ, 04073, тел.: +38 (067) 290 71 91

e-mail: office@zdravnic.com.ua, www.zdravnic.com.ua

Додаток 1 до Декларації про відповідність №001/2016

Перелік медичних виробів

№	Назва медичних виробів українською мовою
1.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 240 ml(мл) №30, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №1)
2.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 120 ml(мл) №30, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №1)
3.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 240 ml(мл) №10, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №1)
4.	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ®», ємністю 240 ml(мл) №30, у комплекті із засобами для промивання (рецепт №2)

Місце видачі: Київ

Дата підпису: 18.08.2023 р.

Генеральний директор ТОВ «Здравник»

Грабар О. М.

