



ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

Ідентифікаційний код: 38935759

Адреса: Україна, 18018, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Громова, 165А

Тел.: (0472) 64-40-58

E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №3

Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см "Білосніжка", тип 17

Виробник

Реєстраційне свідоцтво

Дата виготовлення

Термін зберігання

Номер партії (LOT)

Кількість в партії, шт

НД, відповідно до яких проводиться аналіз

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

№13897/2014 від 29.05.2014

03.2015

безстроково

03

30 000

ГОСТ 1172-93

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати вимірювання
1	Довжина бинта, м	5,0±0,2	Відповідає
2	Ширина бинта, см	10,0±0,5	Відповідає
3	Товщина бинта, мм, н/б	25	Відповідає
4	Білизна, %, н/м	80	Відповідає
5	Розривне навантаження, Н, не менше	78	Відповідає
6	Капілярність, см/ч, н/м	7,0	Відповідає
7	Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	п.1.2.1 ГОСТ 1172-93	17
8	Маркування	згідно ГОСТ 1172-93	Відповідає

Висновок: Партія бинтів відповідає вимогам ГОСТ 1172-93.

Начальник ВТ



Єгорова Л.Ф.



Вх. ам. № 621/05 18.03.15



ТОВ «УКРМЕДТЕКСТИЛЬ»

Ідентифікаційний код: 38935759

Адреса: Україна, 18018, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Громова, 165А
Тел.: (0472) 64-40-58
E-mail: info@ukrmedtextile.com.ua; www.ukrmedtextile.com.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №12

Бинт марлевий медичний нестерильний 5м x 10см "Білосніжка", тип 17

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Регістраційне свідоцтво

№13897/2014 від 29.05.2014

Дата виготовлення

12.2014

Термін зберігання

безстроково

Номер партії (LOT)

12

Кількість в партії, шт

20000

НД, відповідно до яких проводиться аналіз

ГОСТ 1172-93

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати вимірювання
1	Довжина бинта, м	5,0±0,2	Відповідає
2	Ширину бинта, см	10,0±0,5	Відповідає
3	Товщина бинта, мм, н/б	25	Відповідає
4	Білизна, %, н/м	80	Відповідає
5	Розривне навантаження, Н, не менше	78	Відповідає
6	Капілярність, см/ч, н/м	7,0	Відповідає
7	Тип марлі загідно ДСТУ EN 14079:2009	п 1.2.1 ГОСТ 1172-93	17
8	Маркування	загідно ГОСТ 1172-93	Відповідає

Висновок: Партія бинтів відповідає вимогам ГОСТ 1172-93.

Начальник ОТК



Егорова Л.Ф.



Вх. д.л. 050268

01

17.12.14



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №12-ДВ-2-2

Назва продукції	Виконання
Бинт марлевий медичний нестерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 5см
	5м x 10см
	5м x 14см
	7м x 10см
	7м x 14см

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ-2

Дата виготовлення:

2025-12

Дата закінчення терміну придатності:

2031-12

Номер партії (LOT):

12

Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД					Результати перевірки
		5м x 5см	5м x 10см	5м x 14см	7м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд бинта	Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, плям та дір					Відповідає
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	5,0-0,2	5,0-0,2	7,0-0,3	7,0-0,3	Відповідає
3	Ширина бинта, см	5,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	Відповідає
4	Зовнішній діаметр бинта, мм, не більше	28	28	28	35	35	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м ² , не менше	23					Відповідає
6	Розривне навантаження, Н(кас), не менше	50 (5)					Відповідає
7	Капілярність, см, не менше	7					Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним					Відповідає
9	Маркування, пакування	Згідно з пп.3.5, 3.6 ТУ У 21 2-38935759-013:2019					Відповідає
10	Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009	Згідно з п.3.3.4 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					17

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВТК
(підпис)



(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(підпис)

Дата оформлення паспорта якості 12.2025р.



Врач. Нелі
17.12.25



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф.ЛП.8-СФ.1 В.1 верс. 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №1-ДВ-11-1

Назва продукції	Вимірювання
Бинт марлевий медичний нестерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 5см
	5м x 10см
	5м x 14см
	7м x 10см
	7м x 14см

Висновок

Діагностика для відповідності

До технічного опису

Дана звітність терміну придатності

Номер партії (LOT)

Сертифіку вимоги згідно з НД

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

ДВ № 11

2026-01

2022-01

01

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

№	Назва параметра показника	Вимірювання					Позначення показника
		5м x 5см	5м x 10см	5м x 14см	7м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд бинта	Бинт повинен бути складений в рулончиком, без зайвочок, пилки та др.					Візуальне
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	5,0-0,2	5,0-0,2	7,0-0,2	7,0-0,2	Візуальне
3	Ширина бинта, см	5,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	Візуальне
4	Зовнішня довжина бинта, мм, не менше	28	28	28	35	35	Візуальне
5	Поворотна довжина, см, не менше	20					Візуальне
6	Поворотна довжина бинта, (Ніжні), не менше	50 (5)					Візуальне
7	Відстань між, см, не менше	7					Візуальне
8	Цілісність, складових елементів	Пакування повинно бути цілісним					Візуальне
9	Маркування пакування	Згідно з вимогами, п. 3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					Візуальне
10	Тип маркування згідно з ДСТУ EN 14679:2009	Згідно з вимогами, п. 3.3.4 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					17

Висновок: Гартин медичний марлевий відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-013:2019

13.04.2025 10:37
01.25260



С.Г.Григор'єв
Голова

Підпис Голови
01.25260

Дата оформлення паспорта якості: 01.25260

В.А. Сидоренко 1032 619 30.01.2025





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58

e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua

Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №4-ДВ-11-1

Назва продукції	Виконання
Бинт марлевий медичний нестерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 5см
	5м x 10см
	5м x 14см
	7м x 10см
	7м x 14см

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ № 11

Дата виготовлення:

2026-04

Дата закінчення терміну придатності:

2032-04

Номер партії (LOT):

04

Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД					Результати перевірки
		5м x 5см	5м x 10см	5м x 14см	7м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд бинта	Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, плям та дір					Відповідає
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	5,0-0,2	5,0-0,2	7,0-0,3	7,0-0,3	Відповідає
3	Ширина бинта, см	5,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	Відповідає
4	Зовнішній діаметр бинта, мм, не більше	28	28	28	35	35	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м ² , не менше	23					Відповідає
6	Розривне навантаження, Н (кгс), не менше	50 (5)					Відповідає
7	Капілярність, см, не менше	7					Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним					Відповідає
9	Маркування, пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					Відповідає
10	Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009	Згідно з вимогами п.3.3.4 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					17

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВТК
(Посада)



(Signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 04.2026р.



Вх. ак. N 0054 від 15.04.26 н.в.с.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58

e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua

Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №4-ДВ-11-1

Назва продукції	Виконання
Бинт марлевий медичний нестерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 5см
	5м x 10см
	5м x 14см
	7м x 10см
	7м x 14см

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ № 11

Дата виготовлення:

2026-04

Дата закінчення терміну придатності:

2032-04

Номер партії (LOT):

04

Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД					Результати перевірки
		5м x 5см	5м x 10см	5м x 14см	7м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд бинта	Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, плям та дір					Відповідає
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	5,0-0,2	5,0-0,2	7,0-0,3	7,0-0,3	Відповідає
3	Ширина бинта, см	5,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	Відповідає
4	Зовнішній діаметр бинта, мм, не більше	28	28	28	35	35	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м ² , не менше	23					Відповідає
6	Розривне навантаження, Н (кгс), не менше	50 (5)					Відповідає
7	Капілярність, см, не менше	7					Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним					Відповідає
9	Маркування, пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					Відповідає
10	Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009	Згідно з вимогами п.3.3.4 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					17

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВТК
(Посада)



(Signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 04.2026р.



Вх. ак. N 0054 від 15.04.26 клас



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В.1, версія 2025.10

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №5-ДВ-11-2

Назва продукції	Виконання
Бинт марлевий медичний нестерильний, тип 17, ТМ "Білосніжка"	5м x 5см
	5м x 10см
	5м x 14см
	7м x 10см
	7м x 14см

Виробник:

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність:

ДВ № 11

Дата виготовлення:

2026-05

Дата закінчення терміну придатності:

2032-05

Номер партії (LOT):

05


Перевірку виконано згідно з НД:

ТУ У 21.2-38935759-013:2019

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД					Результати перевірки
		5м x 5см	5м x 10см	5м x 14см	7м x 10см	7м x 14см	
1	Зовнішній вигляд бинта	Бинти повинні бути складені рулончиком, без забруднень, плям та дір					Відповідає
2	Довжина бинта, м	5,0-0,2	5,0-0,2	5,0-0,2	7,0-0,3	7,0-0,3	Відповідає
3	Ширина бинта, см	5,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	10,0-0,5	14,0-0,5	Відповідає
4	Зовнішній діаметр бинта, мм, не більше	28	28	28	35	35	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м², не менше	23					Відповідає
6	Розривне навантаження, Н (кас), не менше	50 (5)					Відповідає
7	Капілярність, см, не менше	7					Відповідає
8	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним					Відповідає
9	Маркування, пакування	Згідно з вимогами пп.3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					Відповідає
10	Тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079:2009	Згідно з вимогами п.3.3.4 ТУ У 21.2-38935759-013:2019					17

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-013:2019.

Начальник ВТК
(Посада)



(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(ПІБ)

Дата оформлення паспорта якості 05.2026р.



Вх.ан. №0438 від 27.05.26