

ТОВ "МІРАН"
Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,
15 см (см) x 5 см (см)

Декларація про відповідність від 11.10.2021р.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1 від 09.12.2019р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT

1



2025



2030-12

1. Медичний виріб «Бинт еластичний сітчастий трубчастий» представляє собою еластичну трикотажну сітку, яка має трубчасту форму і використовується для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Застосовується у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%; латексна нитка оплетена поліестером, або поліамідом 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см (см)) <u>5</u> ± <u>1,5</u> довжина бинта (см (см)) <u>15</u> ± <u>1,0</u>	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-сталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру 1 шт.	відповідає
	споживча тара 1 шт.	
	етикетка 1 шт.	
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003 при дотриманні умов транспортування, зберігання та використання.



[Signature]

Горбунова І.П.

ТОВ "МІРАН" Код ЄДРПОУ 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30
 Тел: (096) 586-52-17 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: info@miran.ua



ТОВ "МІРАН"
Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,
15 см (см) x 5 см (см)

Декларація про відповідність від 11.10.2021р.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1 від 09.12.2019р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT 1



2024



2029-12

1. Медичний виріб «Бинт еластичний сітчастий трубчастий» представляє собою еластичну трикотажну сітку, яка має трубчасту форму і використовується для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Застосовується у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%; латексна нитка оплетена поліестером, або поліамідом 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см (см)) <u>5</u> + <u>1,5</u> довжина бинта (см (см)) <u>15</u> + <u>1,0</u>	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-еталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру 1 шт. споживча тара 1 шт. етикетка 1 шт.	відповідає
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 88%).

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003 – при дотриманні умов транспортування, зберігання та використання.

Ідентифікаційний код 31958523

(Підпис)

Горбунова І.П.

ТОВ "МІРАН" Код ЄДРПОУ 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30
Тел: (096) 586-52-17 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: info@miran.ua



ТОВ "МІРАН"
Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,
15 см (см) x 5 см (см)

Декларація про відповідність від 11.10.2021р.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1 від 09.12.2019р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT

1



2023



2028-12

1. Медичний виріб «Бинт еластичний сітчастий трубчастий» представляє собою еластичну трикотажну сітку, яка має трубчасту форму і використовується для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Застосовується у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%; латексна нитка оплетена поліестером, або поліамідом 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см (см)) <u>5</u> ± <u>1.5</u> довжина бинта (см (см)) <u>15</u> ± <u>1.0</u>	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-еталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру	1 шт.
	споживча тара	1 шт.
	стикетка	1 шт.
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003 при дотриманні умов транспортування, зберігання та використання.



Матвійок Є.В.

Матвійок Є.В.

ТОВ "МІРАН" Свідоцтво про реєстрацію № 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30
 Тел: (044) 586-52-17 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: info@miran.ua



ТОВ "МІРАН"
Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,
15 см (см) x 5 см (см)

Декларація про відповідність від 11.10.2021р.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1 від 09.12.2019р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT

1



2022



2027-12

1. Медичний виріб «Бинт еластичний сітчастий трубчастий» представляє собою еластичну трикотажну сітку, яка має трубчасту форму і використовується для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Застосовується у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%; латексна нитка оплетена поліестером, або поліамідом 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см (см)) <u>5</u> ± <u>1,5</u> довжина бинта (см (см)) <u>15</u> ± <u>1,0</u>	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-еталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру 1 шт. споживча тара 1 шт. етикетка 1 шт.	відповідає
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, при дотриманні умов транспортування, зберігання та використання.



Матвійок Є.В.

ТОВ "МІРАН" Код ЄДРРРОУ 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30
 Тел: (096) 586-52-47 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: info@miran.ua



ТОВ "МІРАН"
Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,
15 см (см) x 5 см (см)

Декларація про відповідність від 09.12.2016;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1 від 09.12.2019р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT

1



2021



2026-12

1. Медичний виріб «Бинти еластичні сітчасті трубчасті» представляє собою рукав з еластичної трикотажної сітки, призначений для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Використовуються у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%; латексна нитка оплетена поліестером, або поліамідом 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см (см)) <u>5</u> ± <u>1,5</u> довжина бинта (см (см)) <u>15</u> ± <u>1,0</u>	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-еталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру 1 шт. споживча тара 1 шт. етикетка 1 шт.	відповідає
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, при дотриманні умов транспортування, зберігання та використання.



[Signature]

Косовець В.Д.

ТОВ "МІРАН" 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30.
 Тел: (044) 586-52-17 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: mirankiev@ukr.net



ТОВ "МІРАН"
Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,
15 см x 5 см

Декларація про відповідність від 09.12.2016;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1 від 09.12.2019р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT

1



2020



2025-12

1. Медичний виріб «Бинти еластичні сітчасті трубчасті» представляє собою рукав з еластичної трикотажної сітки, призначений для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Використовуються у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%; латексна нитка оплетена поліестером, або поліамідом 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см.) <u>5</u> ± <u>1,5</u> довжина бинта (см.) <u>15</u> ± <u>1,0</u>	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-еталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру 1 шт. споживча тара 1 шт. етикетка 1 шт.	відповідає
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003, та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критичних транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 80%).

Гарантія виробника. Виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003 – при дотриманні умов транспортування, зберігання та



Косовець В.Д.

ТОВ «МІРАН» СДРПОУ 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30.
 Тел: (044) 586-52-17 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: mirankiev@ukr.net



ТОВ "МІРАН"

Бинт еластичний сітчастий трубчастий Типу 2,

15 см x 5 см

Декларація про відповідність від 09.12.2016;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/94248 від 25.09.2012р.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ



LOT

1



2019



2024-12

1. Медичний виріб «Бинти еластичні сітчасті трубчасті» представляє собою рукав з еластичної трикотажної сітки, призначений для швидкої, надійної, м'якої фіксації будь-яких видів перев'язного матеріалу на пошкоджених ділянках тіла. Використовуються у всіх галузях медицини. Бинти випускаються нестерильними.

2. Загальні вимоги

характеристики	вимоги ТУ У 17.5-31958523-001-2003	результати
Склад матеріалів	поліестер 50%, латексна нитка з поліестеровою оплеткою 50%	відповідає
Розмір	ширина бинта (см.) 5 + 1,5 довжина бинта (см.) 15 + 1,0	відповідає
Зовнішній вигляд	на поверхні бинтів не повинно бути дірок, спуску петель, забруднень та інших дефектів	відповідає
Відповідність зразкам-еталонам		відповідає
Комплектність	бинт одного типорозміру 1 шт. споживча тара 1 шт. етикетка 1 шт.	відповідає
Маркування, пакування		відповідає
За фізико-механічними показниками		відповідає

Висновок: Бинти відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003 (ДКПП 17.54.34.300), та визнані придатними до застосування.

3. Бинти транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, у відповідності з групою умов зберігання 5 за ГОСТ 15150 (при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості не більше 98%).

4. Упаковані бинти повинні зберігатися на піддонах або стелажах в складських приміщеннях у відповідності з групою умов зберігання 1 за ГОСТ 15150 (при температурі від +5°C до +40°C та відносній вологості не більше 80%).

Гарантія: виробник гарантує відповідність бинтів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, ТУ У 17.5-31958523-001-2003 – при дотриманні умов транспортування, зберігання та використання.



[Signature]
Косовець В.Д.

ТОВ "МІРАН" Код ЄДРПОУ 31958523 Україна 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 30.
Тел: (044) 331-821-00 Факс: (044) 586-52-17 E-mail: mirankiev@ukr.net

