# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 015/08-2025 від 08.08.2025 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202508902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **10790** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2025-08** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2030-08** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202508902, дата виготовлення серпень 2025 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 08.08.2025 р.

Керівник системи управління якіс[illegible] [illegible]ренко

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 015/01-2026 від 16.01.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202601902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **11010** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-01** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-01** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202601902, дата виготовлення січень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 16.01.2026 р.

Керівник системи управління якістю

«АРГОПЛАСТ ГРУП» Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 014/03-2026 від 11.03.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202603902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5750** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-03** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-03** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202603902, дата виготовлення березень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 11.03.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кулеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.С.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED», партія AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»
**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перерахованими показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»
**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партія AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко Т.Ю.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Куліченко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партія AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кулеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Ю. Іщенко І.С.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»
**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»
**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І. О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Куперенко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 003/06-2026 від 02.06.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202606902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **8720** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-06** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-06** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202606902, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 02.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю Кучеренко І.О

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугіна С.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугіна С.О.


Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Шумада С.І.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугина О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугіна С.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугіна С.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугіна С.О.

# ТОВ «АРГОПЛАСТ»

**Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139**
**Тел.:+380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net**


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 049/07-2026 від 31.07.2026 р.

| | |
|---|---|
| НАЗВА ПРОДУКЦІЇ | **Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED»** |
| ВИРОБНИК | **ТОВ «АРГОПЛАСТ»** |
| НОМЕР ПАРТІЇ | **AM202607902** |
| КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ В ПАРТІЇ | **5 330** |
| ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ | **2026-07** |
| ВИКОРИСТАТИ ДО | **2031-07** |

| Показники | Технічні вимоги | Результат |
|---|---|---|
| Зовнішний вигляд | Поверхня еластичного бинта повинна бути чистою, без ділянок забруднення, сторонніх включень, серйозних дефектів плетіння | Відповідність |
| | Бинт являє собою рівномірно згорнуту цілісну стрічку циліндричної форми | |
| | Плетіння еластичного бинта має бути акуратним, щільним та симетричним, рівномірного кольору | |
| Розміри | Довжина 4 m (м) ± 5% | 4 m (м) |
| | Ширина 6 cm (см) ± 5% | 6 cm (см) |
| Еластичність | Максимальна довжина розтягування еластичного бинта не менше ніж у 2,5 рази перевищує розслаблений стан | 2,5 рази |
| Відсоток утягування | Довжина еластичного бинта повинна бути менше 80 % максимальної довжини на розтяг | 80 % |
| Густина основи | Густина волокон еластичного бинта не повинна бути менша значення 80 г/м² | 100 г/м² |

**ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С

**ВИСНОВОК:** Бинт когезивний самофіксуючийся 6 cm (см) × 4 m (м) «ANGELMED» партії AM202607902, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає технічним вимогам за перевіреними показниками.

**ДАТА ОФОРМЛЕННЯ:** 31.07.2026 р.

Директор Пугіна С.О.

argo_plast@ukr.net

ї: «01» серпня 2025 р.

«31» липня 2030 р.

С.О. П