



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 52441, Харківська обл.,
с. Циркули, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388503420044

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 133/09-25

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/2.0125
Загальна кількість в партії	3870 упаковок	Дата виробництва	2025.09
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	17.09.2025
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2027.09

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 5603 від 15.09.2025 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	100,0	100,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, мл	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0–1,1	1,05
9	рН	6,5–8,0	7,6
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	1±0,9
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту» відповідає вимогам ДСТУ EN 13485: 2018, № УА.Я8.0049-24, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/2.0125, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ

Олена БІВЗ

« 17 » 09 2025 р.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 79/04-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ. СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ

спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,

по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/2.0126
Загальна кількість в партії	3964 упаковок	Дата виробництва	2026.03
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	20.04.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.03


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 2170 від 13.04.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	100,0	100,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, мл	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,02
9	pH	6,5 – 8,0	7,2
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виявлено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виявлено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виявлено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спреї, спреї для ніг від запаху та поту, спреї для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу, партії 40/2.0126, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046»

Начальник ВКЯ



Олена БЕЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 105/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,

по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/2.0226
Загальна кількість в партії	3895 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	10.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3488 від 08.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	100,0	100,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, мл	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрею-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,03
9	pH	6,5 – 8,0	
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу, партії 40/2.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046» **ІНАОМ**

Начальник ВКЯ



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Олена БІВЗ

« 10 » 06 2026 р.

Олександр Прокотченко
Уповноважена особа



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1
тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 114/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом,

по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/2.0326
Загальна кількість в партії	3885 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	15.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3491 від 08.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	100,0	100,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, мл	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрей-насоса	Мас витримувати випробування Мас витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	Відповідає
9	pH	6,5 – 8,0	Відповідає
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту», спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу, партії 40/2.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

06.06.2026 р.



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1
тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplust.com.ua
website: berkanaplust.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 114/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/2.0326
Загальна кількість в партії	3885 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	15.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3491 від 08.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	100,0	100,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, мл	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	Відповідає
9	pH	6,5 – 8,0	Відповідає
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спреї, спреї для ніг від запаху та поту», спреї для ніг по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу, партії 40/2.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена Бєвз

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

« 15 » 06 2026 р.



Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 115/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025
Загальна кількість в партії	3905 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046
№ партії	40/2.0426
Дата виробництва	2026.05
Дата видачі результату	15.06.2026
Придатний до	2028.05


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3536 від 09.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	100,0	100,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, мл	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Мас витримувати випробування Мас витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,03
9	pH	6,5 – 8,0	7,30
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спреї, спреї для ніг від запаху та поту», спреї для ніг, по 100 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування медичного виробу, партії 40/2.0426, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВІ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 06 2026 р.

Олександр А.І.
Уповноважена особа