



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркун, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1
тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № ЦА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 135/09-25

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05'2025	№ партії	40/3.0125
Загальна кількість в партії	4872 упаковок	Дата виробництва	2025.09
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	17.09.2025
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2027.09

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 5604 від 15.09.2025 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.


№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Зі відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Зі відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Зі відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрею-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,7
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту», спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0125, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІВЗ ДОСВІДНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 2025 р.



Повноважена особа

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 80/04-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/3.0126
Загальна кількість в партії	5294 упаковок	Дата виробництва	2026.03
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	22.04.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.03

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 2194 від 13.04.2026 р.
Договір № P-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,03
9	pH	6,5 – 8,0	7,4
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0126, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ

Олена Бабко

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

2026 р.

Уповноважена особа

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 121/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/3.0226
Загальна кількість в партії	5278 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	18.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3641 від 10.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,06
9	pH	6,5 – 8,0	7,5
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	6,5 x 10 ± 0,9
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спреї, спреї для ніг від запаху та поту», спреї для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

уповноважена особа

18 » 06 2026 р.

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 121/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/3.0226
Загальна кількість в партії	5278 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	18.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3641 від 10.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,06
9	pH	6,5 – 8,0	7,5
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	6,5 x 10 ± 0,9
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спреї, спреї для ніг від запаху та поту», спреї для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

уповноважена особа

18 » 06 2026 р.

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 121/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025	№ партії	40/3.0226
Загальна кількість в партії	5278 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	18.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046	Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3641 від 10.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	< 4,5
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,06
9	pH	6,5 – 8,0	7,5
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	6,5 x 10 ± 0,9
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спреї, спреї для ніг від запаху та поту», спреї для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

уповноважена особа

18 » 06 2026 р.



ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.


Начальник ВКЯ




Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Уповноважена особа







ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту», по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Згідно з
В. І. Іванченко
Вповноважена особа



ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрей-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту», спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Згідно з
Відомою особою



ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046

Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Уповноважена особа



ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0 – 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹ для документації	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Уповноважена особа



ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛОМ

Уповноважена особа



ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреєм-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спреєм-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.


Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Уповноважена особа





ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 129/06-26

ТЕЙМУРОВА СПРЕЙ, СПРЕЙ ДЛЯ НІГ ВІД ЗАПАХУ ТА ПОТУ
спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом,
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Декларація про відповідність медичних виробів	№15-05/2025 № партії 40/3.0326
Загальна кількість в партії	5282 упаковок Дата виробництва 2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C Дата видачі результату 30.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-046 Придатний до 2028.06


Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3778 від 16.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний прозорий або злегка опалесцюючий розчин. Допускається помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від безбарвного до злегка жовтуватого відтінку розчин	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	150,0	150,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 4,5	Відповідає
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрей-насоса	Має витримувати випробування Має витримувати випробування	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,07
9	pH	6,5 – 8,0	7,35
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	Не виділено
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Теймурова спрей, спрей для ніг від запаху та поту, спрей для ніг, по 150 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом, по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 40/3.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-046.

Начальник ВКЯ



Олена БІЛІЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОРИГІНАЛОМ

Згідно з
В. І. Ужасенко
Вповноважена особа