ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 136/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	**91/1.1.0126**
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний со***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4605 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	Не більше 10^2	1 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	Не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	Не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	Не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0126, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

"БаДМ"

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 136/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	**91/1.1.0126**
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний со***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4605 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	Не більше 10^2	1 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	Не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	Не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	Не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0126, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

"БаДМ"

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** **14 07 2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО до реалізації
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО до реалізації

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** **«14» 07 2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** **«14» 07 2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ "БаДМ" ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** **15.07.2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 **2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. −38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
emai : office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 137/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0226
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 4606 *від* 13.07.2026 р.
Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	6,05
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** « 14 » 07 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. –38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 138/07-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	91/1.1.0326
Загальна кількість в партії	2488 упаковок	***Дата виробництва***	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	14.07.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 4607 *від* 13.07.2026 р.

Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	5,95
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	Не виділено
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0326, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** «14» 07 2026 р.

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ "БеДМ"

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 175/09-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	**91/1.1.0526**
Загальна кількість в партії	2497 упаковок	***Дата виробництва***	2026.08
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	03.09.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.08

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 5962 *від* 31.08.2026 р.

Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	5,98
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4,0x10 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0526, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** **«03» 09 2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 175/09-26

ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	***№ партії***	**91/1.1.0526**
Загальна кількість в партії	2497 упаковок	***Дата виробництва***	2026.08
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°С	***Дата видачі результату***	03.09.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-077	***Придатний до***	2028.08

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 5962 *від* 31.08.2026 р.

Договір № Р-73/14 *від* 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний гель без сторонніх домішок	Відповідає
2	Колір	Від коричневого до темно-коричневого кольору. Допускається наявність відтінків	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Номінальний вміст упаковки	40 г	Відповідає
5	Середня маса вмісту упаковки	Не менше за номінальний	Відповідає
6	pH	5,4-6,5	5,98
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Послідовність зон за розміром та кольором на хроматограмах розчинів порівняння та випробовуваного розчину мають співпадати	Відповідає
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО / г	не більше 10^2	4,0x10 ± 0,9
10	Загальне число дріжджових та плісеневих грибів (ТУМС), КУО / г	не більше 10^1	Не виділено
11	*Staphylococcus aureus* в 1 г	не допускається	Не виділено
12	*Pseudomonas aeruginosa* в 1 г	не допускається	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ВАЗОРУТИН®, гель для зовнішнього застосування, по 40 г (g) у тубі полімерній; по 1 тубі в картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 91/1.1.0526, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-077.

Начальник ВКЯ **Олена БЕВЗ** **«03» 09 2026 р.**

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Уповноважена особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ