



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 125/09-25
ХЛОРОФІЛПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом;
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.
Загальна кількість в партії	4940 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-042
№ партії	03.0125
Дата виробництва	2025.08
Дата видачі результату	09.09.2025
Придатний до	2027.08

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 5423 від 08.09.2025 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	30,0	30,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 9,0	< 9,0
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насоса	Має бути герметичний Має функціонувати належним чином	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0–1,1	1,05
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спреї-насосом; по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партія 03.0125, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-042.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 198/12-25

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+
спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом;
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування -
(найменування Медичного виробу)


Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA. TR.098.0528-25
Загальна кількість в партії	від 22.05.2025 р.
Умови зберігання:	4950 упаковок
	Зберігати при температурі не вище 25°C
	СПЦ-ГП-МВ-042
Аналіз виконаний згідно:	№ партії 03.0225
	Дата виробництва 2025.12
	Дати видачі результату 26.12.2025
	Придатний до 2027.12

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:
Назва організації, адреса: Комуніальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 7969 від 23.12.2025 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ п/п	Назва показника	Вимоги до показника	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	30,0	30,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 9,0	< 9,0
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрей-насоса	Має бути герметичний Має функціонувати належним чином	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,05
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	1 ± 0,9
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Відсутні

ВИСНОВКИ: Медичний виріб **ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+**, спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом; по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 03.0225, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-042.

Начальник ВКЯ



Дозволено до реалізації





ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркун, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 02/01-26

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом;
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA:TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.
Загальна кількість в партії	4946 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-042
№ партії	03.0325
Дата виробництва	2025.12
Дата видачі результату	01.01.2026
Придатний до	2027.12

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 8065 від 29.12.2025 р.

Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	30,0	30,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 9,0	< 9,0
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрей-насоса	Має бути герметичний Має функціонувати належним чином	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,05
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	1 ± 0,9
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Відсутні

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+ спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом; по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 03.0325, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-042.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО

Уповноважено





ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркун, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 02/01-26

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом;
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA:TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	№ партії	03.0325
Загальна кількість в партії	4946 упаковок	Дата виробництва	2025.12
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	01.01.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-042	Придатний до	2027.12

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 8065 від 29.12.2025 р.

Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	30,0	30,0
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення, %	Не більше 9,0	< 9,0
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спрей-насоса	Має бути герметичний Має функціонувати належним чином	Відповідає Відповідає
8	Густина, г/мл	1,0– 1,1	1,05
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	1 ± 0,9
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Відсутні

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+ спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спрей-насосом; по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 03.0325, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-042.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО

Уповноважена особа



ОРИГІНАЛОМ



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 61441, Харківська обл.,
с. Пирігун, вул. Зодіакальна, буд. 13
код ЄДРПОУ 35890341
ДНН 358923420844

Ф05-НП9-КЯ-147
тел. +38(057) 725-87-43, +38(057)-61
e-mail: info@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СМІ вказано ДСТУ EN 14435:2018 до ІДЯ.0049-21

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 02/01-26

ХЛОРОФІЛПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА-

спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спреїт-наконечником;
по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування

(забезпечити Митницю зразку)

Виробник, адреса виробничого підприємства	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61441, Харківська обл., м. Харків, вул. Залізнична, 24
Сертифікат відповідності підприємства: регламенту	№ 1. А. TR.058.0528-25
Догодні відомості в парції	04.12.2025 р.
Маса виробництва	49,16 унцівок
Маса відпуску	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C
Аналіз показників якості	СПЦ-ГТ-МВ-042
№ парції	03.0325
Дата виробництва	2025. 2
Дата аналізу	01.01.2026
Результат	2025.12

Контроль виробничого процесу здійснюється в лабораторії

Лабораторія, адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Гетьманська, 109


Протокол випробування № 8065 від 29.12.2025 р.

Договір № 3-2025 від 01.01.2026 р.

№ пп	Найменування показників	Вимоги домішної заміни	Результат
1	Зовнішній вигляд	Осередкований розчин. Допускається утворення осаду або похитання, що не впливають на якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темного-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживаної упаковки, мл	30,0	30,0
5	Спреїт-наконечник, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення pH допустимого відхилення від номінального значення, %	Не більше 9,0	< 9,0
7	Забрудненість упаковки	Мак. бути забруднений	Відповідає
8	Перевірка флакона на герметичність	Мак. бути забруднений	Відповідає
9	Перевірка зливного носика	Мак. бути забруднений	Відповідає
10	Густина, г/мл	1,0-1,1	1,05
11	Загальне число мікроорганізмів (ТМЧ), КУО/мл	Не більше 10 ³	1,4 1,5
12	Старий, розсіяний, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
13	Розсіяний, в 1 мл	Не допускаються	Відсутні
14	Загальне число бактеріальних культур (ГЧБ), КУО/мл	Не більше 10 ⁴	Відсутні

ВИСНОВКИ: Методичний звіт ХЛОРОФІЛПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, спрей для ротової порожнини, по 30 мл у флаконі полімерному зі спреїт-наконечником; по 1 флакону у картонній пачці разом з інструкцією із застосування, парції 03.0325, відповідає вимогам СПЦ-ГТ-МВ-042.

Начальник ВКН



01.01.2026 р.

Згідно з оригіналом