



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 126/09-25
ХЛОРОФІЛПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA:TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.
Загальна кількість в партії	3955 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044
№ партії	59/2.0125
Дата виробництва	2025.08
Дата видачі результату	09.09.2025
Придатний до	2027.08

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 5422 від 08.09.2025 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Має бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840–0,950	0,920
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 59/2.0125, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ





ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркунці, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ІСТУ EN 13485: 2018 № UA Я8 0045-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 10/01-26

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25		
Загальна кількість в партії	від 22.05.2025 р.	№ партії	59/2.0126
Умови зберігання:	3957 упаковок	Дата виробництва	2026.01
	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	15.01.2025
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044	Придатний до	2028.01

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санітсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 1С4
Протокол випробувань № 20 від 12.01.2026 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Мас бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840– 0,950	0,910
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Відповідає
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Відповідає
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Відповідає
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Відповідає

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування; партія 59/2.0126, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 15 » 01 2026 р.



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа
[Signature]





ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркунці, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ІСТУ EN 13485: 2018 № UA Я8 0045-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 10/01-26

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній паці разом з інструкцією із застосування
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.
Загальна кількість в партії	3957 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044
№ партії	59/2.0126
Дата виробництва	2026.01
Дата видачі результату	15.01.2025
Придатний до	2028.01

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санітсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 1С4
Протокол випробувань № 20 від 12.01.2026 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Мас бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840– 0,950	0,910
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Відповідає
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Відповідає
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Відповідає
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Відповідає

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній паці разом з інструкцією із застосування; партія 59/2.0126, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа
[Signature]





ТОВ «БЕРКАНА+»

Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркун, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № УА.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 161/10-25

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ УА.ТН.098.0528-25 від 22.05.2025 р.
Загальна кількість в партії	3954 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044
№ партії	59/2.0225
Дата виробництва	2025.10
Дата видачі результату	30.10.2025
Придатний до	2027.10

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 6620 від 28.10.2025 р.

Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Має бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840–0,950	0,900
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	< 10
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	< 10

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партія 59/2.0225, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

Дозволено до використання з 30.10.2025 р.





ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 11/01-26
ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній наці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	№ партії	59/2.0226
Загальна кількість в партії	3962 упаковок	Дата виробництва	2026.01
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата видачі результату	19.01.2025
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044	Придатний до	2028.01

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 1С4
Протокол випробувань № 42 від 13.01.2026 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Мас бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840–0,950	0,910
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Відповідає
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Відповідає
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Відповідає
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Відповідає

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+ розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній наці разом з інструкцією із застосування, партія 59/2.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКІ



Олена БЕВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ





ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ІПН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.58.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 162/10-25

ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування**

(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.
Загальна кількість в партії	3960 упаковок
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044
№ партії	59/2.0325
Дата виробництва	2025.10
Дата видачі результату	30.10.2025
Придатний до	2027.10

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 6637 від 29.10.2025 р.
Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Мас бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840–0,950	0,910
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партія 59/2.0325, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 30 » 10 2025 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**





ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркуни, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-НПУ-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.88.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 162/10-25
ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній паці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих
потужностей

ТОВ «БЕРКАНА+»,

Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24

Сертифікат відповідності
технічному регламенту

№ UA.TR.098.0528-25

від 22.05.2025 р.

№ партії

59.2.0325

Загальна кількість в партії

3960 упаковок

Дата виробництва

2025.10

Умови зберігання:

Зберігати в упаковці виробника при
температурі не вище 25°C

Дата видачі

результату

30.10.2025

Аналіз виконаний згідно:

СПЦ-ГП-МВ-044

Придатний до

2027.10

Контроль мікробіологічної чистоти процедур в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 6637 від 29.10.2025 р.

Договір № Р-38/14 від 01.01.2025 р.

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	< 4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Мас бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840 – 0,950	0,910
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній паці разом з інструкцією із застосування, партія 59.2.0325, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ



Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 100/06-26
ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	№ партії	59/2.0426
Загальна кількість в партії	3967 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата видачі	03.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044	результату	
		Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3388 від 01.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Має бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840–0,950	0,938
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партії 59/2.0426, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ

Олена БЕВЗ

« 03 » 06 2026 р.

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13485: 2018 № UA.Я8.0049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 100/06-26
ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+

**розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою;
по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Медичного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.	№ партії	59/2.0426
Загальна кількість в партії	3967 упаковок	Дата виробництва	2026.05
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата видачі	03.06.2026
Аналіз виконаний згідно:	СПЦ-ГП-МВ-044	результату	
		Придатний до	2028.05

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санепідсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104
Протокол випробувань № 3388 від 01.06.2026 р.
Договір № Р-73/14 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин. Допускається утворення осаду або помутніння, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від зеленого до темно-зеленого кольору	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживчої упаковки	100,0 мл	100,0 мл
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 4,5 мл	4,5 мл
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність	Має бути герметичним	Відповідає
8	Відносна густина	0,840–0,950	0,938
9	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	Не більше 10 ²	Не виділено
10	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
11	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускаються	Не виділено
12	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб ХЛОРОФІЛІПТ КЛАСИЧНИЙ БЕРКАНА+, розчин для ротової порожнини, по 100 мл у флаконі полімерному із кришкою; по 1 флакону в картонній пачці разом з інструкцією із застосування, партія 59/2.0426, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-044.

Начальник ВКЯ



Олена БЕВЗ

« 03



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

Уповноважена особа