



ТОВ «БЕРКАНА+»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркули, вул. Зоотехнічна, буд. 12
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІН 388903420044

Ф05-ППУ-КУ-14/1

тел. +38(057) 723-87-43, 723-87-44
email: office@berkanaplus.com.ua
website: berkanaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN 13435: 2018 № ЦА.ЯБ.9049-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 128/06-26

**Акква ді Маре Морська Вода Плюс, спрей для роса,
по 50 мл у флаконах полімерних; по 1 флакону у пачці з картону**
(з відокремлення Медичного продукту)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАНА+», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петровського, 24		
Декларація про відповідність медичних виробів	№28-10/2024, версія 1	№ парції	07.0226
Загальна кількість в парції	3960 упаковок	Дата виробництва	2026.06
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата видаті результату	30.06.2026
Аналіз виконакий згідно:	СПЦ-ГП-МВ-009	Придатний до	2028.06

Контроль мікробіологічної чистоти проведено в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Спеціалсервіс», м. Харків, вул. Гомельбергівська, 104
Протокол випробувань № 4072 від 24.06.2026 р.
Договір № Р-77/4 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідний однофазний розчин. У процесі зберігання допускається утворення осадку або помутніння, що не погіршує якості засобу	Однорідний однофазний розчин
2	Колір	Від безбарвного до світло-жовтого	Безбарвний
3	Запах	Специфічний, властивий ефірним компонентам	Специфічний, властивий ефірним компонентам
4	Об'єм споживчої упаковки, мл	50	Відповідає
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення кожної допустимої відсоткової відхилення від номінального значення, %	Не більше 9,0	< 9,0
7	Випробування упаковки: Перевірка флакона на герметичність Перевірка спреї-насошу	Має бути герметичний Має функціонувати належним чином	Герметичний Відповідає вимогам
8	pH	4,0 - 8,5	6,24
9	Ідентифікація Натрію хлориду	Дас реакцію (а) на натрій Дас реакцію (а) на хлориди	Реакція позитивна Реакція позитивна
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ГАМС), КУО/мл	Не більше 10 ³	2 ± 0,9
11	Staphylococcus aureus, в 1 мл	Не допускається	Не виділено
12	Pseudomonas aeruginosa, в 1 мл	Не допускається	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС), КУО/мл	Не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВКИ: Медичний виріб «Акква ді Маре Морська Вода Плюс, спрей для роса, по 50 мл у флаконах полімерних; по 1 флакону у пачці з картону» парції 07.0226, відповідає вимогам СПЦ-ГП-МВ-009.

Начальник ВКМ



ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

06 2026 р.

Згідно з
07.0226
З. Ужгородська
Відомо про це