

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 022/05-2026 від 21.05.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт.
НОМЕР ПАРТІЇ	AM052026719
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	6426
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-05
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-05
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку полімерного матеріалу, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 55 mm (мм) ± 5%	55 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 19 mm (мм) ± 5%	19 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт. партії AM052026719, дата виготовлення травень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 21.05.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 018/01-2026 від 19.01.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт.
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202601719
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5830
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-01
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-01
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку полімерного матеріалу, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 55 mm (мм) ± 5%	55 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 19 mm (мм) ± 5%	19 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт. партії AM202601719, дата виготовлення січень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 18.01.2026 р.

/ Керівник системи управління якістю

Кучеренко



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 011/03-2026 від 11.03.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт.
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202603719
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	3490
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-03
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-03
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку полімерного матеріалу, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 55 mm (мм) ± 5%	55 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 19 mm (мм) ± 5%	19 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт. партії AM202603719, дата виготовлення березень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 11.03.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Кучеренко І.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 002/05-2026 від 05.05.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт.
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202605719
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5004
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-05
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-05
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку полімерного матеріалу, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 55 mm (мм) ± 5%	55 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 19 mm (мм) ± 5%	19 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт. партії AM202605719, дата виготовлення травень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 05.05.2026 р.

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139
Р/р 26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 025/06-2026 від 23.06.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт.
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202606719
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5 730
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-06
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-06
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку полімерного матеріалу, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні вclusions	Відповідає
Розміри	Довжина 55 mm (мм) ± 5%	55 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 19 mm (мм) ± 5%	19 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт. партії AM202606719, дата виготовлення червень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 23.06.2026 р.

Керівник системи управління якістю

Кучеренко І.О.

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 025/07-2026 від 27.07.2026 р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт.
НОМЕР ПАРТІЇ	AM202607719
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5 940
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2026-07
ВИКОРИСТАТИ ДО	2031-07
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку полімерного матеріалу, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки з тампоном
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 55 mm (мм) ± 5%	55 mm (мм)	Відповідає
	Ширина 19 mm (мм) ± 5%	19 mm (мм)	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Набір пластирів медичних бактерицидних Дитячий № 10 «ANGELMED» на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) – 10 шт. партії AM202607719, дата виготовлення липень 2026 р., відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за переліченими показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 27.07.2026 р.

Директор



С.О.



ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119 м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.: +38-067-825-43-51 E-mail: argo_plant@ukr.net

№ 20/11-2025/1

від «20» листопада 2025 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОПЛАСТ»
юридична адреса: вул. Зоологічна, 4-А, оф.139, м. Київ, Україна, 04119
адреси виробництва:

пр-т Леся Курбаса, 2-Б, к.27-28, м. Київ, Україна, 03148,
вул. Київська, буд. 63, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київська
область, 08141

тел.: +38-067-825-43-51; e-mail: argo_plant@ukr.net

(на йменування, місця та юридичні виробники)

підтверджує, що продукція:

Набір пластирів медичних бактерицидних Дітячий № 10 «ANGELMED»
на полімерній основі водостійких 19 mm (мм) × 55 mm (мм) - 10 шт

що випускається згідно з ТУ У 21.2-40101305-001:2016

клас III,

(повне найменування медичного виробу, тип, марка, модель,
клас потенційного ризику застосування, код УКТ ЗЕД (для імпортової продукції))

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753.
Процедура оцінки відповідності: Додаток 3 (з перевіркою проекту медичного
виробу) зазначеного вище Технічного регламенту

Застосовані гармонізовані стандарти: ДСТУ EN ISO 13485:2018, ДСТУ EN ISO
14971:2022, ДСТУ EN ISO 10993-1:2022, ДСТУ EN ISO 10993-5:2015, ДСТУ
EN ISO 10993-9:2015, ДСТУ EN ISO 10993-10:2004, ДСТУ EN ISO 10993-12:2015,
ДСТУ EN ISO 10993-13:2015, ДСТУ EN ISO 14155:2015, ДСТУ EN ISO 15223-
1:2018, ДСТУ EN 1041:2019

Технічна документація на медичні вироби розроблена, впроваджена та
зберігається у виробника

argo_plast@ukr.net

» липня 2027 р.





10023
DSTU EN ISO/IEC 17065

U.A.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

U.A.TR.001.0753.14.00372-22
дійсний до 13.07.2027

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
(додаток 3 до Технічного регламенту щодо медичних виробів)

Продукція
Product

пластирі медичні бактеріцидні, пластирі медичні перцеві перфоровані,
пластирі медичні ментолові з перцем перфоровані, пластирі медичні мозольні,
клас III

код ДКПП 21.20.24

Торгова марка
Trademark

Модель/Тип
Model/Type Ref.

згідно з додатком

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою
КМУ від 02.10.2013 №753

Назва та адреса заявника та/або
уповноваженої особи
Name and address of the applicant and/or
authorized representative

ТОВ «АРГОПЛАСТ»,
вул. Зоологічна, 4-А, офіс.139, м. Київ, Україна, 04119

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

ТОВ «АРГОПЛАСТ»,
вул. Зоологічна, 4-А, офіс.139, м. Київ, Україна, 04119

Назва та місцезнаходження
виробництва
Name and location of production

ТОВ «АРГОПЛАСТ»,
пр-т Леся Курбаса, 2-Б, м. Київ, Україна, 03148,
вул. Київська, буд. 63, с. Святопетрівське, Бучанський р-н, Київська обл.,

Додаткова інформація
Additional information

Для розширення на ринку медичних виробів класу III цей сертифікат має
супроводжуватися сертифікатом перевірки проєкту

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

Рішення ООВ №ОТР-39/39.1-ОВ від 12.07.2022, звіту №ОТР-39.1-ПП від
04.07.2022 за результатами перевірки проєктів медичних виробів, звіту №С-
765-ПО від 10.06.2022 за результатами оцінки документації системи
управління якістю, звіту №С-765-ОП від 04.07.2022 за результатами аудиту
системи управління якістю.

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body

Віктор РИМЕР
Viktor RYMER

Дата реєстрації: 14.07.2022
Date



Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, Зоологічна ст., Київ, 03143, Україна) та може бути підтверджений тільки повністю. Будь-яка
копіювання або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише за письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та
печатки недійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Zoologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any
publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Validity of this certificate can be checked by phone or website: +38 (044) 328-41-32, www.ukrmetsteststandart.ua



ISO 9001
DСТУ EN ISO 9001:2015

UA.TIL.001

Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

UA.TR.001.0753.14.00372-22
дійсний до 13.07.2027

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTTESTSTANDART"

Додаток
Addition
до сертифікату оцінювання відповідності

Перелік виробів, на які розповсюджується дія сертифікату:

№ з/п	Найменування виробу	Конструкція	Основа
1	Пластир медичний бактерицидний	рулон катушки стрічка	тканинна, неткана, паперова, шовкова, полімерна, неткана еластична, полімерна водостійка, тканинна еластична, полімерна водонепроникна, полімерна еластична
2	Пластир медичний мозольний	стрічка	тканинна, шовкова, полімерна водостійка
3	Пластир медичний перцевий перфорований	стрічка	тканинна
4	Пластир медичний ментоловий з перцем перфорований	стрічка	тканинна

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of Certification Body

Дата реєстрації: 14.07.2022
Date



Віктор РИМЕР
Victor RYMER