

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аріадна»

Юридична адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, оф. 7

Поштова адреса: 84122, Донецька обл. м. Слов'янськ, а/с 91

Код ЄДРПОУ 31858432, ІПН 318584305222

Тел./факс (06262) 2-94-33

Електронна пошта: ariadna@vata.in.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 10

Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м (м) x 14 см (см)

Виробник:	ТОВ «Аріадна»
Номер партії	03
Кількість виробів у партії	9500
Дата виготовлення	2024-09
Термін придатності	2029-09
Виготовлено згідно з	ТУ У 21.2-31858432-003:2019

№ п/п	Найменування показників	Вимоги технічних умов ТУ У 21.2-31858432-003:2019	Результати випробувань
1	Розмір: довжина, м	7,0 м ± 0,5 м	Відповідає
	ширина, см	14,0 см ± 1,0 см	Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Бинт повинен бути без швів з обрізною кромкою. Допускається наявність необрізаної кромки або кромки з бахромою на внутрішньому кінці бинта довжиною не більш 0,5 м. Допускається за згодою зі споживачем випускати нестерильні бинти окремими партіями (серіями) з одним швом та необрізаною кромкою повністю або частково.	Відповідає
3	Пакування	Бинти пакують в оболонку зі плівки, краї якої зварюються термічним засобом	Відповідає
4	Товщина	Товщина, не більше 25 мм	Відповідає
5	Білизна, %	Не менше: 80%	Відповідає
6	Маркування	Згідно з ТУ У 21.2-31858432-003:2019	Відповідає
7	Матеріал	Бинт повинен бути виготовлений з марлі за ДСТУ EN 14079:2009	Відповідає
8	Сировина/матеріал	100% бавовна	Відповідає
9	Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	Тип марлі 17, 18, 20, 22, 24а, 24b	Тип марлі 17

Висновок: Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м (м) x 14 см (см) відповідає вимогам ТУ У 21.2-31858432-003:2019

Дата видачі сертифікату: 27.09.2024

Директор

