

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Kinesio tape 5 cm × 5 m Pink «H Dr. House» Пластир медичний Кінезіо тейп 5 cm (cm) × 5 m (m) «H Dr. House» (рожевий)	Specification Розмір	5 cm (cm) × 5 m (m)
Order No./ Заказ №	LXC25010020	Lot No./ Партія №	25010020
Quantity Кількість	2 880 pcs 2 880 шт.	Test Date Дата перевірки	2025.02.12
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153024	Date of report Дата звіту	2025.02.12
Дата виготовлення	2025.02	Термін придатності	2030.01

Check result/Результат перевірки


Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність
4.1	Appearance Зовнішній вигляд		---	The tape Should be clean, The back does not leak plastic, should be homogeneous, Smooth, no stains, no holes, there is no point degumming. Стрічка має бути чистою, зворотна сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання.	---	OK Відповідає
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	≥500.0	500	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	5.0±0.2	5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею		g/m²	≥40	72	OK Відповідає
4.4	Peel strength Міцність на відрив		N/cm	≥1.0	3.6	OK Відповідає

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153024/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153024

Інспектор(Inspektor):

Рецензен(Review):

Затверджувач(Approver):



JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Kinesio tape 5 cm × 5 m Pink «H Dr. House» Пластир медичний Кінезіо тейп 5 cm (cm) × 5 m (m) «H Dr. House» (рожевий)	Specification Розмір	5 cm (cm) × 5 m (m)
Order No./ Заказ №	LXC25050569	Lot No./ Партія №	25050569
Quantity Кількість	4 320 pcs 4 320 шт.	Test Date Дата перевірки	2025.06.12
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153024	Date of report Дата звіту	2025.06.12
Дата виготовлення	2025.06	Термін придатності	2030.05

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність
4.1	Appearance Зовнішній вигляд		---	The tape Should be clean, The back does not leak plastic, should be homogeneous, Smooth, no stains, no holes, there is no point degumming. Стрічка має бути чистою, зворотна сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання.	---	OK Відповідає
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	≥500.0	500	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	5.0±0.2	5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею		g/m ²	≥40	72	OK Відповідає
4.4	Peel strength Міцність на відрив		N/cm	≥1.0	3.6	OK Відповідає

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20153024/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153024

Інспектор(Inspektor):

Рецензен(Review)

Затверджувач(Approver):

