

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Cohesive bandage 5 cm × 4.5 m «H Dr. House» White Бинт когезивний самофіксуючий еластичний 5 cm (см) × 4,5 m (м) «H Dr. House» (Білий)	Specification Розмір	5 cm (см) × 4,5 m (м)
Order No./ Заказ №	LXC25111339	Lot No./ Партія №	25111339
Quantity Кількість	5 760 pcs 5 760 шт.	Test Date Дата перевірки	2026.01.11
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment Стандарт замовника	Date of report Дата звіту	2026.01.11
Дата виготовлення	2025.12	Термін придатності	2030.11

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність
1	Appearance Зовнішній вигляд		---	The tape Should be clean, The back does not leak plastic, should be homogeneous, Smooth, no stains, no holes, there is no point degumming. Стрічка має бути чистою, зворотна сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання.	---	OK Відповідає
2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	m	4.5±0.2	4.5	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	5.0±0.2	5.0	OK Відповідає
		Core Width Ширина сердечника	cm	2.7±0.2	2.7	OK Відповідає
		Rolling diameter Діаметр згортання	cm	5.5±0.2	5.5	OK Відповідає
3	Base material weight Вага основного матеріалу		g/m ²	41±4	42	OK Відповідає
4	Peel strength Міцність на відрив		N/25mm	0.6-4.2	0.7	OK Відповідає
5	Unwinding strength Міцність розмотування		N/25mm	0.5-3.0	0.7	OK Відповідає
6	Elastic ratio Коефіцієнт пружності			≥1.5	1.25	OK Відповідає

Test Conclusion: The produkt is conforming with the requirements of standard /Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандартів замовника

Інспектор(Inspektor): _____ Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____

