

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № MG.DC20.UA-25

Версия 1

Медичних виробів для діагностики in vitro: Системи вимірювання рівня глюкози з крові за допомогою пераїжки в Додатку 1 до Декларації про відповідність великим Технічним регламентам щодо медичних виробів для діагностики in vitro (який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 754).

Виробник:

найменування: Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Асценсія Діабетес Кеа Холдінгс АГ

адреса: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Петер Мерян Штрассе 90, 4052, Базель

країна: Switzerland
Швейцарія

виробничі дієвки:

HTL-Strcfa S.A., / ЕНТІЕл-Стрефа С.А.,

ia adresowa: ul. Adamówek 7, 95-035 Ożarów, Poland / Адамówek 7, 95-035 Озаров, Польша

RR Donnelley GTS Poland Sp. z o.o. / РР Донеґі ДжіТіЕс Полша, Сп. з о.о.

za adresem: ul.Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, Poland / зул. Закладова 90/92, 92-402 Лодзь, Польша

PT PHC Indonesia / PTI TIEgCI Indonesia

на адресов: Kawasan Industri MM2100 Block O-1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Indonesia / Kawasan Industri

MM2100 Блок О-1 Цивиліт Барат, Бекжі 17520 Індонезія

HTL-Stréfa S.A., / ЕнчТiЕл-Стрефа С.А.,

за адресом: ul.Lotnicza 21h, 99-100 Leszyna, Poland / вкл. Лешина 21ейт, 99-100 Лешина, Польша

Уповноважений представник в Україні якого є

найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКО ГЛОБАЛ»

адреси: офіс 319, корпус 1, буд. 2, вул. Панікахи, м. Дніпро, 49000

країна: Україна

Звідси: є довіреністю розкриття інформації від автора від 27.11.2024

Продовжила сукуповане так відповідності технічним вимогам:



UA-TR-094

Відповідність зазначеної продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro* було схвалено та підтверджено на підставі проведення процедури оцінки відповідності, відповідно до Додатку 4 «Порядок проведення процедури забезпечення функціонування комп'ютерної системи забезпечення якості» крім пунктів 6-8 «Перевірка проекту медичного виробу» до Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro* та засвідчено Органом з оцінки відповідності ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», призначеним Міністерством економіки України, за ідентифікаційним номером UA.TR.099, адреса: вул. Драгоманова, 1-А, офіс 2, м. Київ, 02059, Україна.

* Сертифікат про відповідність медичного виробу для діагностики in vitro виходом Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro MUA.MD.050-17, редакція 02, терміном дії від 10.03.2025 р. до 28.12.2027 р.

Зазначені медичні вироби відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro (який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 754) національних, європейських та міжнародних нормативно-правових актів та стандартів, які наведені в Додатку 2 до Декларації про відповідність.



В.о. директора ТОВ «МЕДИКО ГЛОБАЛ»

С.А.Швецъ.

Декларацію про відповідність складено від імені та під відповідальність виробника: Ascensia Diabetes Care Holdings AG / Асценсія Діабетес Кеа Холдінгс АГ за адресою: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland / Петер Меріан Штрассе 90, 4052, Базель, Швейцарія.

Декларація про відповідність дієсна від 10.03.2025 р. до 28.02.2027 р.

Невід'ємною частиною даної Декларації про відповідність є наступні Додатки:

Додаток 1 з переліком медичних виробів для діагностики in vitro,

Додаток 2 з переліком національних, європейських та міжнародних нормативно-правових актів та стандартів.

Додаток 1 до Декларації про відповідність № MG.DC20.UA-25
Перелік медичних виробів для діагностики in vitro, загальною кількістю 3 позиції.

	Назва медичного виробу для діагностики in vitro українською мовою	Назва медичного виробу для діагностики in vitro англійською мовою	Класифікація медичного виробу для діагностики in vitro
1.	Система вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS	CONTOUR PLUS Blood Glucose Monitoring System	перелік В додаток 2
2.	Система вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS ONE	CONTOUR PLUS ONE Blood Glucose Monitoring System	перелік В додаток 2
3.	Система вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS ELITE	CONTOUR PLUS ELITE Blood Glucose Monitoring System	перелік В додаток 2

Додаток 2 до Декларації про відповідність № MG.DC20.UA-25

Перелік національних, європейських та міжнародних нормативно-правових актів та стандартів.

Позначення гармонізованого європейського стандарту	Національні стандарти, які є ідентичними європейським гармонізованим стандартам
EN ISO 13485:2016/AC:2018 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes	ДСТУ EN ISO 13485:2018 Медицинські вироби. Системи управління якістю. Вимоги до регулювання Вимога (EN ISO 13485:2016/AC:2018, IDT).
EN ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices	ДСТУ EN ISO 14971:2015 Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком Вимога (EN ISO 14971:2012, IDT)
EN ISO 15197:2015 In Vitro Diagnostic Test Systems- Requirements for Blood Glucose Monitoring Systems for Self-Testing in Managing of Diabetes Mellitus	ДСТУ EN ISO 15197:2017 Тест-системи для діагностики in vitro. Вимоги до систем моніторингу концентрації глюкози в крові для самоконтролювання в разі цукрового діабету Вимога (EN ISO 15197:2015, IDT)
EN ISO 17511:2003 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials	ДСТУ EN ISO 17511:2015 Медицинські вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробках. Метрологічна простежуваність значень, приписаних калібратором і контрольним матеріалом Вимога (EN ISO 17511:2003, IDT)
EN ISO 18113-1:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements	ДСТУ EN ISO 18113-1:2018 Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 1. Словник термінів та загальні вимоги Вимога (EN ISO 18113-1:2011, IDT)
EN ISO 18113-2:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use	ДСТУ EN ISO 18113-2:2018 Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 2. Реактиви для діагностики in vitro для професійного користування Вимога (EN ISO 18113-2:2011, IDT)
EN ISO 18113-3:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use	ДСТУ EN ISO 18113-3:2018 Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 3. Інструменти медичні для діагностики in vitro для професійного користування Вимога (EN ISO 18113-3:2011, IDT)
EN ISO 18113-4:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing	ДСТУ EN ISO 18113-4:2018 Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 4. Реактиви для діагностики in vitro для самоконтролю Вимога (EN ISO 18113-4:2011, IDT)
EN ISO 18113-5:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing	ДСТУ EN ISO 18113-5:2018 Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 5. Інструменти медичні для діагностики in vitro для самоконтролю Вимога (EN ISO 18113-5:2011, IDT)
EN ISO 15223-1:2016 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements	ДСТУ EN ISO 15223-1:2018 Вироби медичні. Символи, застосовані під час маркування на медичних виробах, етикетках та в супровідній документації. Частина 1. Загальні вимоги Вимога (EN ISO 15223-1:2016, IDT)
EN 13532:2002 General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing	x
EN 13612:2002 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices	ДСТУ EN 13612:2015 Оцінка характеристик медичних виробів для діагностики in vitro. Вимога (EN 13612:2002, IDT)
EN ISO 23640:2015 In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents	ДСТУ EN ISO 23640:2015 Виробування щодо стабільності засобів медичної техніки для лабораторної діагностики in vitro Вимога (EN ISO 23640:2015, IDT)
EN 13427:2004 Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste	ДСТУ EN 13427:2008 Пакування. Вимоги щодо застосування європейських стандартів у сфері пакування та відходів пакування Вимога (EN 13427:2004, IDT)

EN 13428:2004 Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction	X
EN 13429:2004 Packaging - Reuse	X
EN 13430:2004 Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling	ДСТУ EN 13430:2008 Пакування. Вимоги до пакування, відновлюваного вторинним переробляним матеріалом Зимоти (EN 13430:2004, IDT)
EN 13431:2004 Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value	ДСТУ EN 13431:2015 Пакування. Вимоги до відновлюваного пакування для його перероблення як вторинних енергетичних ресурсів та визначення мінімальної теплоти згорання Зимоти (EN 13431:2004, IDT)
EN 13432:2000 Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging	ДСТУ EN 13432:2015 Упаковка. Вимоги до упаковки, утилізованої способом компостування і біодegradування. Тестові схеми та критерії оцінювання для остаточного прийняття упаковки Зимоти (EN 13432:2000, IDT)
ISO 11469:2016 Plastics - Generic identification and marking of plastics products	X
IEC 61010-1:2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements	X
EN 61010-2-101:2002 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment	ДСТУ EN 61010-2-101:2014 Вимоги щодо безпеки електричного устаткування для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-101. Особливі вимоги до медичного обладнання для діагностики in vitro Зимоти (EN 61010-2-101:2002, IDT)
EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements	ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги Зимоти (EN 61326-1:2013, IDT)
EN 61326-2-6:2006 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment	ДСТУ EN 61326-2-6:2019 Електричне устаткування для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-6. Особливі вимоги. Медичне обладнання для діагностики in vitro Зимоти (EN 61326-2-6:2006, IDT)
IEC 62366-1:2015/A1:2020 Medical devices - Application of usability engineering to medical devices	ДСТУ EN 62366-1:2019 Прилади медичні. Частина 1. Застосування інженерних технологій до медичних виробів Зимоти (IEC 62366-1:2015/A1:2020, IDT)
IEC 62304:2006 Medical device software - Software life-cycle processes	ДСТУ EN 62304:2014 Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення Зимоти (EN 62304:2006, IDT)



ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

СЕРТИФІКАТ

про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо
медичних виробів для діагностики in vitro

Зареєстрований у Реєстрі

«01» березня 2022 р.

№ UA.MD.050-17

Дійсний до «28» лютого 2027 р.

Перше видання: «01» березня 2017 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що застосування комплексної системи управління якістю
на етапах розроблення, виробництва і остаточної перевірки
медичних виробів для діагностики in vitro:

Системи вимірювання рівня глюкози в крові

(згідно з додатком до цього сертифіката на одній сторінці)

виробника:

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

за адресою: **Peter Merian Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland,**

на виробництвах:

HTL Strefa S.A., за адресою: ul. Adamówek 7, 95 035 Ozorków, Poland;

- RR Donnelley GTS Poland Sp. z o.o, за адресою: ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, Poland;

- PT PPS Indonesia, за адресою: Kawasan Industri MM2100 Block O-1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Indonesia;

- HTL-Strefa S.A. за адресою: ul. Lotnicza 21h, 99-100 Łeczysa, Poland.

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БадМ»

за адресою: **49040, Україна, м. Дніпро, вул. Панікахи 2, код ЄДРПОУ 31816235,**

відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754. Процедура оцінки
відповідності проведена згідно з додатком 4 «Порядок проведення процедури забезпечення
функціонування комплексної системи забезпечення якості», за виключенням пунктів 6-8.

Контроль відповідності медичних виробів вимогам зазначеного технічного регламенту здійснюється
підлягом нагляду, періодичності і процедур якіого регламентуються процедурами органу з оцінки
відповідності.

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності ТОВ «УКРМЕДСЕРТ», акредитованим
Національним інститутом з акредитації України, атестат від 22.03.2021 № 10240, призначеним
Мінекономіки України, за ідентифікаційним номером UA.TR.099, адреса: вул. Драгоманова,
будинок 1-А, офіс 2, м. Київ, 02059, Україна, тел.: +38-067-595-02-30; <https://ukmedcert.org.ua>

на підставі Рішення ООВ ТОВ «УКРМЕДСЕРТ» від 01.03.2022 № 002/MD-21.10.07/01.

Директор

І.М. Хотенюк





ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Додаток до сертифікату про відповідність
вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro
№ UA.MD.050-17

від «01» березня 2022 року

Перелік В Додатку 2
до Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro

№ з/п	Найменування англійською мовою	Найменування українською мовою
1.	CONTOUR PLUS Blood Glucose Monitoring System	Система вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS
2.	CONTOUR PLUS ONE Blood Glucose Monitoring System	Система вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS ONE
3.	CONTOUR PLUS ELITE Blood Glucose Monitoring System	Система вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS ELITE

Кінець переліку

Директор

Сторінка 1 з 1



І.М. Хотенюк

RR Donnelley
Global Turnkey Solutions
Лодзь

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	15/06/2026	Кількість випуску:	2696
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L 7614	Термін придатності:	2031-02
Номер партії виробника:	DP04W163P	Номер заказу	3809566
Номер PO:	2190631365		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190610814	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	G09A9S	2031-02

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 15.06.2026 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



DOC NO: ASCSTDCOC	REV.2	1/1
-------------------	-------	-----



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	11/12/2025	Кількість випуску:	3000
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L	Термін придатності:	2030-09
Номер партії виробника:	DP06V343P	Номер заказу	3798773
Номер PO:	2190603096		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190564456	N/A
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190564457	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09E2S	2030-09

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 11.12.2025 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	04/03/2026	Кількість випуску:	2176
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L 7614	Термін придатності:	2030-09
Номер партії виробника:	DP06W058P	Номер заказу	3804142
Номер PO:	2190611388		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190592843	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09E2S	2030-09

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 04.03.2026 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	06/05/2026	Кількість випуску:	3240
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L	Термін придатності:	2030-12
Номер партії виробника:	DP06W125P	Номер заказу	3808669
Номер РО:	2190624077		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190606764	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	G09A1S	2030-12

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 06.05.2026 р.
Посада: OBA/DHR Клерк



RR Donnelley
Global Turnkey Solutions
Лодзь

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	03/03/2026	Кількість випуску:	1000
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L 7614	Термін придатності:	2030-09
Номер партії виробника:	DP07W058P	Номер заказу	3804144
Номер PO:	2190611388		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190592843	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09E2S	2030-09

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:


Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис

Дата 03.03.2026 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	26/11/2025	Кількість випуску:	2840
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L	Термін придатності:	2030-05
Номер партії виробника:	DP08V325P	Номер заказу	3797718
Номер РО:	2190597913		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190584540	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09C5S	2030-05

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:
Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03
Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.
Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 26.11.2025 р.
Посада: OBA/DHR Клерк



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	18/11/2025	Кількість випуску:	3144
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L	Термін придатності:	2030-05
Номер партії виробника:	DP09V318P	Номер заказу	3797277
Номер РО:	2190597909		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190564457	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09C5S	2030-05

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 18.11.2025 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



RR Donnelley
Global Turnkey Solutions
Лодзь

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	18/11/2025	Кількість випуску:	3144
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L	Термін придатності:	2030-05
Номер партії виробника:	DP09V318P	Номер заказу	3797277
Номер РО:	2190597909		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190564457	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09C5S	2030-05

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 18.11.2025 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



DOC NO: ASCSTDCOC	REV.2
-------------------	-------



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	27/05/2026	Кількість випуску:	768
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L 7614	Термін придатності:	2030-12
Номер партії виробника:	DP09W146P	Номер заказу	3810070
Номер PO:	2190626254		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190610814	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	G09A1S	2030-12

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 27.05.2026 р.

Посада: OBA/DHR Клерк



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Дата випуску:	17/11/2025	Кількість випуску:	3000
Номер артикулу у системі:	84708241	Перевірка:	F
Опис товару у системі:	84708241-7614 CNTR PLUS UA/AZ (UK/AZ/RU) mmol/L	Термін придатності:	2030-05
Номер партії виробника:	DP10V318P	Номер заказу	3797278
Номер РО:	2190597909		

Номер частини	Опис частини	Номер перевірки	Номер партії	Термін придатності
85442961	85442961 CNTR PLUS, BLK ASSY	01	ASC 2190564457	N/A
90009172	90009172 MLNCT, LNCT ASSY, UA	B	F09C5S	2030-05

Даним сертифікатом затверджуємо, що дана партія товару відповідає:

Складальному кресленню № 84708241 Версія – 03

Від імені RR Donnelley випуск у вільний обіг товару, зазначеного вище, схвалено.

Ім'я співробітника _____ Підпис _____ Дата 17.11.2025 р.

Посада: OBA/DHR Клерк

