

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Kinesio tape 2,5 cm × 5 m, 2 pcs «H Dr. House» Blue Пластир медичний Кінезіо тейп 2,5 cm (cm) × 5 m (m), набір 2шт. «H Dr. House» (голубий)	Specification Розмір	2,5 cm (cm) × 5 m (m)
Order No./ Заказ №	LXC25111339	Lot No./ Партія №	25111339
Quantity Кількість	3 600 pcs 3 600 шт.	Test Date Дата перевірки	2026.01.11
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153024	Date of report Дата звіту	2026.01.11
Дата виготовлення	2025.12	Термін придатності	2030.11

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва		Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність
2.1	Appearance Зовнішній вигляд		---	The tape Should be clean, The back does not leak plastic, should be homogeneous, Smooth, no stains, no holes, there is no point degumming. Стрічка має бути чистою, зворотна сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання.	---	OK Відповідає
2.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	≥500.0	500	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	2.5±0.2	2.5	OK Відповідає
2.3	Glue content Вміст клею		g/m ²	≥40	76	OK Відповідає
2.4.1	Peel strength Міцність на відрив		N/cm	≥1.0	2.9	OK Відповідає
2.4.2	Adhesiveness Клейкість		mm	Верхній шар повинен ≤2.5 mm	0	OK Відповідає
2.4.3	Elasticity test Випробування на еластичність		%	Гнучкість при продовженні повної довжини не повинна перевищувати 80% від довжини продовження.	59	OK Відповідає

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20153024/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153024

Інспектор(Inspektor):

Рецензент(Review):

Затверджувач(Approver):