

ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24881750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 09.2025
 (Дата изготовления)

Кількість 1080 шт
 (Количество)

Тип Б3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ГОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24881750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 08.2025
 (Дата изготовления)

Кількість 2025 шт
 (Количество)

Тип БЗ

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Інженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22-2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 07.08.23
 (Дата изготовления)

Кількість 1082 шт
 (Количество)

Тип БЗ

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 08.2022
 (Дата изготовления)

Кількість 645 шт
 (Количество)

Тип Б 3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)


Дата виготовлення 09.2021
 (Дата изготовления)

Кількість 1080 шт
 (Количество)

Тип Б 3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Інженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)


Дата виготовлення 09.2020
 (Дата изготовления)

Кількість шт
 (Количество)

Тип Б 3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ТОВ "ПОЛКОМ." ООО "ПОЛКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3 Дата виготовлення 09.2022
 (Номер партії) (Дата изготовления)

Кількість шт Тип Б3
 (Количество)

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер _____
 Інженер _____



СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
 СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 08.2020
 (Дата изготовления)

Кількість _____ шт
 (Количество)

Тип Б3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість до повторної стерилізації (Стойкость к повторной стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 07.2019
 (Дата изготовления)

Кількість 1000 шт
 (Количество)

Тип Б 3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)

Дата виготовлення 09.2019
 (Дата изготовления)

Кількість 135 шт
 (Количество)

Тип Б 3

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з на- конечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герме- тическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно- спиртових розчинів (Стойкость к водно- спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно- спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых рас- творов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді продлягом 5 хвилин (Вы- держивает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну сте- рилізацію (Выдерживает 5- кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер



ТОВ "ПОЛІКОМ." ООО "ПОЛИКОМ."
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ (Сертификат качества) № _____

СПРИНЦІВКА ПЛАСТИЗОЛЬНА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА
СПРИНЦОВКА ПЛАСТИЗОЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ
 ТУ У 22.2-24681750-003:2016

Номер партії 3
 (Номер партии)


Дата виготовлення 2019 08.
 (Дата изготовления)

Кількість 200 шт
 (Количество)

Тип БЗ

№ п/п	Найменування показників (Наименование показателей)	Результат аналізу (Результат анализа)	Норма
1	Місткість, мл (Вместимость, мл)	104	75-105
2	Герметичність (лише тип Б) (Герметичность (только тип Б))	Герметичне Герметическое	З'єднання балона з наконечником герметичне (Соединение баллона с наконечником герметическое)
3	Активність, с, не більше (Активность, с, не более)	5	20
4	Стійкість до водно-спиртових розчинів (Стойкость к водно-спиртовым растворам)	Стійка Стойкая	Стійка до дії водно-спиртових розчинів (Стойкая к воздействию водно-спиртовых растворов)
5	Стійкість до дезінфекції (Стойкость к дезинфекции)	Стійка Стойкая	Витримує кип'ятіння в дистильованій воді протягом 5 хвилин (Выдерживает кипячение в дистиллированной воде в течение 5 минут)
6	Стійкість наконечника до стерилізації (Стойкость наконечника к стерилизации)	Стійка Стойкая	Витримує 5-кратну стерилізацію (Выдерживает 5-кратную стерилизацию)

Інженер
 Инженер





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держспоживслужби

Лапа В. І.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 03 2019 року

№ 602-123-20-1/ 5286

Об'єкт експертизи: Спринцівки пластизольні полівінілхлоридні типу А, Б та ІБ
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 22.2-24681750-003:2016 «Спринцівки
пластизольні полівінілхлоридні»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 22.29.29-10.00, код за УКТЗЕД 3926 90 97 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Медицина, санітарна гігієна

Країна-виробник ТОВ «ПОЛКОМ», адреса виробництва: Україна, 77611, Івано-
Франківська область, Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Шкільна, 2-А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ПОЛКОМ", Україна, 77611, Івано-Франківська область,
Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Шкільна, 2-А, тел. /факс (03474) 47 6 25;
47 6 73, код за СДРНОУ 24681750

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; рівні міграції лімічних речовин (не > мг/дм³): вініл хлористий - 0,01; диоктилфталат - 2,0; формальдегід - 0,1; фенол-0,05; ацетон - 0,1; гептан - 0,1; етилацетат - 0,1; метиловий спирт - 0,2; спирт ізобутиловий - 0,1; спирт бутіловий - 0,5; міль - 1,0; цинк - 1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; ртуть - 0,005; не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки, відповідно до вимог «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 р., МВ "Токсиколого-гигиєнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення". К.2009.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування поданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Спринцівки
пластизольні полівінілхлоридні типу А, Б та ІБ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо. Повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 22.2-24681750-003:2016 «Спринцівки
пластизольні полівінілхлоридні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна
продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами
цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими
медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання,
транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами
інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т. 526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



№ 1609 від 07.03.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)