



ТОВ «БЕРКАПЛЮС»
Україна, 62441, Харківська обл.,
с. Циркули, вул. Зоотехнічна, буд. 13
Код ЄДРПОУ 38890341
ПІП 388903420044

Ф05-НП/С-КЯ-14/1

тел. +38(057) 725-87-43, 725-87-44
email: office@berkaplus.com.ua
website: berkaplus.com.ua

Сертифікат відповідності СУА вимогам ДСТУ БН 13485: 2018 М. УА 28.00-49-24

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 172/09-26

**«Фунгестра», спреї для піг по 50 мл (ml) у флаконі полімерному з розпилювачем;
по 1 флакону у картонній коробці разом з інструкцією із застосування**
(найменування Удільного виробу)

Виробник, адреса виробничих потужностей	ТОВ «БЕРКАПЛЮС», Україна, 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Валерія Петросова, 24		
Сертифікат відповідності технічному регламенту	№ UA.TR.098.0528-25 від 22.05.2025 р.		
Загальна кількість в партії	1961 упаковка	№ партії	61.0126
Умови зберігання:	Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25°C	Дата виробництва	2026.08
Аналіз виконаний згідно:	СПП-ГП-МВ-067	Дата видатку результату	12.09.2026
		Продовжений до	2028.08

Контроль мікробіологічної чистоти проведений в лабораторії:

Назва організації, адреса: Комунальне підприємство «Санітсервіс», м. Харків, вул. Гольдбергівська, 104

Протокол випробувань № 5912 від 31.08.2026 р.

Додаток № Р-75/16 від 01.01.2026 р.

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати аналізів
1	Зовнішній вигляд	Однорідний розчин, допускаються наявність помутніння та незначний осад, що не погіршує якість виробу	Відповідає
2	Колір	Від жовтого до жовто-коричневого кольору розчину	Відповідає
3	Запах	Специфічний, властивий компонентам, без стороннього запаху	Відповідає
4	Об'єм споживачої упаковки	50,0 мл	Відповідає
5	Середній об'єм, мл	Не менше за номінальний	Відповідає
6	Значення межі допустимого від'ємного відхилення від номінального значення	Не більше 9,0 %	Відповідає
7	Перевірка упаковки на герметичність	Має бути герметичною	Відповідає
8	Ідентифікація	Має витримувати реакцію алкалоїди Має витримувати реакцію на гліцерин	Реакція позитивна Реакція позитивна
9	Густина	1,00 г/см ³ - 1,10 г/см ³	1,03 г/см ³
10	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС), КУО/мл	не більше 10 ²	Не виділено
11	<i>Sarfylococcus aureus</i> в 1 мл	не допускається	Не виділено
12	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> в 1 мл	не допускається	Не виділено
13	Загальне число дріжджових та пліснявих грибів (ТУМС), КУО/мл	не більше 10 ¹	Не виділено

ВИСНОВОК: Медичний виріб «Фунгестра», спреї для піг по 50 мл (ml) у флаконі полімерному з розпилювачем, по 1 флакону у картонній коробці разом з інструкцією із застосування, партії 61.0126, відповідає вимогам СПП-ГП-МВ-067.

Начальник ВКЯ



Олена БІЛОЗ



« 02 » 09, 2026 р.

згідно з
ОРИГІНАЛОМ

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

І.І. Фракопеско
Уповноважена особа