

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № MD-100926/BN-PM2

«10» вересня 2026 р.

Назва продукції по НД	Пов'язка гідрогелева при опіках та ранах HEALER MEDICAL®, 9x12 cm (cm) стерильна		
Додаткова торговельна назва	HEALER MEDICAL®	Номер партії (серії)	PM20926
Кількість продукції в серії, шт	1000	Дата випуску продукції	10.09.2026
		Термін придатності	10.09.2029
Упаковка	Індивідуальне блістерне пакування (корекс), трьохшовний пакет PELD peel-effect пакет		
Дослідження проведенні у відповідності до	Технічна документація TF.01		

	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
1	Товщина пов'язки, mm (mm), не менше	2,5 В.1. п.1. Технічна документація TF.01	3,3
2	Геометричний розмір, cm (cm)	Відповідно до заявленої специфікації В.1. п.2. Технічна документація TF.01	9x12
3	Показник концентрації водневих іонів, pH, 0,1 % розчину в межах (до застигання)	4,5-6,0 В.1. п.3. Технічна документація TF.01	5,7
4	Масова частка полігексаметиленбігуанід гідрохлориду, % не менше	0,1 В.1. п.4. Технічна документація TF.01	0,1
5	Пакування	Відповідно до частини В.8 Технічної документації TF.01	Відповідає
6	Маркування	Відповідно до частини А.7 Технічної документації TF.01	Відповідає
7	Умови зберігання	Вироби повинні зберігатися у герметичній упаковці в сухому, захищеному від світла місці за температури від +2 до +35 °C.	
8	Термін придатності	3 роки	

Висновок: Пов'язка гідрогелева при опіках та ранах HEALER MEDICAL® відповідає вимогам Технічної документації TF.01.

Примітка: документи відповідності - Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0447-23 від 22.06.2026, що додається до товаросупровідних документів.

Представник з якості

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Романовська О.Р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № MD-220926/BN-PM3

«22» вересня 2026 р.

Назва продукції по НД	Пов'язка гідрогелева при опіках та ранах HEALER MEDICAL®, 9x12 cm (cm) стерильна		
Додаткова торгівельна назва	HEALER MEDICAL®	Номер партії (серії)	PM30926
Кількість продукції в серії, шт	1000	Дата випуску продукції	22.09.2026
		Термін придатності	22.09.2029
Упаковка	Індивідуальне блістерне пакування (корекс), трьохшовний пакет PELD peel-effect пакет		
Дослідження проведенні у відповідності до	Технічна документація TF.01		

	Назва показників	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати досліджень
1	Товщина пов'язки, mm (mm), не менше	2,5 В.1. п.1. Технічна документація TF.01	3,2
2	Геометричний розмір, cm (cm)	Відповідно до заявленої специфікації В.1. п.2. Технічна документація TF.01	9x12
3	Показник концентрації водневих іонів, pH, 0,1 % розчину в межах (до застигання)	4,5-6,0 В.1. п.3. Технічна документація TF.01	5,8
4	Масова частка полігексаметиленбігуанід гідрохлориду, % не менше	0,1 В.1. п.4. Технічна документація TF.01	0,1
5	Пакування	Відповідно до частини В.8 Технічної документації TF.01	Відповідає
6	Маркування	Відповідно до частини А.7 Технічної документації TF.01	Відповідає
7	Умови зберігання	Вироби повинні зберігатися у герметичній упаковці в сухому, захищеному від світла місці за температури від +2 до +35 °C.	
8	Термін придатності	3 роки	

Висновок: Пов'язка гідрогелева при опіках та ранах HEALER MEDICAL® відповідає вимогам Технічної документації TF.01.

Примітка: документи відповідності - Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0447-23 від 22.06.2026, що додається до товаросупровідних документів.

Представник з якості

Корія Віржа



Романовська О.Р.