

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.
Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»
Свідоцтво акредитації зареєстровано у Реєстрі 20 серпня 2024 року № 01-0050/2024

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «20» листопада 2025 р

Найменування продукції: Виріб медичний		Розчин «Чистотіл PRIME» 1,2 мл (мл)	
Кількість одиниць в партії:		2 000 упаковок	
Номер партії(серія): Дата виготовлення: Придатний до:	001 2025-11 2027-11	Термін придатності:	24 місяці від дати виготовлення
Упаковка:	розчин у флаконі 1,2 мл (мл) ± 4,5% з аплікатором	Аналіз виконаний згідно	UA.TR.753.MD.36226540/CP-014
Умови зберігання:	Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5°C до +25°C, відносній вологості повітря не більше 75%		

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/ метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	Однорідна рідина без сторонніх домішок, можлива наявність невеликого осаду згідно UA.TR.753.MD.36226540/CP-014	Відповідає
2	Колір	Без кольору згідно UA.TR.753.MD.36226540/CP-014	Відповідає
3	Водневий показник 1% водного розчину, од. рН	13-14 згідно UA.TR.753.MD.36226540/CP-014	Відповідає
4	Масова частка води і летких речовин, %	60-80 згідно UA.TR.753.MD.36226540/CP-014	Відповідає
5	Об'єм наповнення	1,2 мл (мл)±4,5%	Відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КОЕ/ г(см³)	Менше ніж 1000	Відповідає

Висновок: Виріб медичний Розчин «Чистотіл PRIME» 1,2 мл (мл) відповідає вимогам UA.TR.753.MD.36226540/ CP -014

Начальник відділу технічного контролю та забезпечення якості
ТОВ «Красота та Здоров'я»

