



Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"  
Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. (056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

**Сертифікат якості № 2022-2/47**  
**Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м (м) x10 см (см)**  
**тип марлі 17 ТМ "Angelmed"**

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2022-02	Партія №	010222
Кількість виробів у партії: 45 000 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.  
**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перелезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту  
**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +140°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.  
**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

**ВИПРОБУВАННЯ**



Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, м	5,0 ± 0,4	4,85
Довжина, см	10,0 ± 1,0	9,4
Товщина, мм	Не більше 25	24,0
Якість виробів	Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромною) довжиною не більше 0.5 см.	Відповідає
Ступінь білинні*	Не менше 80%	Відповідає
Канілярність <sup>†</sup>	Не менше 7,0 см	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, П	30	Відповідає
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

\* Документи надаються за вимогою замовника

<sup>†</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м (м) x10 см (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Технолог





Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"

Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. (056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

## Сертифікат якості № 2021-06/08

### Бинт марлевий медичний нестерильний 5 m (м) x10 cm (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2021-06	Партія №	010621
Кількість виробів у партії: 33 600 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.

**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

### ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, м	5,0 ± 0,4	4,80
Довжина, см	10,0 ± 1,0	9,0
Товщина, мм	Не більше 25	22,0
Якість виробів	Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромною) довжиною не більше 0,5 см.	Відповідає
Ступінь білини <sup>1</sup>	Не менше 80%	Відповідає
Капілярність <sup>1</sup>	Не менше 7,0 см	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

\* Документи надаються за вимогою замовника

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Бинт марлевий медичний нестерильний 5 m (м) x10 cm (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Технолог

*В. Червченко*  
Червченко В.В.

М.П.





Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"

Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. (056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

### Сертифікат якості № 2022-09/06

## Бинт марлевий медичний нестерильний 5 m (м) x10 cm (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2022-09	Партія №	010922
Кількість виробів у партії: 45 000 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.  
**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту  
**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.  
**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

### ВИПРОБУВАННЯ


Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, м	5,0 ± 0,4	4,85
Довжина, см	10,0 ± 1,0	9,4
Товщина, мм	Не більше 25	24,0
Якість виробів	Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромною) довжиною не більше 0,5 см.	Відповідає
Ступінь білини <sup>1</sup>	Не менше 80%	Відповідає
Капілярність <sup>1</sup>	Не менше 7,0 см	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

\* Документи надаються за вимогою замовника

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Бинт марлевий медичний нестерильний 5 m (м) x10 cm (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Технолог





Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"  
Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. (056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

## Сертифікат якості № 2021-11/15

### Бинт марлевий медичний нестерильний 5 m (м) x10 cm (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520\*

Дата виготовлення:	2021-11	Партія №	011121
Кількість виробів у партії: 60 000 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.

**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

### ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, м	5,0 ± 0,4	4,85
Довжина, см	10,0 ± 1,0	9,4
Товщина, мм	Не більше 25	24,0
Якість виробів	Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромною) довжиною не більше 0,5 см.	Відповідає
Ступінь білини <sup>1</sup>	Не менше 80%	Відповідає
Капілярність <sup>1</sup>	Не менше 7,0 см	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 24.4-34588794-001:2007	Відповідає

\* Документи надаються за вимогою замовника

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Бинт марлевий медичний нестерильний 5 m (м) x10 cm (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Технолог



Велигура Т.Ю.



Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Екобінт"  
Україна 49000, м. Дніпро  
вул. Академіка Белелюбського, 14  
тел. (056)731-91-11  
www.ecobint.com.ua

## Сертифікат якості № 2020-12/94

### Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м (м) x10 см (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/3105\*

Дата виготовлення:	2020-12	Партія №	011220
Кількість виробів у партії: 32 400 од.			

**ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:** Призначений для застосування в медичній практиці.  
**ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту  
**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.  
**ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ:** 5 років від дати виготовлення.

### ВИПРОБУВАННЯ

Показники якості	Норми згідно	Результати випробувань
Ширина, м	5,0 ± 0,4	4,90
Довжина, см	10,0 ± 1,0	9,0
Товщина, мм	Не більше 25	22,0
Якість виробів	Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромною) довжиною не більше 0,5 см.	Відповідає
Ступінь білини <sup>1</sup>	Не менше 80%	Відповідає
Капілярність <sup>1</sup>	Не менше 7,0 см	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н	50	Відповідає
Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н	30	Відповідає
Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009	17	17
Цілісність споживчої тари	ТУ У 22.2-34588794-001:2007	Відповідає
Маркування	ТУ У 22.2-34588794-001:2007	Відповідає
Пакування	ТУ У 22.2-34588794-001:2007	Відповідає

\* Документи надаються за вимогою замовника

<sup>1</sup> - за результатами контролю акредитованої лабораторії

**ВИСНОВОК:** Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м (м) x10 см (см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Інженер-технолог



Немировська Ю.В.