



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"
Україна 49000, м. Дніпро
вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. (056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості №2024-01/24

Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м(м) x 14 см(см) тип 17 марлі ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520*

| | | | |
|--|---------|----------|--------|
| Дата виготовлення: | 2024-01 | Партія № | 010124 |
| Кількість виробів у партії: 35 100 од. | | | |

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначений для застосування в медичній практиці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

| Показники якості | Норми згідно | Результати випробувань |
|--|--|------------------------|
| Довжина, (м)м | 7,0±0,5 | 6,75 |
| Ширина, см(см) | 14,0 ± 1,0 | 13,5 |
| Товщина, mm(мм) | Не більше 30 | 24 |
| Якість виробів | Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромю) довжиною не більше 0,5 см. | Відповідає |
| Ступінь білини ¹ | Не менше 80% | Відповідає |
| Капілярність ¹ | Не менше 7,0 см | Відповідає |
| Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н | 50 | Відповідає |
| Мінімальне розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н | 30 | Відповідає |
| Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009 | 17 | 17 |
| Герметичність споживчої тари | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |
| Маркування | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |
| Пакування | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |

¹ - за результатами контролю акредитованої лабораторії

ВИСНОВОК: Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м(м) x 14 см(см) тип марлі 17 ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"

Технолог



Т.Ю. Велигура

