



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Екобінт"
Україна 49038, м. Дніпро
вул. Академіка Белелюбського, 14
тел. 8(056)731-91-11
www.ecobint.com.ua

Сертифікат якості № 2023-12/34

Бінт марлевий медичний стерильний 5 м(м) x 10 см(см)

тип марлі 17 ТМ "Angelmed"

ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні"
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/8520*

| | | | |
|--|---------|----------|--------|
| Дата виготовлення: | 2023-12 | Партія № | 011223 |
| Кількість виробів у партії: 40 000 од. | | | |

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Призначений для застосування в медичній практиці.
ТРАНСПОРТУВАННЯ: Вироби можуть транспортуватися будь-яким транспортом, у відповідності з вимогами та правилами перевезення вантажів, які діють на кожному виді транспорту.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вироби в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатись в закритих чистих приміщеннях, захищених від попадання прямого сонячного проміння, при температурі від +5°C до +40°C і відносній вологості до 80% і за відсутності в повітрі агресивних домішок.
ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 5 років від дати виготовлення.

ВИПРОБУВАННЯ

| Показники якості | Норми згідно | Результати випробувань |
|---|--|------------------------|
| Ширина, м(м) | 5,0 ± 0,2 | 4,80 |
| Довжина, см(см) | 10,0 ± 0,5 | 9,5 |
| Товщина, мм(мм) | Не більше 25 | 24,0 |
| Якість виробів | Вироби повинні бути без швів та з обрізаною крайкою. Допускається наявність на внутрішньому кінці виробу необрізаної крайки або крайки з китицею (бахромою) довжиною не більше 0,5 см. | Відповідає |
| Ступінь білини ¹ | Не менше 70% | Відповідає |
| Капілярність ¹ | Не менше 6,5 см | Відповідає |
| Стерильність | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |
| Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком основи, Н | 50 | Відповідає |
| Розривне навантаження згідно ДСТУ EN 14079 за напрямком утоку, Н | 30 | Відповідає |
| Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009 | 17 | 17 |
| Герметичність споживчої тари | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |
| Маркування | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |
| Пакування | ТУ У 24.4-34588794-001:2007 | Відповідає |

¹ - за результатами контролю акредитованої лабораторії

ВИСНОВОК: Бінт марлевий медичний стерильний 5 м(м) x 10 см(см) ТМ "Angelmed" відповідає ТУ У 24.4-34588794-001:2007 "Вироби марлеві медичні".

Технолог

