

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И СТЕРИЛЬНОСТИ

для изделий медицинского назначения

Скальпели хирургические TRO-MICROCISION

Наименование изделий:	Скальпели хирургические стерильные TRO-MICROCISION
Материал:	Карбоновая сталь
Метод стерилизации:	Гамма-излучение
Срок хранения:	5 лет
Условия хранения:	Хранить при температуре от -5° С до +45°С.

№ партии Lot no.	Размер Size	Код Ref. No.	Размер партии Lot size	Размер поставки Delivered quantity	Дата изготовл. Manuf. date	Годность до Expiry
17072-08	10	63100	4 000 шт.	4 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	11	63101	14 000 шт.	14 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	15	63105	10 000 шт.	10 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	21	63112	30 000 шт.	30 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	22	63113	10 000 шт.	10 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	23	63114	30 000 шт.	30 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	18	63109	1 000 шт.	1 000 шт.	2020-12	2025-11
17072-08	20	63111	5 000 шт.	5 000 шт.	2020-12	2025-11

Подтверждение:

Скальпели хирургические TRO-MICROCISION изготовлены в соответствии с требованиями Европейской Директивы 93/42/ЕЕС для производства медицинских изделий Класса Па и соответственно имеют маркировку СЕ.

Кроме того, изделия отвечают нормативными требованиями ISO 7740.

Изготовление изделий производится под полной многоуровневой системой контроля качества и гарантией качества согласно Приложению II Европейской Директивы 93/42/ЕЕС для медицинских изделий в Германии. На предприятии действует сертифицированная Система Менеджмента Качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016.

TROGE MEDICAL GMBH
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

